«УТВЕРЖДАЮ»
Генеральный директор
ООО «ДОКТОР МЕБЕЛЬ»
_____ Якимов Ю.В.
«19» 01 2023 г.

ШКАФ ДЛЯ ХРАНЕНИЯ ЛЕКАРСТВЕННЫХ СРЕДСТВ

по ТУ 32.50.30-007-32924160-2021

Руководство по эксплуатации

ДМ.32924160.007.РЭ

Дата последнего пересмотра: 19.01.2023 г.

2023 г.

Информация получена с официального сайта федеральной службы по надзору в сфере здравоохранения www.roszdravnadzor.gov.ru

ОГЛАВЛЕНИЕ

СПИСОК СОКРАЩЕНИЙ / ОПРЕДЕЛЕНИЙ 6

1 ТЕХНИЧЕСКИЕ ТРЕБОВАНИЯ 7

2 ТРАНСПОРТИРОВАНИЕ И ХРАНЕНИЕ 72

3 УКАЗАНИЕ ПО ЭКСПЛУАТАЦИИ 73

4 ТЕХНИЧЕСКОЕ ОБСЛУЖИВАНИЕ 75

5 УТИЛИЗАЦИЯ 76

6 НАЦИОНАЛЬНЫЕ СТАНДАРТЫ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ, КОТОРЫМ СООТВЕТСТВУЕТ ИЗДЕЛИЕ 77

7 ГАРАНТИИ ИЗГОТОВИТЕЛЯ 78

8 СВЕДЕНИЯ ОБ ИЗГОТОВИТЕЛЕ 79

9 СЕРВИСНОЕ ОБСЛУЖИВАНИЕ И РЕМОНТ МЕДИЦИНСКОГО ИЗДЕЛИЯ 80

ПРИЛОЖЕНИЕ А 81

ПРИЛОЖЕНИЕ Б 82

ПРИЛОЖЕНИЕ В 83

ПРИЛОЖЕНИЕ Г 85

ПРИЛОЖЕНИЕ Д 100

ПРИЛОЖЕНИЕ Е 107

Информация получена с официального сайта федеральной службы по надзору в сфере здравоохранения www.roszdravnadzor.gov.ru

Данное руководство по эксплуатации распространяется на медицинское изделие «Шкаф для хранения лекарственных средств по ТУ 32.50.30-007-32924160-2021» (далее по тексту - Шкаф), предназначенный для размещения и хранения лекарственных средств, стерильных расходных материалов, медицинских инструментов и прочих изделий медицинского назначения в лечебно-профилактических учреждениях, медицинских центрах и больницах.

Область применения: Использование в специализированных медицинских помещениях с классом чистоты А и Б по СП 2.1.3678-20 (например, помещение для ректороманоскопии (колоноскопии), палата (блок) реанимации и интенсивной терапии, процедурный кабинет, перевязочный кабинет, операционная, малая операционная, реанимация).

Шкаф предназначен для использования квалифицированным медицинским и лабораторным персоналом в лечебно-профилактических учреждениях, медицинских центрах и больницах.

Показания к применению шкафа: Размещение и хранение лекарственных средств, стерильных расходных материалов, медицинских инструментов и прочих изделий медицинского назначения, для проведения медицинских процедур и манипуляций.

Противопоказания к применению шкафа: Не установлены в рамках предусмотренного производителем применения.

Ожидаемые и предсказуемые побочные эффекты, связанные с применением шкафа по назначению: Не выявлены.

Риски применения шкафа: Анализ рисков применения был произведен ООО «Доктор мебель» в полном объеме и представлен в Файле менеджмента риска. Меры по снижению рисков применения шкафа приведены в мерах предосторожности.

Шкаф выпускается в сериях ДМ-1, ДМ-2, ДМ-3 и ДМ-4 в зависимости от используемых материалов.

Шкаф серии ДМ-1 выпускается в различных вариантах исполнения и представляет собой жёсткую каркасную конструкцию из алюминиевого

Информация получена с официального сайта Федеральной службы по надзору в сфере здравоохранения www.roszdravnadzor.gov.ru

профиля, с заполнением панелями из полипропилена. Петли дверей и направляющие ящика выдвижного в данной серии оснащены доводчиками. Наружная сторона дверей распашных и фасады выдвижных ящиков выполнены из гнутого оцинкованного листа, покрытого порошковой краской. Шкаф оборудован рабочим местом (столешницей). Шкаф оснащен опорами, регулируемыми для компенсации возможной неровности пола до 10 мм.

Шкаф серии ДМ-2 выпускается в различных вариантах исполнения и представляет собой каркасную конструкцию из алюминиевого профиля с заполнением панелями ЛДСП с полками и дверями распашными и/или ящиками выдвижными. Шкаф оснащается дверями распашными сплошными или дверями распашными со стеклом в раме из алюминиевого профиля. Наружная сторона дверей распашных сплошных и фасады выдвижных ящиков выполнены из гнутого оцинкованного листа, покрытого порошковой краской. Шкаф изготавливается отдельно стоящим, ряд артикулов оборудован столешницей. Отдельно стоящие шкафы оснащены опорами, регулируемыми для компенсации возможной неровности пола до 10 мм.

Шкаф серии ДМ-3 выпускается в различных вариантах исполнения и представляет собой каркасную конструкцию из алюминиевого профиля с заполнением панелями ЛДСП с полками и дверями распашными и/или ящиками выдвижными. Шкаф оснащается дверями распашными сплошными или дверями распашными со стеклом в раме из алюминиевого профиля. Наружная сторона дверей распашных сплошных и фасады выдвижных ящиков выполнены из гнутого оцинкованного листа, покрытого порошковой краской. Шкаф изготавливается отдельно стоящим, ряд артикулов оборудован столешницей. Отдельно стоящий шкаф оснащен опорами, регулируемыми для компенсации возможной неровности пола до 10 мм или опорами, регулируемыми спереди и опорами колесными сзади.

Шкаф серии ДМ-4 выпускается в различных вариантах исполнения и представляют собой жесткую каркасную конструкцию из гнутого оцинкованного листа, покрытого порошковой краской. Шкаф оснащается

Информация получена с официального сайта Федеральной службы по надзору в сфере здравоохранения www.roszdravnadzor.gov.ru

дверями распашными сплошными или дверями распашными со стеклом в раме из алюминиевого профиля. Задняя, боковые стенки, полки, двери распашные сплошные и фасады ящиков выдвижных выполнены из оцинкованного листа, покрытого порошковой краской. Шкаф изготавливается отдельно стоящим, ряд артикулов оборудован столешницей. Отдельно стоящие шкафы установлены на опоры, регулируемые для компенсации возможной неровности пола до 10 мм.

Класс в зависимости от потенциального риска применения – 1 по ГОСТ 31508 и Приказу Минздрава РФ от 6 июня 2012 г. № 4н.

Перечень документов, на которые даны ссылки в данном руководстве по эксплуатации, приведен в Приложении А.

Принцип формирования артикулов для конкретизированного заказа шкафа приведен в Приложении Б.

Материалы, используемые при изготовлении шкафов одной серии, и обозначение серии для формирования артикула конкретизированного заказа приведены в Приложении В.

Внешний вид вариантов исполнения шкафа приведен в Приложении Г.

Список вариантов исполнения шкафа приведен в Приложении Д.

Расшифровка применяемых в маркировке символов приведена в Приложении Е.

Для записи обозначения шкафа при заказе и/или в документации указывают название изделия, артикул, высоту.

Информация получена с официального сайта Федеральной службы по надзору в сфере здравоохранения www.roszdravnadzor.gov.ru

СПИСОК СОКРАЩЕНИЙ / ОПРЕДЕЛЕНИЙ

Средний горизонт – полка между верхней и нижней секциями шкафа, часть каркаса.

Нижний горизонт – нижняя горизонтальная часть каркаса шкафа.

Т х Ш х В – видимые размеры стеклянной вставки в дверь: толщина, ширина, высота. Вставка заходит в профиль двери на 4мм на каждую сторону.

Ш х Г х В – внутренние размеры выдвижного ящика: ширина, глубина, высота.

Информация получена с официального сайта Федеральной службы по надзору в сфере здравоохранения www.roszdravnadzor.gov.ru

1 ТЕХНИЧЕСКИЕ ТРЕБОВАНИЯ

Основные параметры и характеристики

1.1.1 Шкаф изготавливается в вариантах исполнения согласно Приложению Д.

1.1.2 Внешний вид шкафа приведен в Приложении Г. Корпус шкафа и двери распашной со стеклом изготавливается цвета. Наружная сторона двери распашной сплошной (далее дверь) и/или фасада ящика выдвижного изготавливается зеленого, оранжевого, синего или голубого цвета.

1.1.3 Габаритные размеры, количество и линейные размеры стеклянной вставки в дверь распашную, полок и /или ящика выдвижного изнутри, высота отделений между полками приведены ниже. Допустимое отклонение линейных размеров столешницы, полок, ящиков, дверей ± 4 мм, допустимое отклонение высоты отделений над и под полкой ±12 мм.

Шкаф артикула ДМ-1-109-01

Габаритные размеры шкафа: ширина- 600 мм, глубина - 600 мм, высота -920 мм

Столешница размером по длине и ширине 600 мм х 584 мм – 1 шт.

Полка размером по длине и ширине 525 мм х 468 мм – 1 шт.

Высота отделения под полкой 331 мм.

Высота отделения над полкой 331 мм.

Дверь распашная (далее дверь) по длине и ширине 660 мм х 521 мм – 1 шт.

Шкаф артикула ДМ-1-109-02

Габаритные размеры шкафа: ширина- 600 мм, глубина - 600 мм, высота -920 мм

Столешница размером по длине и ширине 600 мм х 584 мм – 1 шт.

Ящик выдвижной внутренними размерами по длине, глубине, высоте (далее Ш*Г*В) 494 мм х 447 мм х 134 мм – 3 шт.

Шкаф артикула ДМ-1-109-03

Габаритные размеры шкафа: ширина- 900 мм, глубина - 600 мм, высота -920 мм

Столешница размером по длине и ширине 900 мм х 584 мм – 1 шт.

Информация получена с официального сайта Федеральной службы по надзору в сфере здравоохранения www.roszdravnadzor.gov.ru

Полка размером по длине и ширине 825 мм х 468 мм – 1 шт.

Высота отделения под полкой 336 мм.

Высота отделения над полкой 310 мм.

Дверь распашная по длине и ширине 660 мм х 408 мм – 2 шт.

Шкаф артикула ДМ-1-109-04

Габаритные размеры шкафа: ширина- 900 мм, глубина - 600 мм, высота -920 мм

Столешница размера по длине и ширине 900 мм х 584 мм – 1 шт.

Полка размером по длине и ширине 825 мм х 468 мм – 1 шт.

Высота отделения под полкой 241 мм.

Ящик выдвижной внутренними размерами (Ш*Г*В) 373 мм х 447 мм х 102 мм – 2 шт.

Дверь распашная по длине и ширине 494 мм х 408 мм – 2 шт.

Шкаф артикула ДМ-1-109-05

Габаритные размеры шкафа: ширина- 900 мм, глубина - 600 мм, высота -920 мм

Столешница размером по длине и ширине 900 мм х 584 мм – 1 шт.

Ящик выдвижной внутренними размерами (Ш*Г*В) 369 мм х 447 мм х 134 мм – 6 шт.

Шкаф артикула ДМ-1-109-06

Габаритные размеры шкафа: ширина- 900 мм, глубина - 600 мм, высота -920 мм

Столешница размером по длине и ширине 900 мм х 584 мм – 1 шт.

Полка размером по длине и ширине 495 мм х 468 мм – 1 шт.

Высота отделения под полкой 336 мм.

Высота отделения над полкой 310 мм.

Ящик выдвижной внутренними размерами (Ш*Г*В) 281 мм х 447 мм х 134 мм – 3 шт.

Дверь распашная по длине и ширине 660 мм х 484 мм – 1 шт.

Шкаф артикула ДМ-1-109-07

Габаритные размеры шкафа: ширина- 1500 мм, глубина - 600 мм, высота -920 мм

Информация получена с официального сайта федеральной службы по надзору в сфере здравоохранения www.roszdravnadzor.gov.ru

Столешница размером по длине и ширине 1500 мм х 584 мм – 1 шт.

Полка размером по длине и ширине 495 мм х 468 мм – 2 шт., 400 мм х 468 мм – 1 шт.

Высота отделения под полкой 336 мм.

Высота отделения над полкой 310 мм.

Дверь распашная по длине и ширине 660 мм х 484 мм – 2 шт.

Дверь распашная по длине и ширине 660 мм х 396 мм – 1 шт

Шкаф артикула ДМ-1-109-08

Габаритные размеры шкафа: ширина- 1500 мм, глубина - 600 мм, высота -920 мм

Столешница размером по длине и ширине 1500 мм х 584 мм – 1 шт.

Полка размером по длине и ширине 465 мм х 468 мм – 2 шт., 458 мм х 468 мм – 1 шт.

Высота отделения под полкой 241 мм.

Высота отделения над полкой 241 мм.

Ящик выдвижной внутренними размерами (Ш*Г*В) 427 мм х 447 мм х102 мм – 3 шт.

Дверь распашная по длине и ширине 494 мм х 454 мм – 3 шт.

Шкаф артикула ДМ-1-109-09

Габаритные размеры шкафа: ширина- 1500 мм, глубина - 600 мм, высота -920 мм

Столешница размером по длине и ширине 1500 мм х 584 мм – 1 шт.

Полка размером по длине и ширине 495 мм х 468 мм – 2 шт.

Высота отделения под полкой 336 мм.

Высота отделения над полкой 310 мм.

Ящик выдвижной внутренними размерами (Ш*Г*В) 369 мм х 447 мм х134 мм – 3 шт.

Дверь распашная по длине и ширине 660 мм х 484 мм – 2 шт.

Шкаф артикула ДМ-1-109-10

Габаритные размеры шкафа: ширина- 1500 мм, глубина - 600 мм, высота -920 мм

Столешница размером по длине и ширине 1500 мм х 584 мм – 1 шт.

Ящик выдвижной внутренними размерами (Ш*Г*В) 427 мм х 447 мм х134 мм – 9 шт.

Информация получена с официального сайта Федеральной службы по надзору в сфере здравоохранения www.roszdravnadzor.gov.ru

Шкаф артикула ДМ-1-109-11

Габаритные размеры шкафа: ширина- 1500 мм, глубина - 600 мм, высота -920 мм

Столешница размером по длине и ширине 1500 мм х 584 мм – 1 шт.

Ящик выдвижной внутренними размерами (Ш*Г*В) 427 мм х 447 мм х102 мм – 12 шт.

Шкаф артикулов ДМ-2-101-01:

Габаритные размеры шкафа: ширина- 475 мм, глубина-400 мм, высота-1700 мм или1950 мм;

Шкаф высотой 1700 мм:

Полка размером по ширине и глубине 425 мм х 347 мм – 4 шт.;

Отделения между полками высотой 293 мм - 5 шт.;

Дверь распашная размером по ширине и высоте 1526 мм х 421 мм. – 1 шт.;

Стеклянная вставка в дверь размером по толщине, ширине, высоте (далее Т х Ш х В) 4 мм х 1433 мм х 328 мм. – 1 шт.

Шкаф высотой 1950 мм:

Полка размером по ширине и глубине 425 мм х 347 мм – 5 шт.;

Отделения между полками высотой 284 мм – 6 отд.

Дверь распашная размером по высоте и ширине 1776 мм х 421 мм – 2 шт.;

Стеклянная вставка в дверь размером (Т х В х Ш) 4 мм х 1683 мм х 328 мм – 1 шт.;

Шкаф артикулов ДМ-2-101-02:

Габаритные размеры шкафа: ширина- 475 мм, глубина-400 мм, высота-1700 мм или1950 мм;

Шкаф высотой 1700 мм:

Полка размером по ширине и глубине 425 мм х 347 мм – 4 шт.;

Отделения между полками высотой 293 мм - 5 шт.;

Дверь распашная размером по ширине и высоте 1526 мм х 421 мм. – 1 шт.

Информация получена с официального сайта Федеральной службы по надзору в сфере здравоохранения www.roszdravnadzor.gov.ru

Шкаф высотой 1950 мм:

Полка размером по ширине и глубине 425 мм х 347 мм – 5 шт.;

Отделения между полками высотой 284 мм – 6 отд.

Дверь распашная размером по высоте и ширине 1776 мм х 421 мм– 2 шт.

Шкаф артикулов ДМ-2-101-03:

Габаритные размеры шкафа: ширина- 475 мм, глубина - 400 мм, высота -1700 мм или 1950 мм;

Шкаф высотой 1700 мм:

Полка размером по ширине и глубине 425 мм х 347 мм – 4 шт.;

Отделения между полками в верхней секции шкафа высотой 269 мм – 2 отд.;

Отделения между полками в нижней секции шкафа высотой 320 мм – 2 отд.;

Дверь распашная нижняя размером по высоте и ширине 660 мм х 421 мм – 1 шт.;

Дверь распашная верхняя размером по высоте и ширине 837 мм х 421 мм – 1 шт.;

Стеклянная вставка в дверь размером (Т х В х Ш) 4 мм х 744 мм х 328 мм -1 шт.

Шкаф высотой 1950 мм:

Полка размером по ширине и глубине 425 мм х 347 мм – 5 шт.;

Отделения между полками в верхней секции шкафа высотой 262 мм – 3 отд.;

Отделения между полками в нижней секции шкафа высотой 320 мм – 2 отд.;

Дверь распашная нижняя размером по высоте и ширине 660 мм х 421 мм – 1 шт.;

Дверь распашная верхняя размером по высоте и ширине 1087 мм х 421 мм – 1 шт.;

Стеклянная вставка в дверь размером (Т х В х Ш) 4 мм х 994 мм х 328 мм -1 шт.

Шкаф артикулов ДМ-2-101-04:

Габаритные размеры шкафа: ширина- 475 мм, глубина - 400 мм, высота -1700 мм или 1950 мм;

Шкаф высотой 1700 мм:

Информация получена с официального сайта федеральной службы по надзору в сфере здравоохранения www.roszdravnadzor.gov.ru

Полка размером по ширине и глубине 425 мм х 347 мм – 4 шт.;

Отделения между полками в верхней секции шкафа высотой 269 мм – 2 отд.;

Отделения между полками в нижней секции шкафа высотой 320 мм – 2 отд.;

Дверь распашная нижняя размером по высоте и ширине 660 мм х 421 мм – 1 шт.;

Дверь распашная верхняя размером по высоте и ширине 837 мм х 421 мм – 1 шт.

Шкаф высотой 1950 мм:

Полка размером по ширине и глубине 425 мм х 347 мм – 5 шт.;

Отделения между полками в верхней секции шкафа высотой 262 мм – 3 отд.;

Отделения между полками в нижней секции шкафа высотой 320 мм – 2 отд.;

Дверь распашная нижняя размером по высоте и ширине 660 мм х 421 мм – 1 шт.;

Дверь распашная верхняя размером по высоте и ширине 1087 мм х 421 мм – 1 шт.

Шкаф артикулов ДМ-2-101-05:

Габаритные размеры шкафа: ширина - 475 мм, глубина - 400 мм, высота -1700 мм или 1950 мм;

Шкаф высотой 1700 мм:

Полка размером по ширине и глубине 425 мм х 347 мм – 3 шт.;

Отделения между полками в верхней секции шкафа высотой 269 мм – 2 отд.;

Отделения между полками в нижней секции шкафа высотой 320 мм – 2 отд.;

Ящик выдвижной внутренними размерами по ширине, глубине, высоте (далее Ш х Г х В) 394 мм х 330 мм х 102 мм – 1шт.;

Фасад ящика выдвижного размером по высоте и ширине: 163 мм х 421 мм. – 1 шт.;

Дверь распашная нижняя размером по высоте и ширине 494 мм х 421 мм – 1 шт.;

Дверь распашная верхняя размером по высоте и ширине 837 мм х 421 мм – 1 шт.;

Стеклянная вставка в дверь размером (Т х В х Ш) 4 мм х 744 мм х 328 мм -1 шт.

Шкаф высотой 1950 мм:

Полка размером по ширине и глубине 425 мм х 347 мм – 4 шт.;

Отделения между полками в верхней секции шкафа высотой 262 мм – 3 отд.;

Информация получена с официального сайта федеральной службы по надзору в сфере здравоохранения www.roszdravnadzor.gov.ru

Отделения между полками в нижней секции шкафа высотой 320 мм – 2 отд.;

Ящик выдвижной внутренними размерами (Ш х Г х В) 394 мм х 330 мм х 102 мм – 1шт.;

Фасад ящика выдвижного размером по высоте и ширине: 163 мм х 421 мм. – 1 шт.;

Дверь распашная нижняя размером по высоте и ширине 494 мм х 421 мм – 1 шт.;

Дверь распашная верхняя размером по высоте и ширине 1087 мм х 421 мм – 1 шт.;

Стеклянная вставка в дверь размером (Т х В х Ш) 4 мм х 994 мм х 328 мм -1 шт.

Шкаф артикулов ДМ-2-101-06:

Габаритные размеры шкафа: ширина - 475 мм, глубина - 400 мм, высота -1700 мм или 1950 мм;

Шкаф высотой 1700 мм:

Полка размером по ширине и глубине 425 мм х 347 мм – 3 шт.;

Отделения между полками в верхней секции шкафа высотой 269 мм – 2 отд.;

Отделения между полками в нижней секции шкафа высотой 320 мм – 2 отд.;

Ящик выдвижной внутренними размерами по ширине, глубине, высоте (далее Ш х Г х В) 394 мм х 330 мм х 102 мм – 1шт.;

Фасад ящика выдвижного размером по высоте и ширине: 163 мм х 421 мм. – 1 шт.;

Дверь распашная нижняя размером по высоте и ширине 494 мм х 421 мм – 1 шт.;

Дверь распашная верхняя размером по высоте и ширине 837 мм х 421 мм – 1 шт.

Шкаф высотой 1950 мм:

Полка размером по ширине и глубине 425 мм х 347 мм – 4 шт.;

Отделения между полками в верхней секции шкафа высотой 262 мм – 3 отд.;

Отделения между полками в нижней секции шкафа высотой 320 мм – 2 отд.;

Ящик выдвижной внутренними размерами (Ш х Г х В) 394 мм х 330 мм х 102 мм – 1шт.;

Фасад ящика выдвижного размером по высоте и ширине: 163 мм х 421 мм. – 1 шт.;

Дверь распашная нижняя размером по высоте и ширине 494 мм х 421 мм – 1 шт.;

Дверь распашная верхняя размером по высоте и ширине 1087 мм х 421 мм – 1 шт.

Информация получена с официального сайта федеральной службы по надзору в сфере здравоохранения www.roszdravnadzor.gov.ru

Шкаф артикулов ДМ-2-101-07:

Габаритные размеры шкафа: ширина - 475 мм, глубина - 400 мм, высота -1700 мм или 1950 мм;

Шкаф высотой 1700 мм:

Полка размером по ширине и глубине 425 мм х 347 мм – 3 шт.;

Отделения между полками в верхней секции шкафа высотой 269 мм – 2 отд.;

Ящик выдвижной внутренними размерами (Ш х Г х В) 394 мм х 330 мм х 281 мм – 2 шт.;

Фасад ящика выдвижного размером по высоте и ширине: 329 мм х 421 мм. – 2 шт.;

Дверь распашная верхняя размером по высоте и ширине 837 мм х 421 мм – 1 шт.;

Стеклянная вставка в дверь размером (Т х В х Ш) 4 мм х 744 мм х 328 мм -1 шт.

Шкаф высотой 1950 мм:

Полка размером по ширине и глубине 425 мм х 347 мм – 4 шт.;

Отделения между полками в верхней секции шкафа высотой 262 мм – 3 отд.;

Ящик выдвижной внутренними размерами (Ш х Г х В) 394 мм х 330 мм х 281 мм – 2 шт.;

Фасад ящика выдвижного размером по высоте и ширине: 329 мм х 421 мм. – 2 шт.;

Дверь распашная верхняя размером по высоте и ширине 1087 мм х 421 мм – 1 шт.;

Стеклянная вставка в дверь размером (Т х В х Ш) 4 мм х 994 мм х 328 мм -1 шт.

Шкаф артикулов ДМ-2-101-08:

Габаритные размеры шкафа: ширина - 475 мм, глубина - 400 мм, высота -1700 мм или 1950 мм;

Шкаф высотой 1700 мм:

Полка размером по ширине и глубине 425 мм х 347 мм – 3 шт.;

Отделения между полками в верхней секции шкафа высотой 269 мм – 2 отд.;

Ящик выдвижной внутренними размерами (Ш х Г х В) 394 мм х 330 мм х 281 мм – 2 шт.;

Фасад ящика выдвижного размером по высоте и ширине: 329 мм х 421 мм. – 2 шт.;

Информация получена с официального сайта Федеральной службы по надзору в сфере здравоохранения www.roszdravnadzor.gov.ru

Дверь распашная верхняя размером по высоте и ширине 837 мм х 421 мм – 1 шт.

Шкаф высотой 1950 мм:

Полка размером по ширине и глубине 425 мм х 347 мм – 4 шт.;

Отделения между полками в верхней секции шкафа высотой 262 мм – 3 отд.;

Ящик выдвижной внутренними размерами (Ш х Г х В) 394 мм х 330 мм х 281 мм – 2 шт.;

Фасад ящика выдвижного размером по высоте и ширине: 329 мм х 421 мм. – 2 шт.;

Дверь распашная верхняя размером по высоте и ширине 1087 мм х 421 мм – 1 шт.

Шкаф артикулов ДМ-2-101-09:

Габаритные размеры шкафа: ширина - 475 мм, глубина - 400 мм, высота -1700 мм или 1950 мм;

Шкаф высотой 1700 мм:

Полка размером по ширине и глубине 425 мм х 347 мм – 3 шт.;

Отделения между полками в верхней секции шкафа высотой 264 мм – 2 отд.;

Ящик выдвижной внутренними размерами (Ш х Г х В) 394 мм х 330 мм х 102 мм – 4 шт.;

Фасад ящика выдвижного размером по высоте и ширине: 163 мм х 421 мм. – 4 шт.;

Дверь распашная верхняя размером по высоте и ширине 837 мм х 421 мм – 1 шт.;

Стеклянная вставка в дверь размером (Т х В х Ш) 4 мм х 744 мм х 328 мм -1 шт.

Шкаф высотой 1950 мм:

Полка размером по ширине и глубине 425 мм х 347 мм – 4 шт.;

Отделения между полками в верхней секции шкафа высотой 262 мм – 3 отд.;

Ящик выдвижной внутренними размерами (Ш х Г х В) 394 мм х 330 мм х 102 мм – 4 шт.;

Фасад ящика выдвижного размером по высоте и ширине: 163 мм х 421 мм. – 4 шт.;

Дверь распашная верхняя размером по высоте и ширине 1087 мм х 421 мм – 1 шт.;

Стеклянная вставка в дверь размером (Т х В х Ш) 4 мм х 994 мм х 328 мм -1 шт.

Шкаф артикулов ДМ-2-101-10:

Информация получена с официального сайта Федеральной службы по надзору в сфере здравоохранения www.roszdravnadzor.gov.ru

Габаритные размеры шкафа: ширина - 475 мм, глубина - 400 мм, высота -1700 мм или 1950 мм;

Шкаф высотой 1700 мм:

Полка размером по ширине и глубине 425 мм х 347 мм – 3 шт.;

Отделения между полками в верхней секции шкафа высотой 264 мм – 2 отд.;

Ящик выдвижной внутренними размерами (Ш х Г х В) 394 мм х 330 мм х 102 мм – 4 шт.;

Фасад ящика выдвижного размером по высоте и ширине: 163 мм х 421 мм. – 4 шт.;

Дверь распашная верхняя размером по высоте и ширине 837 мм х 421 мм – 1 шт.

Шкаф высотой 1950 мм:

Полка размером по ширине и глубине 425 мм х 347 мм – 4 шт.;

Отделения между полками в верхней секции шкафа высотой 262 мм – 3 отд.;

Ящик выдвижной внутренними размерами (Ш х Г х В) 394 мм х 330 мм х 102 мм – 4 шт.;

Фасад ящика выдвижного размером по высоте и ширине: 163 мм х 421 мм. – 4 шт.;

Дверь распашная верхняя размером по высоте и ширине 1087 мм х 421 мм – 1 шт.

Шкаф артикулов ДМ-2-101-11:

Габаритные размеры шкафа: ширина - 475 мм, глубина - 400 мм, высота -1700 мм или 1950 мм;

Шкаф высотой 1700 мм:

Полка размером по ширине и глубине 425 мм х 347 мм – 3 шт.;

Отделения между полками в верхней секции шкафа высотой 269 мм – 3 отд.;

Ящик потайной внутренними размерами (Ш х Г х В) 413 мм х 302 мм х 276 мм – 1шт.

Верхняя панель ящика потайного размером по ширине и глубине 429 мм х 302 мм– 1шт.

Отделения в нижней секции шкафа высотой 170 мм – 2 отд.;

Дверь распашная потайная размерами по высоте и ширине 408 мм х 272 мм. – 1 шт.

Информация получена с официального сайта федеральной службы по надзору в сфере здравоохранения www.roszdravnadzor.gov.ru

Дверь распашная нижняя размером по высоте и ширине 660 мм х 421 мм – 1 шт.;

Дверь распашная верхняя размером по высоте и ширине 837 мм х 421 мм – 1 шт.;

Стеклянная вставка в дверь размером (Т х В х Ш) 4 мм х 744 мм х 328 мм -1 шт.

Шкаф высотой 1950 мм:

Полка размером по ширине и глубине 425 мм х 347 мм – 3 шт.;

Средний горизонт по ширине и глубине 425 мм х 337 мм

Отделения между полками в верхней секции шкафа высотой 262 мм – 4 отд.;

Ящик потайной внутренними размерами (Ш х Г х В) 413 мм х 302 мм х 266мм – 1шт.

Верхняя панель ящика потайного размером по ширине и глубине 429 мм х 302 мм– 1шт.

Отделения в нижней секции шкафа высотой над ящиком потойного 191 мм – 1 отд.;

Отделения в нижней секции шкафа высотой под ящиком потойного 159 мм – 1 отд.;

Дверь распашная потайная размерами по высоте и ширине 408 мм х 265мм. – 1 шт.

Дверь распашная нижняя размером по высоте и ширине 660 мм х 421 мм – 1 шт.;

Дверь распашная верхняя размером по высоте и ширине 1087 мм х 421 мм – 1 шт.;

Стеклянная вставка в дверь размером (Т х В х Ш) 4 мм х 985 мм х 320 мм -1 шт.

Шкаф артикулов ДМ-2-101-12:

Габаритные размеры шкафа: ширина - 475 мм, глубина - 400 мм, высота -1700 мм или 1950 мм;

Шкаф высотой 1700 мм:

Полка размером по ширине и глубине 425 мм х 347 мм – 3 шт.;

Отделения между полками в верхней секции шкафа высотой 269 мм – 3 отд.;

Ящик потайной внутренними размерами (Ш х Г х В) 413 мм х 302 мм х 276 мм – 1шт.

Информация получена с официального сайта Федеральной службы по надзору в сфере здравоохранения www.roszdravnadzor.gov.ru

Верхняя панель ящика потайного размером по ширине и глубине 429 мм х 302 мм– 1шт.

Отделения в нижней секции шкафа высотой 170 мм – 2 отд.;

Дверь распашная потайная размерами по высоте и ширине 408 мм х 272 мм. – 1 шт.

Дверь распашная нижняя размером по высоте и ширине 660 мм х 421 мм – 1 шт.;

Дверь распашная верхняя размером по высоте и ширине 837 мм х 421 мм – 1 шт.

Шкаф высотой 1950 мм:

Полка размером по ширине и глубине 425 мм х 347 мм – 3 шт.;

Средний горизонт по ширине и глубине 425 мм х 337 мм

Отделения между полками в верхней секции шкафа высотой 262 мм – 4 отд.;

Ящик потайной внутренними размерами (Ш х Г х В) 413 мм х 302 мм х 266мм – 1шт.

Верхняя панель ящика потайного размером по ширине и глубине 429 мм х 302 мм– 1шт.

Отделения в нижней секции шкафа высотой над ящиком потайного 191 мм – 1 отд.;

Отделения в нижней секции шкафа высотой под ящиком потайного 159 мм – 1 отд.;

Дверь распашная потайная размерами по высоте и ширине 408 мм х 265мм. – 1 шт.

Дверь распашная нижняя размером по высоте и ширине 660 мм х 421 мм – 1 шт.;

Дверь распашная верхняя размером по высоте и ширине 1087 мм х 421 мм – 1 шт.

Шкаф артикулов ДМ-2-101-13:

Габаритные размеры шкафа: ширина - 900 мм, глубина - 400 мм, высота -1700 мм или 1950 мм;

Шкаф высотой 1700 мм:

Полка размером по ширине и глубине 825 мм х 347 мм – 4 шт.;

Отделения между полками в верхней секции шкафа высотой 269 мм – 2 отд.;

Отделения между полками в нижней секции шкафа высотой 320 мм – 2 отд.;

Дверь распашная нижняя размером по высоте и ширине 660 мм х 421 мм – 2 шт.;

Дверь распашная верхняя размером по высоте и ширине 837 мм х 421 мм – 2 шт.;

Стеклянная вставка в дверь размером (Т х В х Ш) 4 мм х 744 мм х 328 мм -2 шт.

Информация получена с официального сайта федеральной службы по надзору в сфере здравоохранения www.roszdravnadzor.gov.ru

Шкаф высотой 1950 мм:

Полка размером по ширине и глубине 425 мм х 347 мм – 5 шт.;

Отделения между полками в верхней секции шкафа высотой 262 мм – 3 отд.;

Отделения между полками в нижней секции шкафа высотой 320 мм – 2 отд.;

Дверь распашная нижняя размером по высоте и ширине 660 мм х 421 мм – 2 шт.;

Дверь распашная верхняя размером по высоте и ширине 1087 мм х 421 мм – 2 шт.;

Стеклянная вставка в дверь размером (Т х В х Ш) 4 мм х 994 мм х 328 мм -2 шт.

Шкаф артикулов ДМ-2-101-14:

Габаритные размеры шкафа: ширина - 900 мм, глубина - 400 мм, высота -1700 мм или 1950 мм;

Шкаф высотой 1700 мм:

Полка размером по ширине и глубине 825 мм х 347 мм – 4 шт.;

Отделения между полками в верхней секции шкафа высотой 269 мм – 2 отд.;

Отделения между полками в нижней секции шкафа высотой 320 мм – 2 отд.;

Дверь распашная нижняя размером по высоте и ширине 660 мм х 421 мм – 2 шт.;

Дверь распашная верхняя размером по высоте и ширине 837 мм х 421 мм – 2 шт.

Шкаф высотой 1950 мм:

Полка размером по ширине и глубине 425 мм х 347 мм – 5 шт.;

Отделения между полками в верхней секции шкафа высотой 262 мм – 3 отд.;

Отделения между полками в нижней секции шкафа высотой 320 мм – 2 отд.;

Дверь распашная нижняя размером по высоте и ширине 660 мм х 421 мм – 2 шт.;

Дверь распашная верхняя размером по высоте и ширине 1087 мм х 421 мм – 2 шт.

Шкаф артикулов ДМ-2-101-15, ДМ-3-101-15:

Габаритные размеры шкафа: ширина - 900 мм, глубина – 400 мм, высота -1700 мм или 1950 мм;

Информация получена с официального сайта федеральной службы по надзору в сфере здравоохранения www.roszdravnadzor.gov.ru

Шкаф высотой 1700 мм:

Полка размером по ширине и глубине 825 мм х 347 мм – 4 шт.;

Отделения между полками высотой 293 мм - 5 шт.;

Дверь распашная размером по ширине и высоте 1526 мм х 421 мм. – 2 шт.;

Стеклянная вставка в дверь размером (Т х Ш х В) 4 мм х 1433 мм х 328 мм. – 2 шт.

Шкаф высотой 1950 мм:

Полка размером по ширине и глубине 825 мм х 347 мм – 5 шт.;

Отделения между полками высотой 285 мм – 4 отд;

Отделения между полками высотой 265 мм – 2 отд;

Дверь распашная размером по высоте и ширине 1776 мм х 421 мм– 2 шт.;

Стеклянная вставка в дверь размером (Т х В х Ш) 4 мм х 1683 мм х 328 мм – 2 шт;

Шкаф артикулов ДМ-2-101-16 и ДМ-3-101-16:

Габаритные размеры шкафа: ширина - 900 мм, глубина – 400 мм, высота -1700 мм или 1950 мм;

Шкаф высотой 1700 мм:

Полка размером по ширине и глубине 825 мм х 347 мм – 4 шт.;

Отделения между полками высотой 293 мм - 5 шт.;

Дверь распашная размером по ширине и высоте 1526 мм х 421 мм. – 2 шт.

Шкаф высотой 1950 мм:

Полка размером по ширине и глубине 825 мм х 347 мм – 5 шт.;

Отделения между полками высотой 285 мм – 4 отд;

Отделения между полками высотой 265 мм – 2 отд;

Дверь распашная размером по высоте и ширине 1776 мм х 421 мм– 2 шт.

Шкаф артикулов ДМ-2-101-17:

Габаритные размеры шкафа: ширина - 900 мм, глубина - 400 мм, высота -1700 мм или 1950 мм;

Информация получена с официального сайта Федеральной службы по надзору в сфере здравоохранения www.roszdravnadzor.gov.ru

Шкаф высотой 1700 мм:

Полка в верхней секции шкафа размером по ширине и глубине 825 мм х 347 мм – 2 шт.;

Отделения между полками в верхней секции шкафа высотой 269 мм – 3 отд.;

Полка в нижней секции шкафа размером по ширине и глубине 416 мм х 347 мм – 2 шт.;

Отделения между полками в нижней секции шкафа высотой 320 мм – 4 отд.;

Ящик выдвижной внутренними размерами (Ш х Г х В) 386 мм х 330 мм х 102 мм – 2 шт.;

Фасад ящика выдвижного размером по высоте и ширине: 163 мм х 421 мм. – 2 шт.;

Дверь распашная нижняя размером по высоте и ширине 494 мм х 421 мм – 2 шт.;

Дверь распашная верхняя размером по высоте и ширине 837 мм х 421 мм – 2 шт.;

Стеклянная вставка в дверь размером (Т х В х Ш) 4 мм х 744 мм х 328 мм -2 шт.

Шкаф высотой 1950 мм:

Полка в верхней секции шкафа размером по ширине и глубине 825 мм х 347 мм – 3 шт.;

Отделения между полками в верхней секции шкафа высотой 269 мм – 4 отд.;

Полка в нижней секции шкафа размером по ширине и глубине 416 мм х 347 мм – 2 шт.;

Отделения между полками в нижней секции шкафа высотой 320 мм – 4 отд.;

Ящик выдвижной внутренними размерами (Ш х Г х В) 386 мм х 330 мм х 102 мм – 2шт.;

Фасад ящика выдвижного размером по высоте и ширине: 163 мм х 421 мм. – 2 шт.;

Дверь распашная нижняя размером по высоте и ширине 494 мм х 421 мм – 2 шт.;

Дверь распашная верхняя размером по высоте и ширине 1087 мм х 421 мм – 2 шт.;

Стеклянная вставка в дверь размером (Т х В х Ш) 4 мм х 994 мм х 328 мм -2 шт.

Шкаф артикулов ДМ-2-101-18:

Габаритные размеры шкафа: ширина - 900 мм, глубина - 400 мм, высота -1700 мм или 1950 мм;

Информация получена с официального сайта Федеральной службы по надзору в сфере здравоохранения www.roszdravnadzor.gov.ru

Шкаф высотой 1700 мм:

Полка в верхней секции шкафа размером по ширине и глубине 825 мм х 347 мм – 2 шт.;

Отделения между полками в верхней секции шкафа высотой 269 мм – 3 отд.;

Полка в нижней секции шкафа размером по ширине и глубине 416 мм х 347 мм – 2 шт.;

Отделения между полками в нижней секции шкафа высотой 320 мм – 4 отд.;

Ящик выдвижной внутренними размерами (Ш х Г х В) 386 мм х 330 мм х 102 мм – 2 шт.;

Фасад ящика выдвижного размером по высоте и ширине: 163 мм х 421 мм. – 2 шт.;

Дверь распашная нижняя размером по высоте и ширине 494 мм х 421 мм – 2 шт.;

Дверь распашная верхняя размером по высоте и ширине 837 мм х 421 мм – 2 шт.

Шкаф высотой 1950 мм:

Полка в верхней секции шкафа размером по ширине и глубине 825 мм х 347 мм – 3 шт.;

Отделения между полками в верхней секции шкафа высотой 269 мм – 4 отд.;

Полка в нижней секции шкафа размером по ширине и глубине 416 мм х 347 мм – 2 шт.;

Отделения между полками в нижней секции шкафа высотой 320 мм – 4 отд.;

Ящик выдвижной внутренними размерами (Ш х Г х В) 386 мм х 330 мм х 102 мм – 2шт.;

Фасад ящика выдвижного размером по высоте и ширине: 163 мм х 421 мм. – 2 шт.;

Дверь распашная нижняя размером по высоте и ширине 494 мм х 421 мм – 2 шт.;

Дверь распашная верхняя размером по высоте и ширине 1087 мм х 421 мм – 2 шт.

Шкаф артикулов ДМ-2-101-19:

Габаритные размеры шкафа: ширина - 900 мм, глубина - 400 мм, высота -1700 мм или 1950 мм;

Шкаф высотой 1700 мм:

Информация получена с официального сайта Федеральной службы по надзору в сфере здравоохранения www.roszdravnadzor.gov.ru

Полка в верхней секции шкафа размером по ширине и глубине 825 мм х 347 мм – 2 шт.;

Отделения между полками в верхней секции шкафа высотой 264 мм – 3 отд.;

Полка в нижней секции шкафа размером по ширине и глубине 416 мм х 347 мм – 1 шт.;

Отделения между полками в нижней секции шкафа высотой 320 мм – 2 отд.;

Ящик выдвижной внутренними размерами (Ш х Г х В) 386 мм х 330 мм х 281 мм – 2 шт.;

Фасад ящика выдвижного размером по высоте и ширине: 329 мм х 421 мм. – 2 шт.;

Дверь распашная нижняя размером по высоте и ширине 660 мм х 421 мм – 1 шт.;

Дверь распашная верхняя размером по высоте и ширине 837 мм х 421 мм – 2 шт.;

Стеклянная вставка в дверь размером (Т х В х Ш) 4 мм х 744 мм х 328 мм -2 шт.

Шкаф высотой 1950 мм:

Полка в верхней секции шкафа размером по ширине и глубине 825 мм х 347 мм – 3 шт.;

Отделения между полками в верхней секции шкафа высотой 269 мм – 4 отд.;

Полка в нижней секции шкафа размером по ширине и глубине 416 мм х 347 мм – 1 шт.;

Отделения между полками в нижней секции шкафа высотой 320 мм – 2 отд.;

Ящик выдвижной внутренними размерами по ширине, глубине, высоте (далее Ш х Г х В) 386 мм х 330 мм х 281 мм – 2шт.;

Фасад ящика выдвижного размером по высоте и ширине: 329 мм х 421 мм. – 2 шт.;

Дверь распашная нижняя размером по высоте и ширине 660 мм х 421 мм – 1 шт.;

Дверь распашная верхняя размером по высоте и ширине 1087 мм х 421 мм – 2 шт.;

Стеклянная вставка в дверь размером (Т х В х Ш) 4 мм х 994 мм х 328 мм -2 шт.

Шкаф артикулов ДМ-2-101-20:

Габаритные размеры шкафа: ширина - 900 мм, глубина - 400 мм, высота -1700 мм или 1950 мм;

Информация получена с официального сайта федеральной службы по надзору в сфере здравоохранения www.roszdravnadzor.gov.ru

Шкаф высотой 1700 мм:

Полка в верхней секции шкафа размером по ширине и глубине 825 мм х 347 мм – 2 шт.;

Отделения между полками в верхней секции шкафа высотой 264 мм – 3 отд.;

Полка в нижней секции шкафа размером по ширине и глубине 416 мм х 347 мм – 1 шт.;

Отделения между полками в нижней секции шкафа высотой 320 мм – 2 отд.;

Ящик выдвижной внутренними размерами (Ш х Г х В) 386 мм х 330 мм х 281 мм – 2 шт.;

Фасад ящика выдвижного размером по высоте и ширине: 329 мм х 421 мм. – 2 шт.;

Дверь распашная нижняя размером по высоте и ширине 660 мм х 421 мм – 1 шт.;

Дверь распашная верхняя размером по высоте и ширине 837 мм х 421 мм – 2 шт.

Шкаф высотой 1950 мм:

Полка в верхней секции шкафа размером по ширине и глубине 825 мм х 347 мм – 3 шт.;

Отделения между полками в верхней секции шкафа высотой 269 мм – 4 отд.;

Полка в нижней секции шкафа размером по ширине и глубине 416 мм х 347 мм – 1 шт.;

Отделения между полками в нижней секции шкафа высотой 320 мм – 2 отд.;

Ящик выдвижной внутренними размерами по ширине, глубине, высоте (далее Ш х Г х В) 386 мм х 330 мм х 281 мм – 2шт.;

Фасад ящика выдвижного размером по высоте и ширине: 329 мм х 421 мм. – 2 шт.;

Дверь распашная нижняя размером по высоте и ширине 660 мм х 421 мм – 1 шт.;

Дверь распашная верхняя размером по высоте и ширине 1087 мм х 421 мм – 2 шт.

Шкаф артикулов ДМ-2-101-21:

Габаритные размеры шкафа: ширина - 900 мм, глубина - 400 мм, высота -1700 мм или 1950 мм;

Шкаф высотой 1700 мм:

Информация получена с официального сайта федеральной службы по надзору в сфере здравоохранения www.roszdravnadzor.gov.ru

Полка в верхней секции шкафа размером по ширине и глубине 825 мм х 347 мм – 2 шт.;

Отделения между полками в верхней секции шкафа высотой 269 мм – 3 отд.;

Полка в нижней секции шкафа размером по ширине и глубине 416 мм х 347 мм – 1 шт.;

Отделения между полками в нижней секции шкафа высотой 320 мм – 2 отд.;

Ящик выдвижной внутренними размерами (Ш х Г х В) 386 мм х 330 мм х 102 мм – 4 шт.;

Фасад ящика выдвижного размером по высоте и ширине: 163 мм х 421 мм. – 4 шт.;

Дверь распашная нижняя размером по высоте и ширине 660 мм х 421 мм – 1 шт.;

Дверь распашная верхняя размером по высоте и ширине 837 мм х 421 мм – 2 шт.;

Стеклянная вставка в дверь размером (Т х В х Ш) 4 мм х 744 мм х 328 мм -2 шт.

Шкаф высотой 1950 мм:

Полка в верхней секции шкафа размером по ширине и глубине 825 мм х 347 мм – 3 шт.;

Отделения между полками в верхней секции шкафа высотой 269 мм – 4 отд.;

Полка в нижней секции шкафа размером по ширине и глубине 416 мм х 347 мм – 1 шт.;

Отделения между полками в нижней секции шкафа высотой 320 мм – 2 отд.;

Ящик выдвижной внутренними размерами (Ш х Г х В) 386 мм х 330 мм х 102 мм – 4 шт.;

Фасад ящика выдвижного размером по высоте и ширине: 163 мм х 421 мм. – 4 шт.;

Дверь распашная нижняя размером по высоте и ширине 660 мм х 421 мм – 1 шт.;

Дверь распашная верхняя размером по высоте и ширине 1087 мм х 421 мм – 2 шт.;

Стеклянная вставка в дверь размером (Т х В х Ш) 4 мм х 994 мм х 328 мм -2 шт.

Шкаф артикулов ДМ-2-101-22:

Габаритные размеры шкафа: ширина - 900 мм, глубина - 400 мм, высота -1700 мм или 1950 мм;

Шкаф высотой 1700 мм:

Информация получена с официального сайта федеральной службы по надзору в сфере здравоохранения www.roszdravnadzor.gov.ru

Полка в верхней секции шкафа размером по ширине и глубине 825 мм х 347 мм – 2 шт.;

Отделения между полками в верхней секции шкафа высотой 269 мм – 3 отд.;

Полка в нижней секции шкафа размером по ширине и глубине 416 мм х 347 мм – 1 шт.;

Отделения между полками в нижней секции шкафа высотой 320 мм – 2 отд.;

Ящик выдвижной внутренними размерами (Ш х Г х В) 386 мм х 330 мм х 102 мм – 4 шт.;

Фасад ящика выдвижного размером по высоте и ширине: 163 мм х 421 мм. – 4 шт.;

Дверь распашная нижняя размером по высоте и ширине 660 мм х 421 мм – 1 шт.;

Дверь распашная верхняя размером по высоте и ширине 837 мм х 421 мм – 2 шт.

Шкаф высотой 1950 мм:

Полка в верхней секции шкафа размером по ширине и глубине 825 мм х 347 мм – 3 шт.;

Отделения между полками в верхней секции шкафа высотой 269 мм – 4 отд.;

Полка в нижней секции шкафа размером по ширине и глубине 416 мм х 347 мм – 1 шт.;

Отделения между полками в нижней секции шкафа высотой 320 мм – 2 отд.;

Ящик выдвижной внутренними размерами (Ш х Г х В) 386 мм х 330 мм х 102 мм – 4 шт.;

Фасад ящика выдвижного размером по высоте и ширине: 163 мм х 421 мм. – 4 шт.;

Дверь распашная нижняя размером по высоте и ширине 660 мм х 421 мм – 1 шт.;

Дверь распашная верхняя размером по высоте и ширине 1087 мм х 421 мм – 2 шт.

Шкаф артикула ДМ-2-101-27:

Габаритные размеры шкафа: ширина - 900 мм, глубина – 400 мм, высота 1950 мм;

Полка размером по ширине и глубине 416 мм х 347 мм – 7 шт.;

Отделения между полками в левой секции шкафа высотой 278 мм – 6 отд.;

Отделение между полками в правой секции шкафа сверху высотой 200 мм – 1 отд.;

Отделение между полками в правой секции шкафа высотой 1161 мм – 1 отд.;

Информация получена с официального сайта федеральной службы по надзору в сфере здравоохранения www.roszdravnadzor.gov.ru

Отделение между полками в правой секции шкафа снизу высотой 355 мм – 1 отд.;

Дверь распашная размером по высоте и ширине 1776 мм х 421 мм– 2 шт.

Шкаф артикулов ДМ-3-101-01:

Габаритные размеры шкафа: ширина- 475 мм, глубина-400 мм, высота-1700 мм или 1950 мм;

Шкаф высотой 1700 мм:

Полка размером по ширине и глубине 425 мм х 347 мм – 4 шт.;

Отделения между полками высотой 292 мм - 5 шт.;

Дверь распашная размером по ширине и высоте 1523 мм х 421 мм. – 1 шт.;

Стеклянная вставка в дверь размером по толщине, ширине, высоте (далее Т х Ш х В) 4 мм х 1430 мм х 328 мм. – 1 шт.

Шкаф высотой 1950 мм:

Полка размером по ширине и глубине 425 мм х 347 мм – 5 шт.;

Отделения между полками высотой 283 мм – 6 отд.

Дверь распашная размером по высоте и ширине 1773 мм х 421 мм– 2 шт.;

Стеклянная вставка в дверь размером (Т х В х Ш) 4 мм х 1680 мм х 328 мм – 1 шт;

Шкаф артикулов ДМ-3-101-02:

Габаритные размеры шкафа: ширина- 475 мм, глубина-400 мм, высота-1700 мм или 1950 мм;

Шкаф высотой 1700 мм:

Полка размером по ширине и глубине 425 мм х 347 мм – 4 шт.;

Отделения между полками высотой 292 мм - 5 шт.;

Дверь распашная размером по ширине и высоте 1523 мм х 421 мм. – 1 шт.

Шкаф высотой 1950 мм:

Полка размером по ширине и глубине 425 мм х 347 мм – 5 шт.;

Отделения между полками высотой 283 мм – 6 отд.

Информация получена с официального сайта Федеральной службы по надзору в сфере здравоохранения www.roszdravnadzor.gov.ru

Дверь распашная размером по высоте и ширине 1773 мм х 421 мм– 2 шт.

Шкаф артикулов ДМ-3-101-03:

Габаритные размеры шкафа: ширина- 475 мм, глубина - 400 мм, высота -1700 мм или 1950 мм;

Шкаф высотой 1700 мм:

Полка размером по ширине и глубине 425 мм х 347 мм – 4 шт.;

Отделения между полками в верхней секции шкафа высотой 259 мм – 2 отд.;

Отделения между полками в нижней секции шкафа высотой 338 мм – 2 отд.;

Дверь распашная нижняя размером по высоте и ширине 688 мм х 421 мм – 1 шт.;

Дверь распашная верхняя размером по высоте и ширине 806 мм х 421 мм – 1 шт.;

Стеклянная вставка в дверь размером (Т х В х Ш) 4 мм х 712 мм х 328 мм -1 шт.

Шкаф высотой 1950 мм:

Полка размером по ширине и глубине 425 мм х 347 мм – 5 шт.;

Отделения между полками в верхней секции шкафа высотой 253 мм – 3 отд.;

Отделения между полками в нижней секции шкафа высотой 338 мм – 2 отд.;

Дверь распашная нижняя размером по высоте и ширине 688 мм х 421 мм – 1 шт.;

Дверь распашная верхняя размером по высоте и ширине 1056 мм х 421 мм – 1 шт.;

Стеклянная вставка в дверь размером (Т х В х Ш) 4 мм х 962 мм х 328 мм -1 шт.

Шкаф артикулов ДМ-3-101-04:

Габаритные размеры шкафа: ширина- 475 мм, глубина - 400 мм, высота -1700 мм или 1950 мм;

Шкаф высотой 1700 мм:

Полка размером по ширине и глубине 425 мм х 347 мм – 4 шт.;

Отделения между полками в верхней секции шкафа высотой 259 мм – 2 отд.;

Отделения между полками в нижней секции шкафа высотой 338 мм – 2 отд.;

Дверь распашная нижняя размером по высоте и ширине 688 мм х 421 мм – 1 шт.;

Дверь распашная верхняя размером по высоте и ширине 806 мм х 421 мм – 1 шт.

Информация получена с официального сайта Федеральной службы по надзору в сфере здравоохранения www.roszdravnadzor.gov.ru

Шкаф высотой 1950 мм:

Полка размером по ширине и глубине 425 мм х 347 мм – 5 шт.;

Отделения между полками в верхней секции шкафа высотой 253 мм – 3 отд.;

Отделения между полками в нижней секции шкафа высотой 338 мм – 2 отд.;

Дверь распашная нижняя размером по высоте и ширине 688 мм х 421 мм – 1 шт.;

Дверь распашная верхняя размером по высоте и ширине 1056 мм х 421 мм – 1 шт.

Шкаф артикулов ДМ-3-101-05:

Габаритные размеры шкафа: ширина - 475 мм, глубина - 400 мм, высота -1700 или 1950 мм;

Шкаф высотой 1700 мм:

Полка размером по ширине и глубине 425 мм х 347 мм – 3 шт.;

Отделения между полками в верхней секции шкафа высотой 259 мм – 2 отд.;

Отделения между полками в нижней секции шкафа высотой 252 мм – 2 отд.;

Ящик выдвижной внутренними размерами по ширине, глубине, высоте (далее Ш х Г х В) 394 мм х 330 мм х 102 мм – 1шт.;

Фасад ящика выдвижного размером по высоте и ширине: 170 мм х 421 мм. – 1 шт.;

Дверь распашная нижняя размером по высоте и ширине 516 мм х 421 мм – 1 шт.;

Дверь распашная верхняя размером по высоте и ширине 806 мм х 421 мм – 1 шт.;

Стеклянная вставка в дверь размером (Т х В х Ш) 4 мм х 712 мм х 328 мм -1 шт.

Шкаф высотой 1950 мм:

Полка размером по ширине и глубине 425 мм х 347 мм – 4 шт.;

Отделения между полками в верхней секции шкафа высотой 253 мм – 3 отд.;

Отделения между полками в нижней секции шкафа высотой 252 мм – 2 отд.;

Ящик выдвижной внутренними размерами (Ш х Г х В) 394 мм х 330 мм х 102 мм – 1шт.;

Фасад ящика выдвижного размером по высоте и ширине: 170 мм х 421 мм. – 1 шт.;

Дверь распашная нижняя размером по высоте и ширине 516 мм х 421 мм – 1 шт.;

Дверь распашная верхняя размером по высоте и ширине 1056 мм х 421 мм – 1 шт.;

Информация получена с официального сайта Федеральной службы по надзору в сфере здравоохранения www.roszdravnadzor.gov.ru

Стеклянная вставка в дверь размером (Т х В х Ш) 4 мм х 962 мм х 328 мм -1 шт.

Шкаф артикулов ДМ-3-101-06:

Габаритные размеры шкафа: ширина - 475 мм, глубина - 400 мм, высота -1700 или 1950 мм;

Шкаф высотой 1700 мм:

Полка размером по ширине и глубине 425 мм х 347 мм – 3 шт.;

Отделения между полками в верхней секции шкафа высотой 259 мм – 2 отд.;

Отделения между полками в нижней секции шкафа высотой 252 мм – 2 отд.;

Ящик выдвижной внутренними размерами по ширине, глубине, высоте (далее Ш х Г х В) 394 мм х 330 мм х 102 мм – 1шт.;

Фасад ящика выдвижного размером по высоте и ширине: 170 мм х 421 мм. – 1 шт.;

Дверь распашная нижняя размером по высоте и ширине 516 мм х 421 мм – 1 шт.;

Дверь распашная верхняя размером по высоте и ширине 806 мм х 421 мм – 1 шт.

Шкаф высотой 1950 мм:

Полка размером по ширине и глубине 425 мм х 347 мм – 4 шт.;

Отделения между полками в верхней секции шкафа высотой 253 мм – 3 отд.;

Отделения между полками в нижней секции шкафа высотой 252 мм – 2 отд.;

Ящик выдвижной внутренними размерами (Ш х Г х В) 394 мм х 330 мм х 102 мм – 1шт.;

Фасад ящика выдвижного размером по высоте и ширине: 170 мм х 421 мм. – 1 шт.;

Дверь распашная нижняя размером по высоте и ширине 516 мм х 421 мм – 1 шт.;

Дверь распашная верхняя размером по высоте и ширине 1056 мм х 421 мм – 1 шт.

Шкаф артикулов ДМ-3-101-07:

Габаритные размеры шкафа: ширина - 475 мм, глубина - 400 мм, высота -1700 или 1950 мм;

Шкаф высотой 1700 мм:

Полка размером по ширине и глубине 425 мм х 347 мм – 3 шт.;

Информация получена с официального сайта Федеральной службы по надзору в сфере здравоохранения www.roszdravnadzor.gov.ru

Отделения между полками в верхней секции шкафа высотой 269 мм – 2 отд.;
Ящик выдвижной внутренними размерами (Ш х Г х В) 394 мм х 330 мм х 281 мм – 2 шт.;
Фасад ящика выдвижного размером по высоте и ширине: 329 мм х 421 мм. – 2 шт.;
Дверь распашная верхняя размером по высоте и ширине 837 мм х 421 мм – 1 шт.;
Стеклянная вставка в дверь размером (Т х В х Ш) 4 мм х 744 мм х 328 мм -1 шт.

Шкаф высотой 1950 мм:
Полка размером по ширине и глубине 425 мм х 347 мм – 4 шт.;
Отделения между полками в верхней секции шкафа высотой 262 мм – 3 отд.;
Ящик выдвижной внутренними размерами (Ш х Г х В) 394 мм х 330 мм х 281 мм – 2 шт.;
Фасад ящика выдвижного размером по высоте и ширине: 329 мм х 421 мм. – 2 шт.;
Дверь распашная верхняя размером по высоте и ширине 1087 мм х 421 мм – 1 шт.;
Стеклянная вставка в дверь размером (Т х В х Ш) 4 мм х 994 мм х 328 мм -1 шт.

Шкаф артикулов ДМ-3-101-08:

Габаритные размеры шкафа: ширина - 475 мм, глубина - 400 мм, высота -1700 или 1950 мм;

Шкаф высотой 1700 мм:
Полка размером по ширине и глубине 425 мм х 347 мм – 3 шт.;
Отделения между полками в верхней секции шкафа высотой 269 мм – 2 отд.;
Ящик выдвижной внутренними размерами (Ш х Г х В) 394 мм х 330 мм х 281 мм – 2 шт.;
Фасад ящика выдвижного размером по высоте и ширине: 329 мм х 421 мм. – 2 шт.;
Дверь распашная верхняя размером по высоте и ширине 837 мм х 421 мм – 1 шт.

Шкаф высотой 1950 мм:
Полка размером по ширине и глубине 425 мм х 347 мм – 4 шт.;
Отделения между полками в верхней секции шкафа высотой 262 мм – 3 отд.;

Информация получена с официального сайта Федеральной службы по надзору в сфере здравоохранения www.roszdravnadzor.gov.ru

Ящик выдвижной внутренними размерами (Ш х Г х В) 394 мм х 330 мм х 281 мм – 2 шт.;

Фасад ящика выдвижного размером по высоте и ширине: 329 мм х 421 мм. – 2 шт.;

Дверь распашная верхняя размером по высоте и ширине 1087 мм х 421 мм – 1 шт.

Шкаф артикулов ДМ-3-101-09:

Габаритные размеры шкафа: ширина - 475 мм, глубина - 400 мм, высота -1700 мм или 1950 мм;

Шкаф высотой 1700 мм:

Полка размером по ширине и глубине 425 мм х 347 мм – 3 шт.;

Отделения между полками в верхней секции шкафа высотой 259 мм – 2 отд.;

Ящик выдвижной внутренними размерами (Ш х Г х В) 394 мм х 330 мм х 102 мм – 4 шт.;

Фасад ящика выдвижного размером по высоте и ширине: 170 мм х 421 мм. – 4 шт.;

Дверь распашная верхняя размером по высоте и ширине 837 мм х 421 мм – 1 шт.;

Стеклянная вставка в дверь размером (Т х В х Ш) 4 мм х 744 мм х 328 мм -1 шт.

Шкаф высотой 1950 мм:

Полка размером по ширине и глубине 425 мм х 347 мм – 4 шт.;

Отделения между полками в верхней секции шкафа высотой 253 мм – 3 отд.;

Ящик выдвижной внутренними размерами (Ш х Г х В) 394 мм х 330 мм х 102 мм – 4 шт.;

Фасад ящика выдвижного размером по высоте и ширине: 170 мм х 421 мм. – 4 шт.;

Дверь распашная верхняя размером по высоте и ширине 1087 мм х 421 мм – 1 шт.;

Стеклянная вставка в дверь размером (Т х В х Ш) 4 мм х 994 мм х 328 мм -1 шт.

Шкаф артикулов ДМ-3-101-10:

Габаритные размеры шкафа: ширина - 475 мм, глубина - 400 мм, высота -1700 мм или 1950 мм;

Шкаф высотой 1700 мм:

Информация получена с официального сайта федеральной службы по надзору в сфере здравоохранения www.roszdravnadzor.gov.ru

Полка размером по ширине и глубине 425 мм х 347 мм – 3 шт.;

Отделения между полками в верхней секции шкафа высотой 259 мм – 2 отд.;

Ящик выдвижной внутренними размерами (Ш х Г х В) 394 мм х 330 мм х 102 мм – 4 шт.;

Фасад ящика выдвижного размером по высоте и ширине: 170 мм х 421 мм. – 4 шт.;

Дверь распашная верхняя размером по высоте и ширине 837 мм х 421 мм – 1 шт.

Шкаф высотой 1950 мм:

Полка размером по ширине и глубине 425 мм х 347 мм – 4 шт.;

Отделения между полками в верхней секции шкафа высотой 253 мм – 3 отд.;

Ящик выдвижной внутренними размерами (Ш х Г х В) 394 мм х 330 мм х 102 мм – 4 шт.;

Фасад ящика выдвижного размером по высоте и ширине: 170 мм х 421 мм. – 4 шт.;

Дверь распашная верхняя размером по высоте и ширине 1087 мм х 421 мм – 1 шт.

Шкаф артикулов ДМ-3-101-11:

Габаритные размеры шкафа: ширина - 475 мм, глубина - 400 мм, высота -1700 или 1950 мм;

Шкаф высотой 1700 мм:

Полка размером по ширине и глубине 425 мм х 347 мм – 3 шт.;

Отделения между полками в верхней секции шкафа высотой 269 мм – 2 отд.;

Ящик потайной внутренними размерами (Ш х Г х В) 413 мм х 302 мм х 276 мм – 1шт.

Верхняя панель ящика потайного размером 429 мм х 302 мм – 1шт.

Отделения в нижней секции шкафа высотой 192 мм – 2 отд.;

Дверь распашная потайная размерами по высоте и ширине 408 мм х 272 мм. – 1 шт.

Дверь распашная нижняя размером по высоте и ширине 688 мм х 421 мм – 1 шт.;

Дверь распашная верхняя размером по высоте и ширине 806 мм х 421 мм – 1 шт.;

Стеклянная вставка в дверь размером (Т х В х Ш) 4 мм х 712 мм х 328 мм -1 шт.

Шкаф высотой 1950 мм:

Информация получена с официального сайта федеральной службы по надзору в сфере здравоохранения www.roszdravnadzor.gov.ru

Полка размером по ширине и глубине 425 мм х 347 мм – 4 шт.;

Отделения между полками в верхней секции шкафа высотой 262 мм – 3 отд.;

Ящик потайной внутренними размерами (Ш х Г х В) 413 мм х 302 мм х 276 мм – 1шт.;

Верхняя панель ящика потайного размером 429 мм х 302 мм – 1шт.;

Отделения в нижней секции шкафа высотой 192 мм – 2 отд.;

Дверь распашная потайная размерами по высоте и ширине 408 мм х 272 мм. – 1 шт.;

Дверь распашная нижняя размером по высоте и ширине 688 мм х 421 мм – 1 шт.;

Дверь распашная верхняя размером по высоте и ширине 1056 мм х 421 мм – 1 шт.;

Стеклянная вставка в дверь размером (Т х В х Ш) 4 мм х 962 мм х 328 мм -1 шт.

Шкаф артикулов ДМ-3-101-12:

Габаритные размеры шкафа: ширина - 475 мм, глубина - 400 мм, высота -1700 или 1950 мм;

Шкаф высотой 1700 мм:

Полка размером по ширине и глубине 425 мм х 347 мм – 3 шт.;

Отделения между полками в верхней секции шкафа высотой 269 мм – 2 отд.;

Ящик потайной внутренними размерами (Ш х Г х В) 413 мм х 302 мм х 276 мм – 1шт.

Верхняя панель ящика потайного размером 429 мм х 302 мм – 1шт.

Отделения в нижней секции шкафа высотой 192 мм – 2 отд.;

Дверь распашная потайная размерами по высоте и ширине 408 мм х 272 мм. – 1 шт.

Дверь распашная нижняя размером по высоте и ширине 688 мм х 421 мм – 1 шт.;

Дверь распашная верхняя размером по высоте и ширине 806 мм х 421 мм – 1 шт.

Шкаф высотой 1950 мм:

Полка размером по ширине и глубине 425 мм х 347 мм – 4 шт.;

Отделения между полками в верхней секции шкафа высотой 262 мм – 3 отд.;

Ящик потайной внутренними размерами (Ш х Г х В) 413 мм х 302 мм х 276 мм – 1шт.;

Верхняя панель ящика потайного размером 429 мм х 302 мм – 1шт.;

Информация получена с официального сайта Федеральной службы по надзору в сфере здравоохранения www.roszdravnadzor.gov.ru

Отделения в нижней секции шкафа высотой 192 мм – 2 отд.;

Дверь распашная потайная размерами по высоте и ширине 408 мм х 272 мм. – 1 шт.;

Дверь распашная нижняя размером по высоте и ширине 688 мм х 421 мм – 1 шт.;

Дверь распашная верхняя размером по высоте и ширине 1056 мм х 421 мм – 1 шт.

Шкаф артикулов ДМ-3-101-13:

Габаритные размеры шкафа: ширина - 900 мм, глубина - 400 мм, высота -1700 или 1950 мм;

Шкаф высотой 1700 мм:

Полка размером по ширине и глубине 849 мм х 347 мм – 4 шт.;

Отделения между полками в верхней секции шкафа высотой 259 мм –3 отд.;

Отделения между полками в нижней секции шкафа высотой 338 мм – 2 отд.;

Дверь распашная нижняя размером по высоте и ширине 660 мм х 421 мм – 2 шт.;

Дверь распашная верхняя размером по высоте и ширине 806 мм х 421 мм – 2 шт.;

Стеклянная вставка в дверь размером (Т х В х Ш) 4 мм х 712мм х 328 мм -2 шт.

Шкаф высотой 1950 мм:

Полка размером по ширине и глубине 425 мм х 347 мм – 5 шт.;

Отделения между полками в верхней секции шкафа высотой 253 мм – 4 отд.;

Отделения между полками в нижней секции шкафа высотой 338 мм – 2 отд.;

Дверь распашная нижняя размером по высоте и ширине 660 мм х 421 мм – 2 шт.;

Дверь распашная верхняя размером по высоте и ширине 1056 мм х 421 мм – 2 шт.;

Стеклянная вставка в дверь размером (Т х В х Ш) 4 мм х 962 мм х 328 мм -2 шт.

Шкаф артикулов ДМ-3-101-14:

Габаритные размеры шкафа: ширина - 900 мм, глубина - 400 мм, высота -1700 или 1950 мм;

Шкаф высотой 1700 мм:

Полка размером по ширине и глубине 849 мм х 347 мм – 4 шт.;

Информация получена с официального сайта Федеральной службы по надзору в сфере здравоохранения www.roszdravnadzor.gov.ru

Отделения между полками в верхней секции шкафа высотой 259 мм –3 отд.;

Отделения между полками в нижней секции шкафа высотой 338 мм – 2 отд.;

Дверь распашная нижняя размером по высоте и ширине 660 мм х 421 мм – 2 шт.;

Дверь распашная верхняя размером по высоте и ширине 806 мм х 421 мм – 2 шт.

Шкаф высотой 1950 мм:

Полка размером по ширине и глубине 425 мм х 347 мм – 5 шт.;

Отделения между полками в верхней секции шкафа высотой 253 мм – 4 отд.;

Отделения между полками в нижней секции шкафа высотой 338 мм – 2 отд.;

Дверь распашная нижняя размером по высоте и ширине 660 мм х 421 мм – 2 шт.;

Дверь распашная верхняя размером по высоте и ширине 1056 мм х 421 мм – 2 шт.

Шкаф артикулов ДМ-3-101-15:

Габаритные размеры шкафа: ширина - 900 мм, глубина – 400 мм, высота -1700 мм или 1950 мм;

Шкаф высотой 1700 мм:

Полка размером по ширине и глубине 825 мм х 347 мм – 4 шт.;

Отделения между полками высотой 292 мм - 5 шт.;

Дверь распашная размером по ширине и высоте 1523 мм х 421 мм. – 2 шт.;

Стеклянная вставка в дверь размером (Т х Ш х В) 4 мм х 1430 мм х 328 мм. – 2 шт.

Шкаф высотой 1950 мм:

Полка размером по ширине и глубине 825 мм х 347 мм – 5 шт.;

Отделения между полками высотой 283 мм – 6 отд.

Дверь распашная размером по высоте и ширине 1773мм х 421 мм– 2 шт.;

Стеклянная вставка в дверь размером (Т х В х Ш) 4 мм х 1680 мм х 328 мм – 2 шт.;

Шкаф артикулов ДМ-3-101-16:

Габаритные размеры шкафа: ширина - 900 мм, глубина – 400 мм, высота -1700 мм или 1950 мм;

Шкаф высотой 1700 мм:

Информация получена с официального сайта федеральной службы по надзору в сфере здравоохранения www.roszdravnadzor.gov.ru

Полка размером по ширине и глубине 825 мм х 347 мм – 4 шт.;

Отделения между полками высотой 292 мм - 5 шт.;

Дверь распашная размером по ширине и высоте 1523 мм х 421 мм. – 2 шт.

Шкаф высотой 1950 мм:

Полка размером по ширине и глубине 825 мм х 347 мм – 5 шт.;

Отделения между полками высотой 283 мм – 6 отд.

Дверь распашная размером по высоте и ширине 1773мм х 421 мм– 2 шт.

Шкаф артикулов ДМ-3-101-17:

Габаритные размеры шкафа: ширина - 900 мм, глубина - 400 мм, высота -1700 мм или 1950 мм;

Шкаф высотой 1700 мм:

Полка в верхней секции шкафа размером по ширине и глубине 825 мм х 347 мм – 2 шт.;

Отделения между полками в верхней секции шкафа высотой 269 мм – 3 отд.;

Полка в нижней секции шкафа размером по ширине и глубине 416 мм х 347 мм – 2 шт.;

Отделения между полками в нижней секции шкафа высотой 320 мм – 4 отд.;

Ящик выдвижной внутренними размерами (Ш х Г х В) 386 мм х 330 мм х 102 мм – 2 шт.;

Фасад ящика выдвижного размером по высоте и ширине: 163 мм х 421 мм. – 2 шт.;

Дверь распашная нижняя размером по высоте и ширине 494 мм х 421 мм – 2 шт.;

Дверь распашная верхняя размером по высоте и ширине 837 мм х 421 мм – 2 шт.;

Стеклянная вставка в дверь размером (Т х В х Ш) 4 мм х 744 мм х 328 мм -2 шт.

Шкаф высотой 1950 мм:

Полка в верхней секции шкафа размером по ширине и глубине 825 мм х 347 мм – 3 шт.;

Отделения между полками в верхней секции шкафа высотой 269 мм – 4 отд.;

Информация получена с официального сайта федеральной службы по надзору в сфере здравоохранения www.roszdravnadzor.gov.ru

Полка в нижней секции шкафа размером по ширине и глубине 416 мм х 347 мм – 2 шт.;

Отделения между полками в нижней секции шкафа высотой 320 мм – 4 отд.;

Ящик выдвижной внутренними размерами (Ш х Г х В) 386 мм х 330 мм х 102 мм – 2шт.;

Фасад ящика выдвижного размером по высоте и ширине: 163 мм х 421 мм. – 2 шт.;

Дверь распашная нижняя размером по высоте и ширине 494 мм х 421 мм – 2 шт.;

Дверь распашная верхняя размером по высоте и ширине 1087 мм х 421 мм – 2 шт.;

Стеклянная вставка в дверь размером (Т х В х Ш) 4 мм х 994 мм х 328 мм -2 шт.

Шкаф артикулов ДМ-3-101-18:

Габаритные размеры шкафа: ширина - 900 мм, глубина - 400 мм, высота -1700 мм или 1950 мм;

Шкаф высотой 1700 мм:

Полка в верхней секции шкафа размером по ширине и глубине 825 мм х 347 мм – 2 шт.;

Отделения между полками в верхней секции шкафа высотой 269 мм – 3 отд.;

Полка в нижней секции шкафа размером по ширине и глубине 416 мм х 347 мм – 2 шт.;

Отделения между полками в нижней секции шкафа высотой 320 мм – 4 отд.;

Ящик выдвижной внутренними размерами (Ш х Г х В) 386 мм х 330 мм х 102 мм – 2 шт.;

Фасад ящика выдвижного размером по высоте и ширине: 163 мм х 421 мм. – 2 шт.;

Дверь распашная нижняя размером по высоте и ширине 494 мм х 421 мм – 2 шт.;

Дверь распашная верхняя размером по высоте и ширине 837 мм х 421 мм – 2 шт.

Шкаф высотой 1950 мм:

Полка в верхней секции шкафа размером по ширине и глубине 825 мм х 347 мм – 3 шт.;

Отделения между полками в верхней секции шкафа высотой 269 мм – 4 отд.;

Информация получена с официального сайта федеральной службы по надзору в сфере здравоохранения www.roszdravnadzor.gov.ru

Полка в нижней секции шкафа размером по ширине и глубине 416 мм х 347 мм – 2 шт.;

Отделения между полками в нижней секции шкафа высотой 320 мм – 4 отд.;

Ящик выдвижной внутренними размерами (Ш х Г х В) 386 мм х 330 мм х 102 мм – 2шт.;

Фасад ящика выдвижного размером по высоте и ширине: 163 мм х 421 мм. – 2 шт.;

Дверь распашная нижняя размером по высоте и ширине 494 мм х 421 мм – 2 шт.;

Дверь распашная верхняя размером по высоте и ширине 1087 мм х 421 мм – 2 шт.

Шкаф артикулов ДМ-3-101-19:

Габаритные размеры шкафа: ширина - 900 мм, глубина - 400 мм, высота -1700 мм или 1950 мм;

Шкаф высотой 1700 мм:

Полка в верхней секции шкафа размером по ширине и глубине 825 мм х 347 мм – 2 шт.;

Отделения между полками в верхней секции шкафа высотой 269 мм – 3 отд.;

Полка в нижней секции шкафа размером по ширине и глубине 416 мм х 347 мм – 1 шт.;

Отделения между полками в нижней секции шкафа высотой 320 мм – 2 отд.;

Ящик выдвижной внутренними размерами (Ш х Г х В) 386 мм х 330 мм х 281 мм – 2 шт.;

Фасад ящика выдвижного размером по высоте и ширине: 329 мм х 421 мм. – 2 шт.;

Дверь распашная нижняя размером по высоте и ширине 660 мм х 421 мм – 1 шт.;

Дверь распашная верхняя размером по высоте и ширине 837 мм х 421 мм – 2 шт.;

Стеклянная вставка в дверь размером (Т х В х Ш) 4 мм х 744 мм х 328 мм -2 шт.

Шкаф высотой 1950 мм:

Полка в верхней секции шкафа размером по ширине и глубине 825 мм х 347 мм – 3 шт.;

Отделения между полками в верхней секции шкафа высотой 269 мм – 4 отд.;

Информация получена с официального сайта Федеральной службы по надзору в сфере здравоохранения www.roszdravnadzor.gov.ru

Полка в нижней секции шкафа размером по ширине и глубине 416 мм х 347 мм – 1 шт.;

Отделения между полками в нижней секции шкафа высотой 320 мм – 2 отд.;

Ящик выдвижной внутренними размерами по ширине, глубине, высоте (далее Ш х Г х В) 386 мм х 330 мм х 281 мм – 2шт.;

Фасад ящика выдвижного размером по высоте и ширине: 329 мм х 421 мм. – 2 шт.;

Дверь распашная нижняя размером по высоте и ширине 660 мм х 421 мм – 1 шт.;

Дверь распашная верхняя размером по высоте и ширине 1087 мм х 421 мм – 2 шт.;

Стеклянная вставка в дверь размером (Т х В х Ш) 4 мм х 994 мм х 328 мм -2 шт.

Шкаф артикулов ДМ-3-101-20:

Габаритные размеры шкафа: ширина - 900 мм, глубина - 400 мм, высота -1700 мм или 1950 мм;

Шкаф высотой 1700 мм:

Полка в верхней секции шкафа размером по ширине и глубине 825 мм х 347 мм – 2 шт.;

Отделения между полками в верхней секции шкафа высотой 269 мм – 3 отд.;

Полка в нижней секции шкафа размером по ширине и глубине 416 мм х 347 мм – 1 шт.;

Отделения между полками в нижней секции шкафа высотой 320 мм – 2 отд.;

Ящик выдвижной внутренними размерами (Ш х Г х В) 386 мм х 330 мм х 281 мм – 2 шт.;

Фасад ящика выдвижного размером по высоте и ширине: 329 мм х 421 мм. – 2 шт.;

Дверь распашная нижняя размером по высоте и ширине 660 мм х 421 мм – 1 шт.;

Дверь распашная верхняя размером по высоте и ширине 837 мм х 421 мм – 2 шт.

Шкаф высотой 1950 мм:

Полка в верхней секции шкафа размером по ширине и глубине 825 мм х 347 мм – 3 шт.;

Отделения между полками в верхней секции шкафа высотой 269 мм – 4 отд.;

Информация получена с официального сайта Федеральной службы по надзору в сфере здравоохранения www.roszdravnadzor.gov.ru

Полка в нижней секции шкафа размером по ширине и глубине 416 мм х 347 мм – 1 шт.;

Отделения между полками в нижней секции шкафа высотой 320 мм – 2 отд.;

Ящик выдвижной внутренними размерами по ширине, глубине, высоте (далее Ш х Г х В) 386 мм х 330 мм х 281 мм – 2шт.;

Фасад ящика выдвижного размером по высоте и ширине: 329 мм х 421 мм. – 2 шт.;

Дверь распашная нижняя размером по высоте и ширине 660 мм х 421 мм – 1 шт.;

Дверь распашная верхняя размером по высоте и ширине 1087 мм х 421 мм – 2 шт.

Шкаф артикулов ДМ-3-101-21:

Габаритные размеры шкафа: ширина - 900 мм, глубина - 400 мм, высота -1700 мм или 1950 мм;

Шкаф высотой 1700 мм:

Полка в верхней секции шкафа размером по ширине и глубине 825 мм х 347 мм – 2 шт.;

Отделения между полками в верхней секции шкафа высотой 269 мм – 3 отд.;

Полка в нижней секции шкафа размером по ширине и глубине 416 мм х 347 мм – 1 шт.;

Отделения между полками в нижней секции шкафа высотой 320 мм – 2 отд.;

Ящик выдвижной внутренними размерами (Ш х Г х В) 386 мм х 330 мм х 102 мм – 4 шт.;

Фасад ящика выдвижного размером по высоте и ширине: 163 мм х 421 мм. – 4 шт.;

Дверь распашная нижняя размером по высоте и ширине 660 мм х 421 мм – 1 шт.;

Дверь распашная верхняя размером по высоте и ширине 837 мм х 421 мм – 2 шт.;

Стеклянная вставка в дверь размером (Т х В х Ш) 4 мм х 744 мм х 328 мм -2 шт.

Шкаф высотой 1950 мм:

Полка в верхней секции шкафа размером по ширине и глубине 825 мм х 347 мм – 3 шт.;

Отделения между полками в верхней секции шкафа высотой 269 мм – 4 отд.;

Информация получена с официального сайта Федеральной службы по надзору в сфере здравоохранения www.roszdravnadzor.gov.ru

Полка в нижней секции шкафа размером по ширине и глубине 416 мм х 347 мм – 1 шт.;

Отделения между полками в нижней секции шкафа высотой 320 мм – 2 отд.;

Ящик выдвижной внутренними размерами (Ш х Г х В) 386 мм х 330 мм х 102 мм – 4 шт.;

Фасад ящика выдвижного размером по высоте и ширине: 163 мм х 421 мм. – 4 шт.;

Дверь распашная нижняя размером по высоте и ширине 660 мм х 421 мм – 1 шт.;

Дверь распашная верхняя размером по высоте и ширине 1087 мм х 421 мм – 2 шт.;

Стеклянная вставка в дверь размером (Т х В х Ш) 4 мм х 994 мм х 328 мм -2 шт.

Шкаф артикулов ДМ-3-101-22:

Габаритные размеры шкафа: ширина - 900 мм, глубина - 400 мм, высота -1700 мм или 1950 мм;

Шкаф высотой 1700 мм:

Полка в верхней секции шкафа размером по ширине и глубине 825 мм х 347 мм – 2 шт.;

Отделения между полками в верхней секции шкафа высотой 269 мм – 3 отд.;

Полка в нижней секции шкафа размером по ширине и глубине 416 мм х 347 мм – 1 шт.;

Отделения между полками в нижней секции шкафа высотой 320 мм – 2 отд.;

Ящик выдвижной внутренними размерами (Ш х Г х В) 386 мм х 330 мм х 102 мм – 4 шт.;

Фасад ящика выдвижного размером по высоте и ширине: 163 мм х 421 мм. – 4 шт.;

Дверь распашная нижняя размером по высоте и ширине 660 мм х 421 мм – 1 шт.;

Дверь распашная верхняя размером по высоте и ширине 837 мм х 421 мм – 2 шт.

Шкаф высотой 1950 мм:

Полка в верхней секции шкафа размером по ширине и глубине 825 мм х 347 мм – 3 шт.;

Отделения между полками в верхней секции шкафа высотой 269 мм – 4 отд.;

Информация получена с официального сайта Федеральной службы по надзору в сфере здравоохранения www.roszdravnadzor.gov.ru

Полка в нижней секции шкафа размером по ширине и глубине 416 мм х 347 мм – 1 шт.;

Отделения между полками в нижней секции шкафа высотой 320 мм – 2 отд.;

Ящик выдвижной внутренними размерами (Ш х Г х В) 386 мм х 330 мм х 102 мм – 4 шт.;

Фасад ящика выдвижного размером по высоте и ширине: 163 мм х 421 мм. – 4 шт.;

Дверь распашная нижняя размером по высоте и ширине 660 мм х 421 мм – 1 шт.;

Дверь распашная верхняя размером по высоте и ширине 1087 мм х 421 мм – 2 шт.

Шкаф артикула ДМ-3-101-27:

Габаритные размеры шкафа: ширина - 900 мм, глубина – 400 мм, высота 1950 мм;

Полка размером по ширине и глубине 416 мм х 347 мм – 7 шт.;

Отделения между полками в левой секции шкафа высотой 285 мм – 6 отд.;

Отделение между полками в правой секции шкафа сверху высотой 200 мм – 1 отд.;

Отделение между полками в правой секции шкафа высотой 1215 мм – 1 отд.;

Отделение между полками в правой секции шкафа снизу высотой 355 мм – 1 отд.;

Дверь распашная размером по высоте и ширине 1773 мм х 421 мм– 2 шт.

Шкаф артикулов ДМ-2-109-01, ДМ-3-109-01

Габаритные размеры шкафа: ширина- 600 мм, глубина - 600 мм, высота -920 мм

Столешница размером по длине и ширине 600 мм х 584 мм – 1 шт.

Полка размером по длине и ширине 525 мм х 468 мм – 1 шт.

Высота отделения под полкой 336 мм.

Высота отделения над полкой 310 мм.

Дверь распашная по длине и ширине 660 мм х 521мм – 1 шт.

Шкаф артикулов ДМ-2-109-02, ДМ-3-109-02

Габаритные размеры шкафа: ширина- 600 мм, глубина - 600 мм, высота -920 мм

Столешница размером по длине и ширине 600 мм х 584 мм – 1 шт.

Ящик выдвижной внутренними размерами (Ш х Г х В) 494 мм х 447 мм х 134 мм – 3 шт.

Информация получена с официального сайта Федеральной службы по надзору в сфере здравоохранения www.roszdravnadzor.gov.ru

Шкаф артикулов ДМ-2-109-03, ДМ-3-109-03

Габаритные размеры шкафа: ширина- 900 мм, глубина - 600 мм, высота -920 мм

Столешница размером по длине и ширине 900 мм х 584 мм – 1 шт.

Полка размером по длине и ширине 825 мм х 468мм – 1 шт.

Высота отделения под полкой 336 мм.

Высота отделения над полкой 310 мм.

Дверь распашная по длине и ширине 660 мм х 408мм – 2 шт.

Шкаф артикулов ДМ-2-109-04, ДМ-3-109-04

Габаритные размеры шкафа: ширина- 900 мм, глубина - 600 мм, высота -920 мм

Столешница размером по длине и ширине 900 мм х 584 мм – 1 шт.

Полка размером по длине и ширине 825 мм х 468мм – 1 шт.

Высота отделения под полкой 241 мм.

Ящик выдвижной внутренними размерами (Ш х Г х В) 373 мм х 447 мм х 102 мм – 2 шт.

Дверь распашная по длине и ширине 494 мм х 408мм – 2 шт.

Шкаф артикулов ДМ-2-109-05, ДМ-3-109-05

Габаритные размеры шкафа: ширина- 900 мм, глубина - 600 мм, высота -920 мм

Столешница размером по длине и ширине 900 мм х 584 мм – 1 шт.

Ящик выдвижной внутренними размерами (Ш х Г х В) 369 мм х 447 мм х 134 мм – 6 шт.

Шкаф артикулов ДМ-2-109-06, ДМ-3-109-06

Габаритные размеры шкафа: ширина- 900 мм, глубина - 600 мм, высота -920 мм

Столешница размером по длине и ширине 900 мм х 584 мм – 1 шт.

Полка размером по длине и ширине 495 мм х 468мм – 1 шт.

Высота отделения под полкой 336 мм.

Высота отделения над полкой 310 мм.

Ящик выдвижной внутренними размерами (Ш х Г х В) 281 мм х 447 мм х 134 мм – 3 шт.

Информация получена с официального сайта федеральной службы по надзору в сфере здравоохранения www.roszdravnadzor.gov.ru

Дверь распашная по длине и ширине 660 мм х 484мм – 1 шт.

Шкаф артикулов ДМ-2-109-07, ДМ-3-109-07

Габаритные размеры шкафа: ширина- 1500 мм, глубина - 600 мм, высота -920 мм

Столешница размером по длине и ширине 1500 мм х 584 мм – 1 шт.

Полка размером по длине и ширине 495 мм х 468мм – 2 шт., 400 мм х 468 мм – 1 шт.

Высота отделения под полкой 336 мм.

Высота отделения над полкой 310 мм.

Дверь распашная по длине и ширине 660 мм х 484мм – 2 шт.

Дверь распашная по длине и ширине 660 мм х 396мм – 1 шт

Шкаф артикулов ДМ-2-109-08, ДМ-3-109-08

Габаритные размеры шкафа: ширина- 1500 мм, глубина - 600 мм, высота -920 мм

Столешница размером по длине и ширине 1500 мм х 584 мм – 1 шт.

Полка размером по длине и ширине 465 мм х 468мм – 2 шт., 458 мм х 468 мм – 1 шт.

Высота отделения под полкой 241 мм.

Высота отделения над полкой 241 мм.

Ящик выдвижной внутренними размерами (Ш х Г х В) 427 мм х 447 мм х102 мм – 3 шт.

Дверь распашная по длине и ширине 494 мм х 454мм – 3 шт.

Шкаф артикулов ДМ-2-109-09, ДМ-3-109-09

Габаритные размеры шкафа: ширина- 1500 мм, глубина - 600 мм, высота -920 мм

Столешница размером по длине и ширине 1500 мм х 584 мм – 1 шт.

Полка размером по длине и ширине 495 мм х 468мм – 2 шт.

Высота отделения под полкой 336 мм – 2 шт.

Высота отделения над полкой 336 мм – 2 шт.

Ящик выдвижной внутренними размерами (Ш х Г х В) 369 мм х 432 мм х134 мм – 3 шт.

Дверь распашная по длине и ширине 685 мм х 484мм – 2 шт.

Шкаф артикулов ДМ-2-109-10, ДМ-3-109-10

Информация получена с официального сайта Федеральной службы по надзору в сфере здравоохранения www.roszdravnadzor.gov.ru

Габаритные размеры шкафа: ширина- 1500 мм, глубина - 600 мм, высота -920 мм

Столешница размером по длине и ширине 1500 мм х 584 мм – 1 шт.

Ящик выдвижной внутренними размерами (Ш х Г х В) 427 мм х 447 мм х134 мм – 9 шт.

Шкаф артикулов ДМ-2-109-11, ДМ-3-109-11

Габаритные размеры шкафа: ширина- 1500 мм, глубина - 600 мм, высота -920 мм

Столешница размером по длине и ширине 1500 мм х 584 мм – 1 шт.

Ящик выдвижной внутренними размерами (Ш х Г х В) 427 мм х 447 мм х102 мм – 12 шт.

Шкаф артикулов ДМ-4-101-01:

Габаритные размеры шкафа: ширина - 450 мм, глубина - 600 мм, высота 1950 мм;

Полка размером по ширине и глубине 408 мм х 564 мм – 5 шт.;

Нижний горизонт по ширине и глубине 408 мм х 579 мм – 1 шт.;

Отделения между полками высотой 275 мм – 6 отд.

Дверь распашная размером по высоте и ширине 1784 мм х 444 мм– 1 шт.;

Стеклянная вставка в дверь размером (Т х В х Ш) 4 мм х 1684 мм х 344 мм – 1 шт;

Шкаф артикулов ДМ-4-101-02:

Габаритные размеры шкафа: ширина - 450 мм, глубина - 600 мм, высота 1950 мм;

Полка размером по ширине и глубине 408 мм х 564 мм – 5 шт.;

Нижний горизонт по ширине и глубине 408 мм х 579 мм – 1 шт.;

Отделения между полками высотой 275 мм – 6 отд.

Дверь распашная размером по высоте и ширине 1784 мм х 444 мм– 1 шт.

Шкаф артикулов ДМ-4-101-03:

Габаритные размеры шкафа: ширина - 450 мм, глубина - 600 мм, высота 1950 мм;

Полка размером по ширине и глубине 408 мм х 564 мм – 4 шт.;

Нижний горизонт по ширине и глубине 408 мм х 579 мм – 1 шт.;

Средний горизонт по ширине и глубине 408 мм х 579 мм – 1 шт.;

Информация получена с официального сайта федеральной службы по надзору в сфере здравоохранения www.roszdravnadzor.gov.ru

Отделения между полками в верхней секции шкафа высотой 257 мм – 4 отд.;

Отделения между полками в нижней секции шкафа высотой 311 мм – 2 отд.;

Дверь распашная нижняя размером по высоте и ширине 668 мм х 444 мм – 1 шт.;

Дверь распашная верхняя размером по высоте и ширине 1113 мм х 444 мм – 1 шт.;

Стеклянная вставка в дверь размером (Т х В х Ш) 4 мм х 1013 мм х 344 мм -1 шт.

Шкаф артикулов ДМ-4-101-04:

Габаритные размеры шкафа: ширина - 450 мм, глубина - 600 мм, высота 1950 мм;

Полка размером по ширине и глубине 408 мм х 564 мм – 4 шт.;

Нижний горизонт по ширине и глубине 408 мм х 579 мм – 1 шт.;

Средний горизонт по ширине и глубине 408 мм х 579 мм – 1 шт.;

Отделения между полками в верхней секции шкафа высотой 257 мм – 4 отд.;

Отделения между полками в нижней секции шкафа высотой 311 мм – 2 отд.;

Дверь распашная нижняя размером по высоте и ширине 668 мм х 444 мм – 1 шт.;

Дверь распашная верхняя размером по высоте и ширине 1113 мм х 444 мм – 1 шт.

Шкаф артикулов ДМ-4-101-07:

Габаритные размеры шкафа: ширина - 450 мм, глубина - 600 мм, высота 1950 мм;

Полка размером по ширине и глубине 408 мм х 564 мм – 3 шт.;

Средний горизонт по ширине и глубине 408 мм х 579 мм – 1 шт.;

Отделения между полками в верхней секции шкафа высотой 257 мм – 4 отд.;

Ящик выдвижной внутренними размерами (Ш х Г х В) 364 мм х 474 мм х 89 мм – 4 шт.;

Фасад ящика выдвижного размером по высоте и ширине: 163 мм х 444 мм. – 4 шт.;

Дверь распашная верхняя размером по высоте и ширине 1113 мм х 444 мм – 1 шт.;

Стеклянная вставка в дверь размером (Т х В х Ш) 4 мм х 1013 мм х 344 мм -1 шт.

Шкаф артикулов ДМ-4-101-08:

Габаритные размеры шкафа: ширина - 450 мм, глубина - 600 мм, высота 1950 мм;

Полка размером по ширине и глубине 408 мм х 564 мм – 3 шт.;

Средний горизонт по ширине и глубине 408 мм х 579 мм – 1 шт.;

Информация получена с официального сайта Федеральной службы по надзору в сфере здравоохранения www.roszdravnadzor.gov.ru

Отделения между полками в верхней секции шкафа высотой 257 мм – 4 отд.;

Ящик выдвижной внутренними размерами (Ш х Г х В) 364 мм х 474мм х 89 мм – 4 шт.;

Фасад ящика выдвижного размером по высоте и ширине: 163 мм х 444 мм. – 4 шт.;

Дверь распашная верхняя размером по высоте и ширине 1113 мм х 444 мм – 1 шт.

Шкаф артикулов ДМ-4-101-09:

Габаритные размеры шкафа: ширина - 600 мм, глубина - 600 мм, высота 1950 мм;

Полка размером по ширине и глубине 558 мм х 564 мм – 5 шт.;

Нижний горизонт по ширине и глубине 558 мм х 579 мм – 1 шт.;

Отделения между полками высотой 275 мм – 6 отд.

Дверь распашная размером по высоте и ширине 1784 мм х 594 мм– 1 шт.;

Стеклянная вставка в дверь размером (Т х В х Ш) 4 мм х 1684 мм х 494 мм – 1 шт;

Шкаф артикулов ДМ-4-101-10:

Габаритные размеры шкафа: ширина - 600 мм, глубина - 600 мм, высота 1950 мм;

Полка размером по ширине и глубине 558 мм х 564 мм – 5 шт.;

Нижний горизонт по ширине и глубине 558 мм х 579 мм – 1 шт.;

Отделения между полками высотой 275 мм – 6 отд.

Дверь распашная размером по высоте и ширине 1784 мм х 594 мм– 1 шт.

Шкаф артикулов ДМ-4-101-11:

Габаритные размеры шкафа: ширина - 600 мм, глубина - 600 мм, высота 1950 мм;

Полка размером по ширине и глубине 558 мм х 564 мм – 4 шт.;

Нижний горизонт по ширине и глубине 558 мм х 579 мм – 1 шт.;

Средний горизонт по ширине и глубине 558 мм х 579 мм – 1 шт.;

Отделения между полками в верхней секции шкафа высотой 257 мм – 4 отд.;

Отделения между полками в нижней секции шкафа высотой 311 мм – 2 отд.;

Дверь распашная нижняя размером по высоте и ширине 668 мм х 594 мм – 1 шт.;

Дверь распашная верхняя размером по высоте и ширине 1113мм х 594 мм – 1 шт.;

Стеклянная вставка в дверь размером (Т х В х Ш) 4 мм х 1013 мм х 494 мм -1 шт.

Информация получена с официального сайта Федеральной службы по надзору в сфере здравоохранения www.roszdravnadzor.gov.ru

Шкаф артикулов ДМ-4-101-12:

Габаритные размеры шкафа: ширина - 600 мм, глубина - 600 мм, высота 1950 мм;

Полка размером по ширине и глубине 558 мм х 564 мм – 4 шт.;

Нижний горизонт по ширине и глубине 558 мм х 579 мм – 1 шт.;

Средний горизонт по ширине и глубине 558 мм х 579 мм – 1 шт.;

Отделения между полками в верхней секции шкафа высотой 257 мм – 4 отд.;

Отделения между полками в нижней секции шкафа высотой 311 мм – 2 отд.;

Дверь распашная нижняя размером по высоте и ширине 668 мм х 594 мм – 1 шт.;

Дверь распашная верхняя размером по высоте и ширине 1113мм х 594 мм – 1 шт.

Шкаф артикулов ДМ-4-101-15:

Габаритные размеры шкафа: ширина - 600 мм, глубина - 600 мм, высота 1950 мм;

Полка размером по ширине и глубине 558 мм х 564 мм – 3 шт.;

Средний горизонт по ширине и глубине 558 мм х 579 мм – 1 шт.;

Отделения между полками в верхней секции шкафа высотой 257 мм – 4 отд.;

Ящик выдвижной внутренними размерами (Ш х Г х В) 514 мм х 474 мм х 89мм – 4 шт.;

Фасад ящика выдвижного размером по высоте и ширине: 163 мм х 444 мм. – 4 шт.;

Дверь распашная верхняя размером по высоте и ширине 1113 мм х 579 мм – 1 шт.;

Стеклянная вставка в дверь размером (Т х В х Ш) 4 мм х 1013 мм х 494 мм -1 шт.

Шкаф артикулов ДМ-4-101-16:

Габаритные размеры шкафа: ширина - 600 мм, глубина - 600 мм, высота 1950 мм;

Полка размером по ширине и глубине 558 мм х 564 мм – 3 шт.;

Средний горизонт по ширине и глубине 558 мм х 579 мм – 1 шт.;

Отделения между полками в верхней секции шкафа высотой 257 мм – 4 отд.;

Ящик выдвижной внутренними размерами (Ш х Г х В) 514 мм х 474 мм х 89мм – 4 шт.;

Фасад ящика выдвижного размером по высоте и ширине: 163 мм х 444 мм. – 4 шт.;

Дверь распашная верхняя размером по высоте и ширине 1113 мм х 579 мм – 1 шт.

Информация получена с официального сайта федеральной службы по надзору в сфере здравоохранения www.roszdravnadzor.gov.ru

Шкаф артикулов ДМ-4-101-17:

Габаритные размеры шкафа: ширина - 900 мм, глубина - 600 мм, высота 1950 мм;

Полка размером по ширине и глубине 858 мм х 564 мм – 5 шт.;

Нижний горизонт по ширине и глубине 858 мм х 579 мм – 1 шт.;

Отделения между полками высотой 275мм – 6 отд.

Дверь распашная размером по высоте и ширине 1784мм х 445 мм– 2 шт.;

Стеклянная вставка в дверь размером (Т х В х Ш) 4 мм х 1684 мм х 345 мм – 2 шт;

Шкаф артикулов ДМ-4-101-18:

Габаритные размеры шкафа: ширина - 900 мм, глубина - 600 мм, высота 1950 мм;

Полка размером по ширине и глубине 858 мм х 564 мм – 5 шт.;

Нижний горизонт по ширине и глубине 858 мм х 579 мм – 1 шт.;

Отделения между полками высотой 275мм – 6 отд.

Дверь распашная размером по высоте и ширине 1784мм х 445 мм– 2 шт.

Шкаф артикулов ДМ-4-101-19:

Габаритные размеры шкафа: ширина - 900 мм, глубина - 600 мм, высота 1950 мм;

Полка размером по ширине и глубине 858 мм х 564 мм – 4 шт.;

Нижний горизонт по ширине и глубине 858 мм х 579 мм – 1 шт.;

Средний горизонт по ширине и глубине 858 мм х 579 мм – 1 шт.;

Отделения между полками в верхней секции шкафа высотой 257 мм – 4 отд.;

Отделения между полками в нижней секции шкафа высотой 311 мм – 2 отд.;

Дверь распашная нижняя размером по высоте и ширине 668мм х 445 мм – 2 шт.;

Дверь распашная верхняя размером по высоте и ширине 1113 мм х 445 мм – 2 шт.;

Стеклянная вставка в дверь размером (Т х В х Ш) 4 мм х 1013 мм х 345 мм -1 шт.

Шкаф артикулов ДМ-4-101-20:

Габаритные размеры шкафа: ширина - 900 мм, глубина - 600 мм, высота 1950 мм;

Полка размером по ширине и глубине 858 мм х 564 мм – 4 шт.;

Нижний горизонт по ширине и глубине 858 мм х 579 мм – 1 шт.;

Средний горизонт по ширине и глубине 858 мм х 579 мм – 1 шт.;

Информация получена с официального сайта Федеральной службы по надзору в сфере здравоохранения www.roszdravnadzor.gov.ru

Отделения между полками в верхней секции шкафа высотой 257 мм – 4 отд.;

Отделения между полками в нижней секции шкафа высотой 311 мм – 2 отд.;

Дверь распашная нижняя размером по высоте и ширине 668мм х 445 мм – 2 шт.;

Дверь распашная верхняя размером по высоте и ширине 1113 мм х 445 мм – 2 шт.

Шкаф артикулов ДМ-4-101-21:

Габаритные размеры шкафа: ширина - 900 мм, глубина - 600 мм, высота 1950 мм;

Полка размером по ширине и глубине 858 мм х 564 мм – 3 шт.;

Средний горизонт по ширине и глубине 858 мм х 579 мм – 1 шт.;

Отделения между полками в верхней секции шкафа высотой 257 мм – 4 отд.;

Ящик выдвижной внутренними размерами (Ш х Г х В) 814 мм х 474 мм х 89 мм – 2 шт.;

Ящик выдвижной внутренними размерами (Ш х Г х В) 814 мм х 474 мм х 159 мм – 1 шт.;

Фасад ящика выдвижного размером по высоте и ширине: 163 мм х 444 мм. – 2 шт.;

Фасад ящика выдвижного размером по высоте и ширине: 334 мм х 444 мм. – 1 шт.;

Дверь распашная верхняя размером по высоте и ширине 1113 мм х 445 мм – 2 шт.;

Стеклянная вставка в дверь размером (Т х В х Ш) 4 мм х 1013 мм х 345 мм -2 шт.

Шкаф артикулов ДМ-4-101-22:

Габаритные размеры шкафа: ширина - 900 мм, глубина - 600 мм, высота 1950 мм;

Полка размером по ширине и глубине 858 мм х 564 мм – 3 шт.;

Средний горизонт по ширине и глубине 858 мм х 579 мм – 1 шт.;

Отделения между полками в верхней секции шкафа высотой 257 мм – 4 отд.;

Ящик выдвижной внутренними размерами (Ш х Г х В) 814 мм х 474 мм х 89 мм – 2 шт.;

Ящик выдвижной внутренними размерами (Ш х Г х В) 814 мм х 474 мм х 159 мм – 1 шт.;

Фасад ящика выдвижного размером по высоте и ширине: 163 мм х 444 мм. – 2 шт.;

Фасад ящика выдвижного размером по высоте и ширине: 334 мм х 444 мм. – 1 шт.;

Дверь распашная верхняя размером по высоте и ширине 1113 мм х 445 мм – 2 шт.

Информация получена с официального сайта Федеральной службы по надзору в сфере здравоохранения www.roszdravnadzor.gov.ru

Шкаф артикула ДМ-4-101-27:

Габаритные размеры шкафа: ширина - 900 мм, глубина – 600 мм, высота 1950 мм;

Полка размером по ширине и глубине 419 мм х 564 мм – 7 шт.;

Нижний горизонт по ширине и глубине 419 мм х 579 мм – 2 шт.;

Отделения между полками в левой секции шкафа высотой 273 мм – 6 отд.;

Отделение между полками в правой секции шкафа сверху высотой 230 мм – 1 отд.;

Отделение между полками в правой секции шкафа снизу высотой 400 мм – 1 отд.;

Дверь распашная размером по высоте и ширине 1784 мм х 445 мм– 2 шт.

Шкаф артикула ДМ-4-101-31:

Габаритные размеры шкафа: ширина - 900 мм, глубина - 600 мм, высота 1950 мм;

Полка размером по ширине и глубине 858 мм х 564 мм – 3 шт.;

Средний горизонт по ширине и глубине 858 мм х 579 мм – 1 шт.;

Отделения между полками в верхней секции шкафа высотой 257 мм – 4 отд.;

Ящик выдвижной внутренними размерами (Ш х Г х В) 814 мм х 474 мм х 89 мм – 4 шт.;

Фасад ящика выдвижного размером по высоте и ширине 163 мм х 444 мм. – 4 шт.;

Дверь распашная верхняя размером по высоте и ширине 1113 мм х 444 мм – 2 шт.;

Стеклянная вставка в дверь размером (Т х В х Ш) 4 мм х 1013 мм х 345 мм -2 шт.

Шкаф артикула ДМ-4-101-32:

Габаритные размеры шкафа: ширина - 900 мм, глубина - 600 мм, высота 1950 мм;

Полка размером по ширине и глубине 858 мм х 564 мм – 3 шт.;

Средний горизонт по ширине и глубине 858 мм х 579 мм – 1 шт.;

Отделения между полками в верхней секции шкафа высотой 257 мм – 4 отд.;

Ящик выдвижной внутренними размерами (Ш х Г х В) 814 мм х 474 мм х 89 мм – 4 шт.;

Фасад ящика выдвижного размером по высоте и ширине 163 мм х 444 мм. – 4 шт.;

Дверь распашная верхняя размером по высоте и ширине 1113 мм х 444 мм – 2 шт.

Шкаф артикула ДМ-4-101-37:

Информация получена с официального сайта Федеральной службы по надзору в сфере здравоохранения www.roszdravnadzor.gov.ru

Габаритные размеры шкафа: ширина 900 мм, глубина 600 мм, высота 1950 мм.

Ящик выдвижной нижний внутренними размерами (Ш х Г х В) 346 мм х 374 мм х 89 мм – 2 шт.

Ящик выдвижной верхний внутренними размерами (Ш х Г х В) 346 мм х 374 мм х 59 мм – 2 шт.

Ящик потайной внутренними размерами (Ш х Г х В) 395 мм х 485 мм х 340 мм -1шт.

Лоток на поворотных кронштейнах размерами (Ш х Г х В): 240 мм х 200 мм х 60 мм – 6шт.

Лоток на выдвижных направляющих размерами (Ш*Г*В): 430 мм х 165 мм х 100 мм – 6шт.

Лоток навесной размерами (Ш*Г*В): 280 мм х 70 мм х 65 мм – 12шт.

Полка верхняя размером по ширине и глубине 858 мм х 249 мм – 1 шт.

Полка средняя размером по ширине и глубине 858 мм х 484 мм – 2 шт.

Полка средняя малая размером по ширине и глубине 443 мм х 484 мм – 1 шт.

Полка выдвижная размером по ширине и глубине 376 мм х 454 мм – 1 шт.

Отделение между полками в верхней части шкафа высотой 315 мм – 2 отд.

Отделение между полками в среднем отделении шкафа высотой 140 мм – 1 отд.

Отделение между полками в среднем отделении шкафа высотой 180 мм – 1 отд.

Дверь распашная верхняя размером по высоте и ширине 1784мм х 447мм – 2 шт.

Шкаф артикула ДМ-4-109-03

Габаритные размеры шкафа: ширина- 900 мм, глубина - 600 мм, высота -920 мм

Столешница размером по длине и ширине 900 мм х 584 мм – 1 шт.

Полка размером по длине и ширине 833 мм х 509мм – 1 шт.

Высота отделения под полкой 315 мм.

Высота отделения над полкой 315 мм.

Дверь распашная по длине и ширине 668 мм х 433мм – 2 шт.

Шкаф артикула ДМ-4-109-04

Габаритные размеры шкафа: ширина- 600 мм, глубина - 600 мм, высота -920 мм

Столешница размером по длине и ширине 600 мм х 584 мм – 1 шт.

Полка размером по длине и ширине 533 мм х 509мм – 1 шт.

Информация получена с официального сайта федеральной службы по надзору в сфере здравоохранения www.roszdravnadzor.gov.ru

Высота отделения под полкой 315 мм.

Высота отделения над полкой 315 мм.

Дверь распашная по длине и ширине 668 мм х 570мм – 1 шт.

Шкаф артикула ДМ-4-109-05

Габаритные размеры шкафа: ширина- 600 мм, глубина - 600 мм, высота -920 мм

Столешница размером по длине и ширине 600 мм х 584 мм – 1 шт.

Ящик выдвижной внутренними размерами (Ш х Г х В) 492 мм х 490 мм х 90 мм – 1 шт.

Полка размером по длине и ширине 533 мм х 509мм – 1 шт.

Высота отделения под полкой 233 мм.

Высота отделения над полкой 233 мм.

Дверь распашная по длине и ширине 499 мм х 570мм 1 шт.

Шкаф артикула ДМ-4-109-06

Габаритные размеры шкафа: ширина- 600 мм, глубина - 600 мм, высота -920 мм

Столешница размером по длине и ширине 600 мм х 584 мм – 1 шт.

Ящик выдвижной внутренними размерами (Ш х Г х В) 492 мм х 490 мм х 80 мм – 4 шт.

Шкаф артикула ДМ-4-109-14

Габаритные размеры шкафа: ширина- 900 мм, глубина - 600 мм, высота -920 мм;

Столешница размером по длине и ширине 900 мм х 584 мм – 1 шт.

Ящик выдвижной внутренними размерами (Ш х Г х В) 365 мм х 490 мм х 90 мм – 2 шт.

Полка размером по длине и ширине 833 мм х 509мм – 1 шт.

Высота отделения под полкой 233 мм.

Высота отделения над полкой 233 мм.

Дверь распашная по длине и ширине 498 мм х 433мм 2 шт.

Шкаф артикула ДМ-4-109-15

Габаритные размеры шкафа: ширина- 900 мм, глубина - 600 мм, высота -920 мм;

Информация получена с официального сайта федеральной службы по надзору в сфере здравоохранения www.roszdravnadzor.gov.ru

Столешница размером по длине и ширине 900 мм х 584 мм – 1 шт.

Ящик выдвижной внутренними размерами (Ш х Г х В) 792 мм х 475 мм х 80 мм – 4 шт.

Высота от пола до столешницы у всех артикулов шкафов со столешницей составляет 850 мм.

1.1.4 Масса шкафа приведена в таблице 1.

Таблица 1

Артикул	Высота шкафа, мм	Масса шкафа, кг, ± 10%
ДМ-1-109-01	920	39,8
ДМ-1-109-02	920	51,8
ДМ-1-109-03	920	55,8
ДМ-1-109-04	920	66,2
ДМ-1-109-05	920	81,3
ДМ-1-109-06	920	70,1
ДМ-1-109-07	920	97,2
ДМ-1-109-08	920	111,9
ДМ-1-109-09	920	107,5
ДМ-1-109-10	920	129,7
ДМ-1-109-11	920	139,8
ДМ-2-101-01	1700	42
	1950	46,7
ДМ-2-101-02	1700	47,2
	1950	52,8
ДМ-2-101-03	1700	45,8
	1950	51
ДМ-2-101-04	1700	48,3
	1950	53,9
ДМ-2-101-05	1700	49,4
	1950	54,6
ДМ-2-101-06	1700	51,8
	1950	57,4

Информация получена с официального сайта федеральной службы по надзору в сфере здравоохранения www.roszdravnadzor.gov.ru

Артикул	Высота шкафа, мм	Масса шкафа, кг, ± 10%
ДМ-2 -101-07	1700	53,4
	1950	59
ДМ-2 -101-08	1700	55,8
	1950	61,9
ДМ-2 -101-09	1700	58,1
	1950	64,7
ДМ-2 -101-10	1700	60,5
	1950	67,6
ДМ-2 -101-11	1700	51,6
	1950	56,8
ДМ-2 -101-12	1700	54,1
	1950	59,7
ДМ-2 -101-13	1700	74,1
	1950	81,9
ДМ-2 -101-14	1700	79
	1950	90,9
ДМ-2 -101-15	1700	67
	1950	77,1
ДМ-2 -101-16	1700	77,5
	1950	89,5
ДМ-2 -101-17	1700	84,2
	1950	95,4
ДМ-2 -101-18	1700	89
	1950	102,7
ДМ-2 -101-19	1700	84,6
	1950	95,4
ДМ-2 101-20	1700	89,4
	1950	102,7
ДМ-2 -101-21	1700	89,2
	1950	100,4
ДМ-2 -101-22	1700	94,1
	1950	107,7

Информация получена с официального сайта федеральной службы по надзору в сфере здравоохранения www.roszdravnadzor.gov.ru

Артикул	Высота шкафа, мм	Масса шкафа, кг, ± 10%
ДМ-2 -101-27	1950	91,9
ДМ-2-109-01	920	33,1
ДМ-2-109-02	920	46,7
ДМ-2-109-03	920	45,9
ДМ-2-109-04	920	55,4
ДМ-2-109-05	920	73,6
ДМ-2-109-06	920	60,8
ДМ-2-109-07	920	80,3
ДМ-2-109-08	920	93,8
ДМ-2-109-09	920	91,8
ДМ-2-109-10	920	117,2
ДМ-2-109-11	920	126,3
ДМ-3-101-01	1700	42,8
	1950	49,1
ДМ-3-101-02	1700	48,1
	1950	55,2
ДМ-3-101-03	1700	45,9
	1950	52,3
ДМ-3-101-04	1700	48,3
	1950	55,9
ДМ-3-101-05	1700	49,4
	1950	55,8
ДМ-3-101-06	1700	51,8
	1950	59,4
ДМ-3 -101-07	1700	53,3
	1950	59,3
ДМ-3 -101-08	1700	55,8
	1950	62,9
ДМ-3 -101-09	1700	58
	1950	64,7
ДМ-3 -101-10	1700	60,5
	1950	67,9

Информация получена с официального сайта федеральной службы по надзору в сфере здравоохранения www.roszdravnadzor.gov.ru

Артикул	Высота шкафа, мм	Масса шкафа, кг, ± 10%
ДМ-3 -101-11	1700	51,3
	1950	60,9
ДМ-3 -101-12	1700	53,8
	1950	64,5
ДМ-3 -101-13	1700	73,5
	1950	83,8
ДМ-3 -101-14	1700	78,4
	1950	91
ДМ-3 -101-15	1700	67,5
	1950	77,5
ДМ-3 -101-16	1700	78
	1950	89,8
ДМ-3 -101-17	1700	83,5
	1950	94,3
ДМ-3 -101-18	1700	88,4
	1950	101,5
ДМ-3 -101-19	1700	83,9
	1950	94,3
ДМ-3 101-20	1700	88,8
	1950	101,5
ДМ-3 -101-21	1700	88,5
	1950	99,2
ДМ-3 -101-22	1700	93,4
	1950	106,4
ДМ-3 -101-23	1350	123,2
ДМ-3 -101-24	1350	141
ДМ-3 -101-25	1350	67,8
ДМ-3 -101-26	1350	75
ДМ-3 -101-27	1950	92,1
ДМ-3 -101-34	1950	86,5
ДМ-3-109-01	920	32,7
ДМ-3-109-02	920	46,3

Информация получена с официального сайта федеральной службы по надзору в сфере здравоохранения www.roszdravnadzor.gov.ru

Артикул	Высота шкафа, мм	Масса шкафа, кг, ± 10%
ДМ-3-109-03	920	44,7
ДМ-3-109-04	920	54,1
ДМ-3-109-05	920	71,4
ДМ-3-109-06	920	58,7
ДМ-3-109-07	920	75,6
ДМ-3-109-08	920	89,1
ДМ-3-109-09	920	87,1
ДМ-3-109-10	920	112,5
ДМ-3-109-11	920	121,6
ДМ-4-101-01	1950	76
ДМ-4-101-02	1950	81
ДМ-4-101-03	1950	79
ДМ-4-101-04	1950	82
ДМ-4-101-07	1950	86
ДМ-4-101-08	1950	72
ДМ-4-101-09	1950	87
ДМ-4-101-10	1950	95
ДМ-4-101-11	1950	91
ДМ-4-101-12	1950	73
ДМ-4-101-15	1950	100
ДМ-4-101-16	1950	105
ДМ-4-101-17	1950	111
ДМ-4-101-18	1950	117
ДМ-4-101-19	1950	117
ДМ-4-101-20	1950	124
ДМ-4-101-21	1950	123
ДМ-4-101-22	1950	131
ДМ-4-101-27	1950	110
ДМ-4-101-31	1950	129
ДМ-4-101-32	1950	137
ДМ-4-101-37	1950	155
ДМ-4-109-03	920	47

Информация получена с официального сайта федеральной службы по надзору в сфере здравоохранения www.roszdravnadzor.gov.ru

Артикул	Высота шкафа, мм	Масса шкафа, кг, ± 10%
ДМ-4-109-04	920	35
ДМ-4-109-05	920	40
ДМ-4-109-06	920	50
ДМ-4-109-14	920	58
ДМ-4-109-15	920	55

1.1.5 Полка шкафа выдерживает предельную рабочую равномерно-распределенную нагрузку (15±1,0) кг.

1.1.6 Дно ящика выдвижного выдерживает предельную рабочую равномерно-распределенную нагрузку (15,0 ± 1,0) кг.

1.1.7 Лоток на двери распашной выдерживает предельную рабочую равномерно-распределенную нагрузку (1,5 ±0,1) кг.

1.1.8 Лотки на поворотных перегородках, на поворотных кронштейнах, на выдвижных направляющих выдерживают предельную рабочую равномерно-распределенную нагрузку (3,0 ±0,3) кг.

1.1.9 Столешница шкафа выдерживает предельную рабочую равномерно-распределенную нагрузку (60 ±1,0) кг.

1.1.10 Шкаф выдерживает совокупную предельную рабочую нагрузку с учетом предельной равномерно распределенной нагрузки на каждую полку, ящик выдвижной, столешницу в соответствии со значениями, приведенными в таблице 2.

Таблица 2

Артикул	Высота шкафа, мм	Предельная рабочая нагрузка, кг, не более
ДМ-1-109-01	920	90
ДМ-1-109-02	920	105
ДМ-1-109-03	920	90
ДМ-1-109-04	920	120
ДМ-1-109-05	920	150
ДМ-1-109-06	920	120

Информация получена с официального сайта Федеральной службы по надзору в сфере здравоохранения www.roszdravnadzor.gov.ru

Артикул	Высота шкафа, мм	Предельная рабочая нагрузка, кг, не более
ДМ-1-109-07	920	150
ДМ-1-109-08	920	165
ДМ-1-109-09	920	165
ДМ-1-109-10	920	190
ДМ-1-109-11	920	190
ДМ-2-101-01	1700	75
	1950	90
ДМ-2-101-02	1700	75
	1950	90
ДМ-2-101-03	1700	75
	1950	90
ДМ-2-101-04	1700	75
	1950	90
ДМ-2-101-05	1700	90
	1950	105
ДМ-2-101-06	1700	90
	1950	105
ДМ-2 -101-07	1700	75
	1950	90
ДМ-2 -101-08	1700	75
	1950	90
ДМ-2 -101-09	1700	105
	1950	120
ДМ-2 -101-10	1700	105
	1950	120
ДМ-2 -101-11	1700	90
	1950	105
ДМ-2 -101-12	1700	90
	1950	105
ДМ-2 -101-13	1700	75
	1950	90
ДМ-2 -101-14	1700	75

Информация получена с официального сайта Федеральной службы по надзору в сфере здравоохранения www.roszdravnadzor.gov.ru

Артикул	Высота шкафа, мм	Предельная рабочая нагрузка, кг, не более
	1950	90
ДМ-2 -101-15	1700	75
	1950	90
ДМ-2 -101-16	1700	75
	1950	90
ДМ-2 -101-17	1700	135
	1950	150
ДМ-2 -101-18	1700	135
	1950	150
ДМ-2 -101-19	1700	105
	1950	120
ДМ-2 101-20	1700	105
	1950	120
ДМ-2 -101-21	1700	135
	1950	150
ДМ-2 -101-22	1700	135
	1950	150
ДМ-2 -101-27	1950	135
ДМ-2-109-01	920	90
ДМ-2-109-02	920	105
ДМ-2-109-03	920	90
ДМ-2-109-04	920	120
ДМ-2-109-05	920	150
ДМ-2-109-06	920	120
ДМ-2-109-07	920	150
ДМ-2-109-08	920	165
ДМ-2-109-09	920	165
ДМ-2-109-10	920	190
ДМ-2-109-11	920	190
ДМ-3-101-01	1700	75
	1950	90
ДМ-3-101-02	1700	75

Информация получена с официального сайта Федеральной службы по надзору в сфере здравоохранения www.roszdravnadzor.gov.ru

Артикул	Высота шкафа, мм	Предельная рабочая нагрузка, кг, не более
	1950	90
ДМ-3-101-03	1700	75
	1950	90
ДМ-3-101-04	1700	75
	1950	90
ДМ-3-101-05	1700	90
	1950	105
ДМ-3-101-06	1700	90
	1950	105
ДМ-3 -101-07	1700	75
	1950	90
ДМ-3 -101-08	1700	75
	1950	90
ДМ-3 -101-09	1700	105
	1950	120
ДМ-3 -101-10	1700	105
	1950	120
ДМ-3 -101-11	1700	90
	1950	105
ДМ-3 -101-12	1700	90
	1950	105
ДМ-3 -101-13	1700	75
	1950	90
ДМ-3 -101-14	1700	75
	1950	90
ДМ-3 -101-15	1700	75
	1950	90
ДМ-3 -101-16	1700	75
	1950	90
ДМ-3 -101-17	1700	135
	1950	150
ДМ-3 -101-18	1700	135

Информация получена с официального сайта Федеральной службы по надзору в сфере здравоохранения www.roszdravnadzor.gov.ru

Артикул	Высота шкафа, мм	Предельная рабочая нагрузка, кг, не более
	1950	150
ДМ-3 -101-19	1700	105
	1950	120
ДМ-3 101-20	1700	105
	1950	120
ДМ-3 -101-21	1700	135
	1950	150
ДМ-3 -101-22	1700	135
	1950	150
ДМ-3 -101-27	1950	135
ДМ-3-109-01	920	90
ДМ-3-109-02	920	105
ДМ-3-109-03	920	90
ДМ-3-109-04	920	120
ДМ-3-109-05	920	150
ДМ-3-109-06	920	120
ДМ-3-109-07	920	150
ДМ-3-109-08	920	165
ДМ-3-109-09	920	165
ДМ-3-109-10	920	190
ДМ-3-109-11	920	190
ДМ-4-101-01	1950	90
ДМ-4-101-02	1950	90
ДМ-4-101-03	1950	90
ДМ-4-101-04	1950	90
ДМ-4-101-07	1950	120
ДМ-4-101-08	1950	120
ДМ-4-101-09	1950	90
ДМ-4-101-10	1950	90
ДМ-4-101-11	1950	90
ДМ-4-101-12	1950	90
ДМ-4-101-15	1950	120

Информация получена с официального сайта Федеральной службы по надзору в сфере здравоохранения www.roszdravnadzor.gov.ru

Артикул	Высота шкафа, мм	Предельная рабочая нагрузка, кг, не более
ДМ-4-101-16	1950	120
ДМ-4-101-17	1950	90
ДМ-4-101-18	1950	90
ДМ-4-101-19	1950	90
ДМ-4-101-20	1950	90
ДМ-4-101-21	1950	105
ДМ-4-101-22	1950	105
ДМ-4-101-27	1950	135
ДМ-4-101-31	1950	120
ДМ-4-101-32	1950	120
ДМ-4-101-37	1950	204
ДМ-4-109-03	920	90
ДМ-4-109-04	920	105
ДМ-4-109-05	920	105
ДМ-4-109-06	920	150
ДМ-4-109-14	920	165
ДМ-4-109-15	920	150

1.1.11 Отдельно стоящий шкаф серии ДМ-2 установлен на ножки с опорами, регулируемыми высотой 120мм для установки на поверхности пола с перепадом высот не более 10 мм. Отдельно стоящий шкаф серии ДМ-3, установлен на ножки с опорами, регулируемыми высотой 120мм для установки на поверхности пола с перепадом высот не более 10 мм или на опоры регулируемые спереди и на опоры колесные сзади, обеспечивающие устойчивость на твердой поверхности.

1.1.12 Шкаф на опорах колесных соответствует следующим требованиям:

1.1.13 Зазор между поверхностью пола и одной из опор колесных составляет не более 3 мм.

1.1.14 Усилие перемещения шкафа на опорах колесных без нагрузки по твердой плоской поверхности приведено в таблице 3:

Информация получена с официального сайта Федеральной службы по надзору в сфере здравоохранения www.roszdravnadzor.gov.ru

Таблица 3

Артикул	Высота шкафа, мм	Усилие, Н(кгс)
ДМ-3-101-01	1700	42 (4,3)
	1950	49 (5)
ДМ-3-101-02	1700	48 (4,9)
	1950	55 (5,7)
ДМ-3-101-03	1700	45 (4,6)
	1950	52 (5,4)
ДМ-3-101-04	1700	48 (4,9)
	1950	55 (5,7)
ДМ-3-101-05	1700	49 (5)
	1950	55 (5,7)
ДМ-3-101-06	1700	51 (5,3)
	1950	59 (6,1)
ДМ-3-101-07	1700	53 (5,5)
	1950	59 (6,1)
ДМ-3-101-08	1700	55 (5,7)
	1950	62 (6,4)
ДМ-3-101-09	1700	57 (5,9)
	1950	64 (6,6)
ДМ-3-101-10	1700	60 (6,2)
	1950	67 (6,9)
ДМ-3-101-11	1700	51 (5,3)
	1950	60 (6,2)
ДМ-3-101-12	1700	53 (5,5)
	1950	64 (6,6)
ДМ-3-101-13	1700	73 (7,5)
	1950	83 (8,5)
ДМ-3-101-14	1700	77 (7,9)
	1950	90 (9,2)
ДМ-3-101-15	1700	67 (6,9)
	1950	76 (7,8)
ДМ-3-101-16	1700	77 (7,9)
	1950	89 (9,1)
ДМ-3-101-17	1700	82 (8,4)
	1950	93 (9,5)
ДМ-3-101-18	1700	87 (8,9)
	1950	100 (10,3)
ДМ-3-101-19	1700	83 (8,5)
	1950	93 (9,5)
ДМ-3-101-20	1700	88 (9)
	1950	100 (10,3)

Информация получена с официального сайта федеральной службы по надзору в сфере здравоохранения www.roszdravnadzor.gov.ru

ДМ-3-101-21	1700	87 (8,9)
	1950	98 (10)
ДМ-3-101-22	1700	92 (9,4)
	1950	105 (10,8)
ДМ-3-101-23	1350	121 (12,4)
ДМ-3-101-24	1350	139 (14,2)
ДМ-3-101-25	1350	67 (6,9)
ДМ-3-101-26	1350	74 (7,6)
ДМ-3-101-27	1950	91 (9,3)
ДМ-3-109-01	920	43 (4,3)
ДМ-3-109-02	920	61 (6,1)
ДМ-3-109-03	920	59 (5,9)
ДМ-3-109-04	920	71 (7,1)
ДМ-3-109-05	920	94 (9,4)
ДМ-3-109-06	920	77 (7,7)
ДМ-3-109-07	920	99 (9,9)
ДМ-3-109-08	920	117 (11,7)
ДМ-3-109-09	920	114 (11,4)
ДМ-3-109-10	920	148 (14,8)
ДМ-3-109-11	920	160 (16)

1.1.15 Зазоры в проемах дверей на сторону составляют не более 4 мм.

1.1.16 Двери распашные имеют механизм фиксации, предотвращающий их самопроизвольное открывание.

1.1.17 Нижние и потайные двери распашные шкафа артикулов ДМ-2-101-11, ДМ-2-101-12, ДМ-2-101-27, ДМ-2-101-40, ДМ-3-101-11, ДМ-3-101-12, ДМ-3-101-27 оборудованы замком дверным.

1.1.18 Двери распашные установлены на петли, обеспечивающие их плавное, без перекосов, открывание и закрывание с усилием не более 25 Н (2,5 кгс).

1.1.19 Зазоры в проемах между фасадом ящика выдвижного и проемом корпуса ящика выдвижного не превышают 4 мм.

1.1.20 Ящик выдвижной выдвигается по направляющим частичного выдвижения.

1.1.21 Ящик выдвижной имеет свободный ход без заеданий и перекосов. Усилие выдвигания ящика без нагрузки составляет не более 20 Н (2 кгс).

Информация получена с официального сайта федеральной службы по надзору в сфере здравоохранения www.roszdravnadzor.gov.ru

1.1.22 Цвет лакокрасочных покрытий шкафов, изготовленных по одному заказу, должен быть одного цветового ряда.

1.1.23 Поверхности шкафа, полок, ящиков выдвижных устойчивы к многократной дезинфекции по МУ 287-113 3% раствором перекиси водорода по ГОСТ 177 с добавлением 0,5% раствора моющего средства по ГОСТ 25644.

1.1.24 Средний срок службы шкафа до списания составляет не менее 8 лет с учётом срока службы покупных изделий и компонентов со сроком службы меньшим, чем срок службы шкафа.

За критерий предельного состояния принимается состояние, при котором восстановление работоспособности нецелесообразно по технико-экономическим и функциональным показателям.

Информация получена с официального сайта Федеральной службы по надзору в сфере здравоохранения www.roszdravnadzor.gov.ru

Сведения о сырье, материалах и покупных изделиях

1.1.25 Шкаф укомплектован покупными опорами регулируемыми, изготовленными из пластика с резьбовым металлическим стержнем (полиэтилена высокого давления (ПЭВД, ПВД) или низкой плотности (ПЭНП, LDPE) и оцинкованной стали). Диапазон регулировки составляет не менее 10 мм.

1.1.26 Покупные опоры колесные изготовлены из стали с гальваническим покрытием, полиамида, полипропилена, ПЭВД, ПВД, ПЭНП с колесом из термопластичной резины. Диаметр опор колесных составляет 100 мм с допустимым отклонением ± 5 %.

1.1.27 Характеристики замка дверного приведены в таблице 4.

Таблица 4

Характеристика	**Значение**
Тип конструктивного исполнения механизма секретности	Цилиндровый
Принцип работы	Механический
Вариант открывания дверного полотна	Универсальный (левый, правый)
Тип конструктивного исполнения	Односторонний
Тип конструктивного исполнения носителя секретности	пластинчатый
Признак взаимного соответствия ключей и цилиндровых механизмов	С индивидуальным ключом
Класс секретности	1 (низкий)
Минимальное число секретов	2 000

1.1.28 Шкаф изготовлен из материалов в соответствии с Приложением В.

Информация опубликована с официального сайта Федеральной службы по надзору в сфере здравоохранения www.roszdravnadzor.gov.ru

Комплектность

1.1.29 В комплект поставки шкафа входят:

1 Шкаф одного артикула в соответствии с Приложением В 1 шт.;

2 Руководство по эксплуатации ДМ.32924160.007.РЭ 1 шт.

1.1.30 Шкаф по желанию заказчика может поставляться в собранном и разобранном виде. Сборка шкафа должна осуществляться только представителями предприятия-изготовителя.

Информация получена с официального сайта
Федеральной службы по надзору в сфере здравоохранения
www.roszdravnadzor.gov.ru

Упаковка

1.1.31 Перед упаковкой металлические части шкафа подвергаются обезжириванию и консервированию по группе II-1 ГОСТ 9.014 для условий хранения 2 по ГОСТ 15150.

1.1.32 Потребительская упаковка представляет собой ящик из гофрированного картона, оклеенный клейкой лентой. Фасадные части шкафа укрываются воздушно-пузырчатой плёнкой из полиэтилена, шкаф оборачивается стрейч-плёнкой из полиэтилена, на углах устанавливаются уголки из полиуретана либо трубка из пенополиэтилена, затем шкаф упаковывается в ящик из гофрированного картона. Изнутри ящик выложен упаковочной бумагой или гофрированным картоном для предотвращения самопроизвольного перемещения шкафа внутри упаковки при транспортировании.

1.1.33 Не установленные на шкаф детали (механизмы, крепеж и пр.), а также эксплуатационная и товаросопроводительная документация упаковываются в пакет из полиэтилена, и затем помещаются в потребительскую упаковку вместе со шкафом.

1.1.34 Для транспортирования шкаф в потребительской упаковке помещают в деревянный ящик. Перед упаковкой в транспортный ящик потребительская упаковка шкафа прокладывается поролоном. Для фиксации может быть использован шпагат и/или уголки.

1.1.35 Шкаф может транспортироваться в контейнерах в упаковке ВУ-1 по ГОСТ 9.014.

1.1.36 В транспортную упаковку вложен упаковочный лист, на котором указано:

- наименование предприятия-изготовителя;
- наименование шкафа;
- количество мест;
- условные номера упаковщика и контролера;
-дата упаковывания.

Информация получена с официального сайта федеральной службы по надзору в сфере здравоохранения www.roszdravnadzor.gov.ru

2 ТРАНСПОРТИРОВАНИЕ И ХРАНЕНИЕ

Транспортирование шкафа должно производиться в крытых транспортных средствах любым видом транспорта в соответствии с правилами перевозки грузов, действующими на транспорте данного вида.

2.1.1 Размещение и крепление упаковок со шкафами в транспортных средствах должно обеспечивать их устойчивое положение, исключая возможность их смещения, ударов друг о друга и о стенки транспортных средств.

2.1.2 Транспортирование шкафа крытыми транспортными средствами должно осуществляться при следующих климатических условиях:

Температура от минус 50 до плюс 50 °С;

Относительная влажность до 100 % при температуре плюс 25 °С.

Шкаф должен храниться в отапливаемых и вентилируемых помещениях с кондиционированием воздуха, расположенных в любых макроклиматических районах, в упакованном виде в вертикальном положении.

2.1.3 Хранение шкафа должно осуществляться при следующих климатических условиях:

Температура от плюс 5 до плюс 40 °С;

Относительная влажность до 80 % при температуре плюс 25 °С.

2.1.4 Хранение шкафа в одном помещении с веществами, вызывающими разрушение защитно-декоративных покрытий, не допускается.

Информация получена с официального сайта Федеральной службы по надзору в сфере здравоохранения www.roszdravnadzor.gov.ru

3 УКАЗАНИЕ ПО ЭКСПЛУАТАЦИИ

Шкаф предназначен для эксплуатации внутри помещений в условиях специализированных медицинских помещений с классом чистоты А и Б по СП 2.1.3678-20 (например, помещение для ректороманоскопии (колонскопии), процедурный кабинет, перевязочный кабинет, малая операционная и т.д.) в лечебно-профилактических учреждениях, медицинских центрах и больницах.

Поверхности медицинского изделия не предназначены для контакта с телом человека для достижения заявленной эффективности в рамках установленного производителем специфичного медицинского назначения.

Эксплуатация шкафа должна осуществляться при следующих климатических условиях:

Температура от плюс 10 до плюс 35 °С;

Относительная влажность до 80 % при плюс 25°С.

Меры предосторожности при применении шкафа:

- Шкаф предназначен для применения в специализированных медицинских помещениях с классом чистоты А и Б по СП 2.1.3678-20, при обращении со шкафом необходимо пользоваться защитными медицинскими перчатками.
- Шкаф должен быть использован только по прямому назначению.
- Отдельно стоящий шкаф должен быть установлен на ровной горизонтальной поверхности с перепадом высот не более 10 мм или надежно закреплён на стене.
- Предельная максимальная равномерная нагрузка на горизонтальные поверхности шкафа не должна превышать значений, указанных в п.п 1.1.5-1.1.9.
- Предельная максимальная равномерная нагрузка на шкаф не должна превышать значений, указанных в п 1.1.10.
- Запрещается неравномерное нагружение полок и дна выдвижного ящика шкафа.

Информация получена с официального сайта Федеральной службы по надзору в сфере здравоохранения www.roszdravnadzor.gov.ru

- Запрещается вставать и/или садиться на/в шкаф.
- Запрещается использовать шкаф, если имеются механические повреждения таких частей шкафа, как регулируемые опоры, петли дверей, механизмы фиксации дверей, выдвижные направляющие лотков или поворотные кронштейны.
- При закрывании двери и задвигании ящика выдвижного необходимо соблюдать осторожность во избежание защемления рук.

Меры предосторожности при обнаружении неисправностей

При обнаружении в ходе назначенного применения неисправностей (например, при возникновении потрескивания горизонтальных поверхностей, опор колесных или регулируемых опор) и/или механических повреждений частей шкафа, способных снизить устойчивость шкафа к нагружению, способных вызвать нарушение устойчивости шкафа, падение или опрокидывание, необходимо освободить шкаф от нагрузки и обратиться к предприятию-изготовителю.

При возникновении вопросов, связанных с безопасным применением шкафа, необходимо обращаться к предприятию-изготовителю.

Порядок установки шкафа:

Шкаф по желанию заказчика может поставляться в собранном и разобранном виде. Сборка шкафа осуществляется только представителями предприятия-изготовителя.

Информация получена с официального сайта Федеральной службы по надзору в сфере здравоохранения www.roszdravnadzor.gov.ru

4 ТЕХНИЧЕСКОЕ ОБСЛУЖИВАНИЕ

Очистка шкафа

Перед применением шкафа его поверхности должны быть подвергнуты предварительной дезинфекции и высушены.

Уход за шкафом заключается в ежедневной влажной уборке с использованием мягких салфеток или ткани и неагрессивных, не содержащих твердых абразивных веществ, моющих средств.

При ежедневной влажной уборке рекомендуется использовать 0,5 % раствор моющего средства по ГОСТ 25644.

ВНИМАНИЕ! Запрещается использовать чистящие средства, которые содержат абразивы, хлор, кислоты и соду.

После окончания уборки шкаф следует насухо протереть.

Дезинфекция шкафа

Дезинфекцию наружных поверхностей шкафа проводят путем однократного протирания поверхностей 3 % раствором перекиси водорода по ГОСТ 177 с добавлением 0,5 % раствора моющего средства по ГОСТ 25644.

Дезинфекцию шкафа следует проводить перед применением, а также в случае загрязнения поверхностей шкафа биологическими жидкостями и потенциально контаминированными веществами.

Шкаф является нестерильным и не предназначен для стерилизации.

Информация получена с официального сайта Федеральной службы по надзору в сфере здравоохранения www.roszdravnadzor.gov.ru

5 УТИЛИЗАЦИЯ

Шкаф подлежит утилизации в соответствии с действующими на момент утилизации правилами и требованиями, включая требования местных организаций и правила утилизации в данном регионе.

Шкаф, не имевший контакт с биологическими жидкостями, относится к эпидемиологически безопасным медицинским отходам и должен утилизироваться совместно с твердыми коммунальными отходами.

Шкаф, имевший контакт с биологическими жидкостями, относится к эпидемиологически опасным медицинским отходам класса Б по СанПиН 2.1.3684-21 и перед утилизацией должен быть подвергнут обеззараживанию. После соответствующего обеззараживания шкаф может быть утилизирован совместно с твердыми коммунальными отходами.

Шкаф, имевший контакт с токсикологическими отходами 1-4 класса опасности или с радиоизотопными препаратами, должен перед направлением на утилизацию подвергаться оценке на принадлежность к отходам класса Г или класса Д по СанПиН 2.1.3684-21 и подвергаться утилизации исходя из результатов оценки в соответствии с действующими на момент утилизации правилами и требованиями.

Информация получена с официального сайта федеральной службы по надзору в сфере здравоохранения www.roszdravnadzor.gov.ru

6 НАЦИОНАЛЬНЫЕ СТАНДАРТЫ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ, КОТОРЫМ СООТВЕТСТВУЕТ ИЗДЕЛИЕ

ГОСТ Р 50444-2020 (п.п. 4.3, 4.4, 6.4, 6.9, 6.10, 7, 8, 11, 12, 15) «Приборы, аппараты и оборудование медицинские. Общие технические условия»;

ГОСТ 16371-2014 (пп. 5.2.1, 5.2.2, 5.2.4 - 5.2.7, 5.2.24, 5.2.28, 5.2.29, 5.4, 5.5) «Мебель. Общие технические условия».

Информация получена с официального сайта Федеральной службы по надзору в сфере здравоохранения www.roszdravnadzor.gov.ru

7 ГАРАНТИИ ИЗГОТОВИТЕЛЯ

Предприятие-изготовитель гарантирует соответствие шкафа требованиям ТУ 32.50.30-007-32924160-2021 при соблюдении условий эксплуатации, транспортирования и хранения и соблюдении мер предосторожности.

При нарушении мер предосторожности, условий эксплуатации, транспортирования и хранения потребитель лишается прав на гарантийное обслуживание.

Гарантийный срок эксплуатации шкафа составляет 12 месяцев со дня ввода в эксплуатацию.

Гарантийный срок хранения шкафа составляет 5 лет.

Средний срок службы шкафа до списания составляет не менее 8 лет с учётом срока службы покупных изделий и компонентов со сроком службы меньшим, чем срок службы шкафа.

Информация получена с официального сайта федеральной службы по надзору в сфере здравоохранения www.roszdravnadzor.gov.ru

8 СВЕДЕНИЯ ОБ ИЗГОТОВИТЕЛЕ

Юридический адрес:

Общество с ограниченной ответственностью «Доктор Мебель» (ООО «Доктор Мебель»)

108811, г. Москва, километр Киевское шоссе 22-й (п. Московский), домовладение 4, строение 4, офис 511/1Д.

Контактные данные:

Телефоны:

+7 (495) 134-00-22

Сайт:

www.doctormebel.ru

Электронная почта:

info@doctormebel.ru

Адрес производства:

216400, Смоленская обл., г. Десногорск, территория Коммунально-складская зона, строение № 82.

Рекламации, касающиеся качества шкафа, отправлять по адресу: info@doctormebel.ru

Информация получена с официального сайта Федеральной службы по надзору в сфере здравоохранения www.roszdravnadzor.gov.ru

9 СЕРВИСНОЕ ОБСЛУЖИВАНИЕ И РЕМОНТ МЕДИЦИНСКОГО ИЗДЕЛИЯ

Сервисное обслуживание и ремонт шкафа осуществляется по адресу:

Общество с ограниченной ответственностью «Доктор Мебель» (ООО «Доктор Мебель»)

108811, г. Москва, километр Киевское шоссе 22-й (п. Московский), домовладение 4, строение 4, офис 511/1Д.

Контактные данные:

Телефоны:

+7 (495) 134-00-22

Сайт:

www.doctormebel.ru

Электронная почта:

info@doctormebel.ru

Информация получена с официального сайта Федеральной службы по надзору в сфере здравоохранения www.roszdravnadzor.gov.ru

ПРИЛОЖЕНИЕ А

(обязательное)

Перечень нормативных документов, на которые даны ссылки в данном руководстве по эксплуатации

Обозначение	Наименование
ГОСТ 9.014-78	Единая система защиты от коррозии и старения. Временная противокоррозионная защита изделий. Общие требования
ГОСТ 177-88	Водорода перекись. Технические условия
ГОСТ 15150-69	Машины, приборы и другие технические изделия. Исполнения для различных климатических районов. Категории, условия эксплуатации, хранения и транспортирования в части воздействия климатических факторов внешней среды
ГОСТ 16371-2014	Мебель. Общие технические условия.
ГОСТ 25644-96	Средства моющие синтетические порошкообразные. Общие технические требования
ГОСТ 31508-2012	Изделия медицинские. Классификация в зависимости от потенциального риска применения. Общие требования
ГОСТ Р 50444-2020	Приборы, аппараты и оборудование медицинские. Общие технические требования
МУ-287-113 от 30 декабря 1998 года	Методические указания по дезинфекции, предстерилизационной очистке и стерилизации изделий медицинского назначения
СанПиН 2.1.3684-21	Санитарно-эпидемиологические требования к содержанию территорий городских и сельских поселений, к водным объектам, питьевой воде и питьевому водоснабжению, атмосферному воздуху, почвам, жилым помещениям, эксплуатации производственных, общественных помещений, организации и проведению санитарно-противоэпидемических (профилактических) мероприятий
СП 2.1.3678-20	Санитарно-эпидемиологические требования к эксплуатации помещений, зданий, сооружений, оборудования и транспорта, а также условиям деятельности хозяйствующих субъектов, осуществляющих продажу товаров, выполнение работ или оказание услуг
Приказ Минздрава России от 06.06.2012 N 4н	Об утверждении номенклатурной классификации медицинских изделий

Информация получена с официального сайта Федеральной службы по надзору в сфере здравоохранения www.roszdravnadzor.gov.ru

ПРИЛОЖЕНИЕ Б

(обязательное)

Принцип формирования артикула для конкретизированного заказа

Артикул варианта исполнения шкафа формируется в виде:

серия-ААА-ХХ,

где:

серия - обозначает материалы шкафа в соответствии с Приложением В Таблицей В.1, Таблицей В.2 и Таблицей В.3.

ААА – признак основы шкафа:

- Значение 101 означает что шкаф отдельно стоящий;
- Значение 109 означает что шкаф оборудован рабочей поверхностью (столешницей).

ХХ – признак конструктивного решения шкафа по внешнему виду в соответствии с Приложением Г и линейными размерами в соответствии с требованиями п.1.1.2 данного руководства по эксплуатации.

Кх – признак цвета корпуса:

Номер обозначения цвета корпуса в соответствии с Таблицей В.1;

Фх – признак цвета фасада ящика выдвижного и/или цвет двери.

Номер обозначения цвета фасада ящика выдвижного и/или цвет двери в соответствии с Таблицей В.1.

При отсутствии возможности реализации какой-либо комплектации в артикул буква признака не добавляется.

Таблица В.1 – Таблица идентификации сокращений обозначений цвета корпуса, цвета фасада ящика выдвижного и цвет двери

Признак	**Значение признака**	**Аббревиатура обозначения в артикуле**
Цвет корпуса		
	Серый	К2
Цвет фасада ящика выдвижного и/или цвет двери	Зеленого	Ф1
	Оранжевый	Ф2
	Голубой	Ф3
	Синий	Ф4

Информация получена с официального сайта федеральной службы по надзору в сфере здравоохранения www.roszdravnadzor.gov.ru

ПРИЛОЖЕНИЕ В

(обязательное)

Используемые при изготовлении шкафов материалы

Таблица В.1 – Таблица идентификации материалов шкафа серии ДМ-1 для формирования артикула

Материалы шкафа
Каркас: Профиль, прессованный из алюминиевых сплавов 6060 с анодно-окисным покрытием, скреплённый пластиковыми замками из ударопрочного АБС пластика **Корпус:** Панель толщиной 16 мм из полипропилена **Столешница:** Панель из декоративно-бумажного слоистого пластика толщиной 16 мм (HPL-HighPressureLaminate) **Фасады ящика выдвижного:** Гнутый оцинкованный лист толщиной 0,8 – 1,5 мм марки 08кп/пс, покрыт порошковой эпоксидно-полиэфирной краской с наполнением из панели 16 мм из полипропилена **Дверь распашная:** Гнутый оцинкованный лист толщиной 0,8 – 1,5 мм марки 08кп/пс, покрыт порошковой эпоксидно-полиэфирной краской с шумопоглощающим материалом - базальтовые маты **Дно и корпус ящика выдвижного:** Панель толщиной 16 мм из полипропилена **Полки:** Панель из декоративно-бумажного слоистого пластика толщиной 8 мм (HPL-HighPressureLaminate)

Таблица В.2 – Таблица идентификации материалов шкафа серии ДМ-2 для формирования артикула

Материалы шкафа
Каркас: Профиль, прессованный из алюминиевых сплавов 6060 с анодно-окисным покрытием, скреплённый пластиковыми замками из ударопрочного АБС пластика **Корпус:** Плита ЛДСП 16мм **Столешница:** Плита МДФ толщиной 16 мм, облицованная с двух сторон декоративно-бумажным слоистым пластиком толщиной 0,5мм (HPL) с облицовкой по периметру кромкой ПВХ толщиной 2 мм **Фасады ящика выдвижного и/или двери:** Гнутый оцинкованный лист толщиной 0,8 – 1,5 мм марки 08кп/пс, покрыт порошковой эпоксидно-полиэфирной краской с наполнением из плиты ЛДСП 16мм **Дно и корпус ящика:** Плита ЛДСП 16мм с облицовкой по периметру кромкой ПВХ толщиной 0,4 мм **Полки:** Плита ЛДСП 16мм, облицованная по трем сторонам кромкой ПВХ толщиной 0,4 мм, по передней стороне кромкой ПВХ толщиной 2мм

Информация получена с официального сайта Федеральной службы по надзору в сфере здравоохранения www.roszdravnadzor.gov.ru

Таблица В.3 – Таблица идентификации материалов шкафа серии ДМ-3 для формирования артикула

Материалы шкафа
Каркас: Профиль, прессованный из алюминиевых сплавов 6060 с анодно-окисным покрытием **Корпус:** Плита ЛДСП 16мм и 25мм **Столешница:** Плита ЛДСП толщиной 16 мм, облицованная по периметру кромкой ПВХ толщиной 2 мм **Фасады ящика выдвижного и/или двери:** Гнутый оцинкованный лист толщиной 0,8 – 1,5 мм марки 08кп/пс, покрыт порошковой эпоксидно-полиэфирной краской с наполнением из плиты ЛДСП 16мм **Дно и корпус ящика:** Плита ЛДСП 16мм с облицовкой по периметру кромкой ПВХ толщиной 0,4 мм. **Полки:** Плита ЛДСП 16мм, облицованная по трем сторонам кромкой ПВХ толщиной 0,4 мм, по передней стороне кромкой ПВХ толщиной 2мм

Таблица В.4 – Таблица идентификации материалов шкафа серии ДМ-4 для формирования артикула

Материалы шкафа
Корпус: Гнутый оцинкованный лист толщиной 0,8 – 1,5 мм марки 08кп/пс; металлический профиль марки сталь 3 профильным сечением 20х20, 25х25 и 40х20 покрытые порошковой эпоксидно-полиэфирной краской **Столешница:** Плита МДФ толщиной 16 мм, облицованная с двух сторон декоративно-бумажным слоистым пластиком толщиной 0,5мм (HPL) с облицовкой по периметру кромкой ПВХ толщиной 2 мм **Фасады ящика выдвижного и/или двери:** Гнутый оцинкованный лист толщиной 0,8 – 1,5 мм марки 08кп/пс, покрыт порошковой эпоксидно-полиэфирной краской с шумопоглощающим материалом - базальтовые маты **Полки, дно и корпус ящика:** Гнутый оцинкованный лист толщиной 0,8 – 1,5 мм марки 08кп/пс, покрыт порошковой эпоксидно-полиэфирной краской

Информация получена с официального сайта Федеральной службы по надзору в сфере здравоохранения www.roszdravnadzor.gov.ru

ПРИЛОЖЕНИЕ Г

(обязательное)

Внешний вид вариантов исполнения шкафа

Рисунки определяют внешний вид в одном из возможных цветовых решений для каждой серии шкафа, конструктивные особенности заданы отдельно.

Шкафы серии ДМ-1		
 ДМ-1-109-01	 ДМ-1-109-02	 ДМ-1-109-03
 ДМ-1-109-04	 ДМ-1-109-05	 ДМ-1-109-06
 ДМ-1-109-07	 ДМ-1-109-08	 ДМ-1-109-09

Информация получена с официального сайта федеральной службы по надзору в сфере здравоохранения www.roszdravnadzor.gov.ru

 ДМ-1-109-10	 ДМ-1-109-11	
Шкафы серии ДМ-2		
 ДМ-2-101-01	 ДМ-2-101-02	 ДМ-2-101-03

Информация получена с официального сайта федеральной службы по надзору в сфере здравоохранения www.roszdravnadzor.gov.ru



ДМ-2-101-04



ДМ-2-101-05



ДМ-2-101-06



ДМ-2-101-07



ДМ-2-101-08



ДМ-2-101-09

Информация получена с официального сайта
федеральной службы по надзору в сфере здравоохранения
www.roszdravnadzor.gov.ru



ДМ-2-101-10



ДМ-2-101-11



ДМ-2-101-12



ДМ-2-101-13



ДМ-2-101-14



ДМ-2-101-15

Информация получена с официального сайта
федеральной службы по надзору в сфере здравоохранения
www.roszdravnadzor.gov.ru



ДМ-2-101-16



ДМ-2-101-17



ДМ-2-101-18



ДМ-2-101-19



ДМ-2-101-20



ДМ-2-101-21

Информация получена с официального сайта
федеральной службы по надзору в сфере здравоохранения
www.roszdravnadzor.gov.ru



ДМ-2-101-22



ДМ-2-101-27



ДМ-2-109-01



ДМ-2-109-02



ДМ-2-109-03



ДМ-2-109-04



ДМ-2-109-05



ДМ-2-109-06

Информация получена с официального сайта федеральной службы по надзору в сфере здравоохранения www.roszdravnadzor.gov.ru

 ДМ-2-109-07	 ДМ-2-109-08	 ДМ-2-109-09
 ДМ-2-109-10	 ДМ-2-109-11	
Шкафы серии ДМ-3		
 ДМ-3-101-01	 ДМ-3-101-02	 ДМ-3-101-03

Информация получена с официального сайта федеральной службы по надзору в сфере здравоохранения www.roszdravnadzor.gov.ru



ДМ-3-101-04

ДМ-3-101-05

ДМ-3-101-06

ДМ-3-101-07

ДМ-3-101-08

ДМ-3-101-09

Информация получена с официального сайта федеральной службы по надзору в сфере здравоохранения www.roszdravnadzor.gov.ru



ДМ-3-101-10



ДМ-3-101-11



ДМ-3-101-12



ДМ-3-101-13



ДМ-3-101-14



ДМ-3-101-15

Информация получена с официального сайта федеральной службы по надзору в сфере здравоохранения www.roszdravnadzor.gov.ru



ДМ-3-101-16



ДМ-3-101-17



ДМ-3-101-18



ДМ-3-101-19



ДМ-3-101-20



ДМ-3-101-21

Информация получена с официального сайта федеральной службы по надзору в сфере здравоохранения www.roszdravnadzor.gov.ru



ДМ-3-101-22



ДМ-3-101-27



ДМ-3-109-01



ДМ-3-109-02



ДМ-3-109-03



ДМ-3-109-04



ДМ-3-109-05



ДМ-3-109-06



ДМ-3-109-07



ДМ-3-109-08



ДМ-3-109-09

Информация получена с официального сайта федеральной службы по надзору в сфере здравоохранения www.roszdravnadzor.gov.ru

 ДМ-3-109-10	 ДМ-3-109-11	

Шкафы серии ДМ-4		
 ДМ-4-101-01	 ДМ-4-101-02	 ДМ-4-101-03
 ДМ-4-101-04	 ДМ-4-101-07	 ДМ-4-101-08

Информация получена с официального сайта Федеральной службы по надзору в сфере здравоохранения www.roszdravnadzor.gov.ru



ДМ-4-101-09



ДМ-4-101-10



ДМ-4-101-11



ДМ-4-101-12



ДМ-4-101-15



ДМ-4-101-16



ДМ-4-101-17



ДМ-4-101-18



ДМ-4-101-19

Информация является копией с официального сайта федеральной службы по надзору в сфере здравоохранения www.roszdravnadzor.gov.ru



ДМ-4-101-20



ДМ-4-101-21



ДМ-4-101-22



ДМ-4-101-27



ДМ-4-101-31



ДМ-4-101-32



ДМ-4-101-37

Информация получена с официального сайта Федеральной службы по надзору в сфере здравоохранения www.roszdravnadzor.gov.ru



ДМ-4-109-03



ДМ-4-109-04



ДМ-4-109-05



ДМ-4-109-06



ДМ-4-109-14



ДМ-4-109-15

Информация получена с официального сайта
Федеральной службы по надзору в сфере здравоохранения
www.roszdravnadzor.gov.ru

ПРИЛОЖЕНИЕ Д

(обязательное)

Перечень вариантов исполнения шкафа

№п/п	Вариант исполнения	Обозначение конструкторского документа
1.	Шкаф для хранения лекарственных средств по ТУ 32.50.30-007-32924160-2021 ДМ-2-101-01.К2	ДМ2.ШК.32924160.007.01
2.	Шкаф для хранения лекарственных средств по ТУ 32.50.30-007-32924160-2021 ДМ-2-101-02.К2.Ф2	ДМ2.ШК.32924160.007.02
3.	Шкаф для хранения лекарственных средств по ТУ 32.50.30-007-32924160-2021 ДМ-2-101-03.К2.Ф2	ДМ2.ШК.32924160.007.03
4.	Шкаф для хранения лекарственных средств по ТУ 32.50.30-007-32924160-2021 ДМ-2-101-04.К2.Ф2	ДМ2.ШК.32924160.007.04
5.	Шкаф для хранения лекарственных средств по ТУ 32.50.30-007-32924160-2021 ДМ-2-101-05.К2.Ф2	ДМ2.ШК.32924160.007.05
6.	Шкаф для хранения лекарственных средств по ТУ 32.50.30-007-32924160-2021 ДМ-2-101-06.К2.Ф2	ДМ2.ШК.32924160.007.06
7.	Шкаф для хранения лекарственных средств по ТУ 32.50.30-007-32924160-2021 ДМ-2-101-07.К2.Ф2	ДМ2.ШК.32924160.007.07
8.	Шкаф для хранения лекарственных средств по ТУ 32.50.30-007-32924160-2021 ДМ-2-101-08.К2.Ф2	ДМ2.ШК.32924160.007.08
9.	Шкаф для хранения лекарственных средств по ТУ 32.50.30-007-32924160-2021 ДМ-2-101-09.К2.Ф2	ДМ2.ШК.32924160.007.09
10.	Шкаф для хранения лекарственных средств по ТУ 32.50.30-007-32924160-2021 ДМ-2-101-10.К2.Ф2	ДМ2.ШК.32924160.007.10
11.	Шкаф для хранения лекарственных средств по ТУ 32.50.30-007-32924160-2021 ДМ-2-101-11.К2.Ф2	ДМ2.ШК.32924160.007.11
12.	Шкаф для хранения лекарственных средств по ТУ 32.50.30-007-32924160-2021 ДМ-2-101-12.К2.Ф2	ДМ2.ШК.32924160.007.12
13.	Шкаф для хранения лекарственных средств по ТУ 32.50.30-007-32924160-2021 ДМ-2-101-13.К2.Ф2	ДМ2.ШК.32924160.007.13
14.	Шкаф для хранения лекарственных средств по ТУ 32.50.30-007-32924160-2021 ДМ-2-101-14.К2.Ф2	ДМ2.ШК.32924160.007.14

Информация с официального сайта федеральной службы по надзору в сфере здравоохранения www.roszdravnadzor.gov.ru

15.	Шкаф для хранения лекарственных средств по ТУ 32.50.30-007-32924160-2021 ДМ-2-101-15.К2	ДМ2.ШК.32924160.007.15
16.	Шкаф для хранения лекарственных средств по ТУ 32.50.30-007-32924160-2021 ДМ-2-101-16.К2.Ф2	ДМ2.ШК.32924160.007.16
17.	Шкаф для хранения лекарственных средств по ТУ 32.50.30-007-32924160-2021 ДМ-2-101-17.К2.Ф2	ДМ2.ШК.32924160.007.17
18.	Шкаф для хранения лекарственных средств по ТУ 32.50.30-007-32924160-2021 ДМ-2-101-18.К2.Ф2	ДМ2.ШК.32924160.007.18
19.	Шкаф для хранения лекарственных средств по ТУ 32.50.30-007-32924160-2021 ДМ-2-101-19.К2.Ф2	ДМ2.ШК.32924160.007.19
20.	Шкаф для хранения лекарственных средств по ТУ 32.50.30-007-32924160-2021 ДМ-2-101-20.К2.Ф2	ДМ2.ШК.32924160.007.20
21.	Шкаф для хранения лекарственных средств по ТУ 32.50.30-007-32924160-2021 ДМ-2-101-21.К2.Ф2	ДМ2.ШК.32924160.007.21
22.	Шкаф для хранения лекарственных средств по ТУ 32.50.30-007-32924160-2021 ДМ-2-101-22.К2.Ф2	ДМ2.ШК.32924160.007.22
23.	Шкаф для хранения лекарственных средств по ТУ 32.50.30-007-32924160-2021 ДМ-2-101-27.К2.Ф2	ДМ2.ШК.32924160.007.27
24.	Шкаф для хранения лекарственных средств по ТУ 32.50.30-007-32924160-2021 ДМ-3-101-01.К2	ДМ3.ШК.32924160.007.01
25.	Шкаф для хранения лекарственных средств по ТУ 32.50.30-007-32924160-2021 ДМ-3-101-02.К2.Ф3	ДМ3.ШК.32924160.007.02
26.	Шкаф для хранения лекарственных средств по ТУ 32.50.30-007-32924160-2021 ДМ-3-101-03.К2.Ф3	ДМ3.ШК.32924160.007.03
27.	Шкаф для хранения лекарственных средств по ТУ 32.50.30-007-32924160-2021 ДМ-3-101-04.К2.Ф3	ДМ3.ШК.32924160.007.04
28.	Шкаф для хранения лекарственных средств по ТУ 32.50.30-007-32924160-2021 ДМ-3-101-05.К2.Ф3	ДМ3.ШК.32924160.007.05
29.	Шкаф для хранения лекарственных средств по ТУ 32.50.30-007-32924160-2021 ДМ-3-101-06.К2.Ф3	ДМ3.ШК.32924160.007.06
30.	Шкаф для хранения лекарственных средств по ТУ 32.50.30-007-32924160-2021 ДМ-3-101-07.К2.Ф3	ДМ3.ШК.32924160.007.07
31.	Шкаф для хранения лекарственных средств по ТУ 32.50.30-007-32924160-2021 ДМ-3-101-08.К2.Ф3	ДМ3.ШК.32924160.007.08

Информация получена с официального сайта Федеральной службы по надзору в сфере здравоохранения www.roszdravnadzor.gov.ru

32.	Шкаф для хранения лекарственных средств по ТУ 32.50.30-007-32924160-2021 ДМ-3-101-09.К2.Ф3	ДМ3.ШК.32924160.007.09
33.	Шкаф для хранения лекарственных средств по ТУ 32.50.30-007-32924160-2021 ДМ-3-101-10.К2.Ф3	ДМ3.ШК.32924160.007.10
34.	Шкаф для хранения лекарственных средств по ТУ 32.50.30-007-32924160-2021 ДМ-3-101-11.К2.Ф3	ДМ3.ШК.32924160.007.11
35.	Шкаф для хранения лекарственных средств по ТУ 32.50.30-007-32924160-2021 ДМ-3-101-12.К2.Ф3	ДМ3.ШК.32924160.007.12
36.	Шкаф для хранения лекарственных средств по ТУ 32.50.30-007-32924160-2021 ДМ-3-101-13.К2.Ф3	ДМ3.ШК.32924160.007.13
37.	Шкаф для хранения лекарственных средств по ТУ 32.50.30-007-32924160-2021 ДМ-3-101-14.К2.Ф3	ДМ3.ШК.32924160.007.14
38.	Шкаф для хранения лекарственных средств по ТУ 32.50.30-007-32924160-2021 ДМ-3-101-15.К2	ДМ3.ШК.32924160.007.15
39.	Шкаф для хранения лекарственных средств по ТУ 32.50.30-007-32924160-2021 ДМ-3-101-16.К2.Ф3	ДМ3.ШК.32924160.007.16
40.	Шкаф для хранения лекарственных средств по ТУ 32.50.30-007-32924160-2021 ДМ-3-101-17.К2.Ф3	ДМ3.ШК.32924160.007.17
41.	Шкаф для хранения лекарственных средств по ТУ 32.50.30-007-32924160-2021 ДМ-3-101-18.К2.Ф3	ДМ3.ШК.32924160.007.18
42.	Шкаф для хранения лекарственных средств по ТУ 32.50.30-007-32924160-2021 ДМ-3-101-19.К2.Ф3	ДМ3.ШК.32924160.007.19
43.	Шкаф для хранения лекарственных средств по ТУ 32.50.30-007-32924160-2021 ДМ-3-101-20.К2.Ф3	ДМ3.ШК.32924160.007.20
44.	Шкаф для хранения лекарственных средств по ТУ 32.50.30-007-32924160-2021 ДМ-3-101-21.К2.Ф3	ДМ3.ШК.32924160.007.21
45.	Шкаф для хранения лекарственных средств по ТУ 32.50.30-007-32924160-2021 ДМ-3-101-22.К2.Ф3	ДМ3.ШК.32924160.007.22
46.	Шкаф для хранения лекарственных средств по ТУ 32.50.30-007-32924160-2021 ДМ-3-101-27.К2.Ф3	ДМ3.ШК.32924160.007.27
47.	Шкаф для хранения лекарственных средств по ТУ 32.50.30-007-32924160-2021 ДМ-4-101-37.К2.Ф4	ДМ4.ШК.32924160.007.38
48.	Шкаф для хранения лекарственных средств по ТУ 32.50.30-007-32924160-2021 ДМ-4-101-01.К2	ДМ4.ШК.32924160.007.02

Информация получена с официального сайта Федеральной службы по надзору в сфере здравоохранения www.roszdravnadzor.gov.ru

49.	Шкаф для хранения лекарственных средств по ТУ 32.50.30-007-32924160-2021 ДМ-4-101-02.К2.Ф4	ДМ4.ШК.32924160.007.03
50.	Шкаф для хранения лекарственных средств по ТУ 32.50.30-007-32924160-2021 ДМ-4-101-03.К2.Ф4	ДМ4.ШК.32924160.007.04
51.	Шкаф для хранения лекарственных средств по ТУ 32.50.30-007-32924160-2021 ДМ-4-101-04.К2.Ф4	ДМ4.ШК.32924160.007.05
52.	Шкаф для хранения лекарственных средств по ТУ 32.50.30-007-32924160-2021 ДМ-4-101-07.К2.Ф4	ДМ4.ШК.32924160.007.06
53.	Шкаф для хранения лекарственных средств по ТУ 32.50.30-007-32924160-2021 ДМ-4-101-08.К2.Ф4	ДМ4.ШК.32924160.007.07
54.	Шкаф для хранения лекарственных средств по ТУ 32.50.30-007-32924160-2021 ДМ-4-101-09.К2	ДМ4.ШК.32924160.007.08
55.	Шкаф для хранения лекарственных средств по ТУ 32.50.30-007-32924160-2021 ДМ-4-101-10.К2.Ф4	ДМ4.ШК.32924160.007.09
56.	Шкаф для хранения лекарственных средств по ТУ 32.50.30-007-32924160-2021 ДМ-4-101-11.К2.Ф4	ДМ4.ШК.32924160.007.10
57.	Шкаф для хранения лекарственных средств по ТУ 32.50.30-007-32924160-2021 ДМ-4-101-12.К2.Ф4	ДМ4.ШК.32924160.007.11
58.	Шкаф для хранения лекарственных средств по ТУ 32.50.30-007-32924160-2021 ДМ-4-101-15.К2.Ф4	ДМ4.ШК.32924160.007.12
59.	Шкаф для хранения лекарственных средств по ТУ 32.50.30-007-32924160-2021 ДМ-4-101-16.К2.Ф4	ДМ4.ШК.32924160.007.13
60.	Шкаф для хранения лекарственных средств по ТУ 32.50.30-007-32924160-2021 ДМ-4-101-17.К2	ДМ4.ШК.32924160.007.14
61.	Шкаф для хранения лекарственных средств по ТУ 32.50.30-007-32924160-2021 ДМ-4-101-18.К2.Ф4	ДМ4.ШК.32924160.007.15
62.	Шкаф для хранения лекарственных средств по ТУ 32.50.30-007-32924160-2021 ДМ-4-101-19.К2.Ф4	ДМ4.ШК.32924160.007.16
63.	Шкаф для хранения лекарственных средств по ТУ 32.50.30-007-32924160-2021 ДМ-4-101-20.К2.Ф4	ДМ4.ШК.32924160.007.17
64.	Шкаф для хранения лекарственных средств по ТУ 32.50.30-007-32924160-2021 ДМ-4-101-21.К2.Ф4	ДМ4.ШК.32924160.007.18
65.	Шкаф для хранения лекарственных средств по ТУ 32.50.30-007-32924160-2021 ДМ-4-101-22.К2.Ф4	ДМ4.ШК.32924160.007.19

Информация получена с официального сайта Федеральной службы по надзору в сфере здравоохранения www.roszdravnadzor.gov.ru

66.	Шкаф для хранения лекарственных средств по ТУ 32.50.30-007-32924160-2021 ДМ-4-101-27.К2.Ф4	ДМ4.ШК.32924160.007.22
67.	Шкаф для хранения лекарственных средств по ТУ 32.50.30-007-32924160-2021 ДМ-4-101-31.К2.Ф4	ДМ4.ШК.32924160.007.23
68.	Шкаф для хранения лекарственных средств по ТУ 32.50.30-007-32924160-2021 ДМ-4-101-32.К2.Ф4	ДМ4.ШК.32924160.007.24
69.	Шкаф для хранения лекарственных средств по ТУ 32.50.30-007-32924160-2021 ДМ-1-109-01.К2.Ф1	ДМ1.МД.32924160.012.01
70.	Шкаф для хранения лекарственных средств по ТУ 32.50.30-007-32924160-2021 ДМ-1-109-02.К2.Ф1	ДМ1.МД.32924160.012.02
71.	Шкаф для хранения лекарственных средств по ТУ 32.50.30-007-32924160-2021 ДМ-1-109-03.К2.Ф1	ДМ1.МД.32924160.012.03
72.	Шкаф для хранения лекарственных средств по ТУ 32.50.30-007-32924160-2021 ДМ-1-109-04.К2.Ф1	ДМ1.МД.32924160.012.04
73.	Шкаф для хранения лекарственных средств по ТУ 32.50.30-007-32924160-2021 ДМ-1-109-05.К2.Ф1	ДМ1.МД.32924160.012.05
74.	Шкаф для хранения лекарственных средств по ТУ 32.50.30-007-32924160-2021 ДМ-1-109-06.К2.Ф1	ДМ1.МД.32924160.012.06
75.	Шкаф для хранения лекарственных средств по ТУ 32.50.30-007-32924160-2021 ДМ-1-109-07.К2.Ф1	ДМ1.МД.32924160.012.07
76.	Шкаф для хранения лекарственных средств по ТУ 32.50.30-007-32924160-2021 ДМ-1-109-08.К2.Ф1	ДМ1.МД.32924160.012.08
77.	Шкаф для хранения лекарственных средств по ТУ 32.50.30-007-32924160-2021 ДМ-1-109-09.К2.Ф1	ДМ1.МД.32924160.012.09
78.	Шкаф для хранения лекарственных средств по ТУ 32.50.30-007-32924160-2021 ДМ-1-109-10.К2.Ф1	ДМ1.МД.32924160.012.10
79.	Шкаф для хранения лекарственных средств по ТУ 32.50.30-007-32924160-2021 ДМ-1-109-11.К2.Ф1	ДМ1.МД.32924160.012.11
80.	Шкаф для хранения лекарственных средств по ТУ 32.50.30-007-32924160-2021 ДМ-2-109-01.К2.Ф2	ДМ2.МД.32924160.012.01
81.	Шкаф для хранения лекарственных средств по ТУ 32.50.30-007-32924160-2021 ДМ-2-109-02.К2.Ф2	ДМ2.МД.32924160.012.02
82.	Шкаф для хранения лекарственных средств по ТУ 32.50.30-007-32924160-2021 ДМ-2-109-03.К2.Ф2	ДМ2.МД.32924160.012.03

Информация получена с официального сайта Федеральной службы по надзору в сфере здравоохранения www.roszdravnadzor.gov.ru

83.	Шкаф для хранения лекарственных средств по ТУ 32.50.30-007-32924160-2021 ДМ-2-109-04.К2.Ф2	ДМ2.МД.32924160.012.04
84.	Шкаф для хранения лекарственных средств по ТУ 32.50.30-007-32924160-2021 ДМ-2-109-05.К2.Ф2	ДМ2.МД.32924160.012.05
85.	Шкаф для хранения лекарственных средств по ТУ 32.50.30-007-32924160-2021 ДМ-2-109-06.К2.Ф2	ДМ2.МД.32924160.012.06
86.	Шкаф для хранения лекарственных средств по ТУ 32.50.30-007-32924160-2021 ДМ-2-109-07.К2.Ф2	ДМ2.МД.32924160.012.07
87.	Шкаф для хранения лекарственных средств по ТУ 32.50.30-007-32924160-2021 ДМ-2-109-08.К2.Ф2	ДМ2.МД.32924160.012.08
88.	Шкаф для хранения лекарственных средств по ТУ 32.50.30-007-32924160-2021 ДМ-2-109-09.К2.Ф2	ДМ2.МД.32924160.012.09
89.	Шкаф для хранения лекарственных средств по ТУ 32.50.30-007-32924160-2021 ДМ-2-109-10.К2.Ф2	ДМ2.МД.32924160.012.10
90.	Шкаф для хранения лекарственных средств по ТУ 32.50.30-007-32924160-2021 ДМ-2-109-11.К2.Ф2	ДМ2.МД.32924160.012.11
91.	Шкаф для хранения лекарственных средств по ТУ 32.50.30-007-32924160-2021 ДМ-3-109-01.К2.Ф3	ДМ3.МД.32924160.012.01
92.	Шкаф для хранения лекарственных средств по ТУ 32.50.30-007-32924160-2021 ДМ-3-109-02.К2.Ф3	ДМ3.МД.32924160.012.02
93.	Шкаф для хранения лекарственных средств по ТУ 32.50.30-007-32924160-2021 ДМ-3-109-03.К2.Ф3	ДМ3.МД.32924160.012.03
94.	Шкаф для хранения лекарственных средств по ТУ 32.50.30-007-32924160-2021 ДМ-3-109-04.К2.Ф3	ДМ3.МД.32924160.012.04
95.	Шкаф для хранения лекарственных средств по ТУ 32.50.30-007-32924160-2021 ДМ-3-109-05.К2.Ф3	ДМ3.МД.32924160.012.05
96.	Шкаф для хранения лекарственных средств по ТУ 32.50.30-007-32924160-2021 ДМ-3-109-06.К2.Ф3	ДМ3.МД.32924160.012.06
97.	Шкаф для хранения лекарственных средств по ТУ 32.50.30-007-32924160-2021 ДМ-3-109-07.К2.Ф3	ДМ3.МД.32924160.012.07
98.	Шкаф для хранения лекарственных средств по ТУ 32.50.30-007-32924160-2021 ДМ-3-109-08.К2.Ф3	ДМ3.МД.32924160.012.08
99.	Шкаф для хранения лекарственных средств по ТУ 32.50.30-007-32924160-2021 ДМ-3-109-09.К2.Ф3	ДМ3.МД.32924160.012.09

Информация получена с официального сайта Федеральной службы по надзору в сфере здравоохранения www.roszdravnadzor.gov.ru

100.	Шкаф для хранения лекарственных средств по ТУ 32.50.30-007-32924160-2021 ДМ-3-109-10.К2.Ф3	ДМ3.МД.32924160.012.10
101.	Шкаф для хранения лекарственных средств по ТУ 32.50.30-007-32924160-2021 ДМ-3-109-11.К2.Ф3	ДМ3.МД.32924160.012.11
102.	Шкаф для хранения лекарственных средств по ТУ 32.50.30-007-32924160-2021 ДМ-4-109-03.К2.Ф4	ДМ4.МД.32924160.012.03
103.	Шкаф для хранения лекарственных средств по ТУ 32.50.30-007-32924160-2021 ДМ-4-109-04.К2.Ф4	ДМ4.МД.32924160.012.04
104.	Шкаф для хранения лекарственных средств по ТУ 32.50.30-007-32924160-2021 ДМ-4-109-05.К2.Ф4	ДМ4.МД.32924160.012.05
105.	Шкаф для хранения лекарственных средств по ТУ 32.50.30-007-32924160-2021 ДМ-4-109-06.К2.Ф4	ДМ4.МД.32924160.012.06
106.	Шкаф для хранения лекарственных средств по ТУ 32.50.30-007-32924160-2021 ДМ-4-109-14.К2.Ф4	ДМ4.МД.32924160.012.14
107.	Шкаф для хранения лекарственных средств по ТУ 32.50.30-007-32924160-2021 ДМ-4-109-15.К2.Ф4	ДМ4.МД.32924160.012.15

Информация получена с официального сайта федеральной службы по надзору в сфере здравоохранения www.roszdravnadzor.gov.ru

ПРИЛОЖЕНИЕ Е

Символы, применяемые в маркировке

Символ	Обозначение
	Хрупкое. Осторожно
	Беречь от влаги
	Верх
	Знак соответствия при добровольной сертификации

Информация получена с официального сайта
Федеральной службы по надзору в сфере здравоохранения
www.roszdravnadzor.gov.ru


Прошито, пронумеровано и
скреплено печатью
(107) сто семь листа(ов)
Генеральный директор
ООО «Доктор Мебель»
Якимов Ю. В.

Информация получена с официального сайта Федеральной службы по надзору в сфере здравоохранения www.roszdravnadzor.gov.ru