«УТВЕРЖДАЮ»

Генеральный директор

ООО «ДОКТОР МЕБЕЛЬ»

_____ Смолькина М.С.

«__» _____ 2023 г.

СТОЛ МЕДИЦИНСКИЙ

по ТУ 32.50.30-009-69573749-2021

в вариантах исполнения

Руководство по эксплуатации

ДМ.69573749.009.РЭ

2023

Информация получена с официального сайта Федеральной службы по надзору в сфере здравоохранения www.roszdravnadzor.gov.ru

ОГЛАВЛЕНИЕ

1 ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ 6

2 ТРАНСПОРТИРОВАНИЕ И ХРАНЕНИЕ 28

3 УКАЗАНИЯ ПО ЭКСПЛУАТАЦИИ 29

4 ТЕХНИЧЕСКОЕ ОБСЛУЖИВАНИЕ 31

5 УТИЛИЗАЦИЯ 34

6 НАЦИОНАЛЬНЫЕ СТАНДАРТЫ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ, КОТОРЫМ СООТВЕТСТВУЕТ ИЗДЕЛИЕ 35

7 ГАРАНТИИ ИЗГОТОВИТЕЛЯ 36

8 СВЕДЕНИЯ ОБ ИЗГОТОВИТЕЛЕ 37

9 СЕРВИСНОЕ ОБСЛУЖИВАНИЕ И РЕМОНТ МЕДИЦИНСКОГО ИЗДЕЛИЯ 36

ПРИЛОЖЕНИЕ А 37

ПРИЛОЖЕНИЕ Б 38

ПРИЛОЖЕНИЕ В 39

ПРИЛОЖЕНИЕ Г 41

ПРИЛОЖЕНИЕ Д 48

ПРИЛОЖЕНИЕ Е 51

Информация получена с официального сайта Федеральной службы по надзору в сфере здравоохранения www.roszdravnadzor.gov.ru

Данное руководство по эксплуатации распространяется на медицинское изделие «Стол медицинский по ТУ 32.50.30-009-69573749-2021 в вариантах исполнения» (далее по тексту – стол), предназначенный для размещения лекарственных препаратов, медицинских инструментов, медицинского оборудования, перевязочных материалов и иных изделий медицинского назначения в лечебно-профилактических учреждениях, медицинских центрах и больницах.

Назначение стола: Для размещения лекарственных препаратов, медицинских инструментов, медицинского оборудования, перевязочных материалов и иных изделий медицинского назначения.

Область применения: Использование в специализированных медицинских помещениях с классом чистоты А и Б по СП 2.1.3678-20 (например, помещение для ректороманоскопии (колонскопии), процедурные и асептические перевязочные, процедурные бронхоскопии, перевязочный кабинет, малая операционная и операционной).

Стол предназначен для использования квалифицированным медицинским и лабораторным персоналом в лечебно-профилактических учреждениях, медицинских центрах и больницах.

Показания к применению стола:

Для размещения и перемещения лекарственных средств, расходных материалов, медицинских инструментов, перевязочных материалов и иных изделий медицинского назначения.

Противопоказания к применению стола: Не установлены в рамках предусмотренного производителем применения.

Ожидаемые и предсказуемые побочные эффекты, связанные с применением стола по назначению: Не выявлены.

Риски применения стола: Анализ рисков применения был произведен ООО «Доктор мебель» в полном объеме и представлен в Файле менеджмента риска. Меры по снижению рисков применения стола приведены в мерах предосторожности.

Информация получена с официального сайта федеральной службы по надзору в сфере здравоохранения www.roszdravnadzor.gov.ru

Стол выпускается в ряде конструктивных вариантов, в сериях ДМ-1, ДМ-2, ДМ-3, ДМ-6 в зависимости от используемых материалов.

Столы ДМ-х-106 выпускаются в сериях ДМ-1, ДМ-2, ДМ-3, ДМ-6, представляют собой жесткую каркасную конструкцию со столешницей и /или ящиками выдвижными и/или полками и/или распашными дверями. Столы серий ДМ-1, ДМ-2, ДМ-3, ДМ-6 оснащены опорами регулируемыми неподвижными. Стол артикула ДМ-6-106-47 оснащен опорами колесными. Столы ДМ-1-106-01, ДМ-1-106-02, ДМ-1-106-03, ДМ-1-106-04, ДМ-1-106-05, ДМ-1-106-06, ДМ-1-106-07, ДМ-1-106-08, ДМ-1-106-09, ДМ-1-106-10, ДМ-2-106-01, ДМ-2-106-02, ДМ-2-106-03, ДМ-2-106-04, ДМ-2-106-05, ДМ-2-106-06, ДМ-2-106-07, ДМ-2-106-08, ДМ-2-106-09, ДМ-2-106-10, ДМ-3-106-01, ДМ-3-106-02, ДМ-3-106-03, ДМ-3-106-07 и ДМ-3-106-09, выпускаются без тумб. Столы ДМ-1-106-11, ДМ-1-106-12, ДМ-1-106-13, ДМ-1-106-14, ДМ-1-106-15, ДМ-1-106-16, ДМ-1-106-17, ДМ-1-106-18, ДМ-1-106-19, ДМ-1-106-20, ДМ-1-106-21, ДМ-1-106-22, ДМ-2-106-11, ДМ-2-106-12, ДМ-2-106-13, ДМ-2-106-14, ДМ-2-106-15, ДМ-2-106-16, ДМ-2-106-17, ДМ-2-106-18, ДМ-2-106-19, ДМ-2-106-20, ДМ-2-106-21, ДМ-2-106-22, ДМ-3-106-11, ДМ-3-106-13, ДМ-3-106-15, ДМ-3-106-17, ДМ-3-106-19, ДМ-3-106-21 выпускаются с одной встроенной тумбой. Столы ДМ-1-106-23, ДМ-1-106-24, ДМ-1-106-25, ДМ-1-106-26, ДМ-1-106-27, ДМ-1-106-28, ДМ-2-106-23, ДМ-2-106-24, ДМ-2-106-25, ДМ-2-106-26, ДМ-2-106-27, ДМ-2-106-28, ДМ-3-106-23, ДМ-3-106-25, ДМ-3-106-27 выпускаются с двумя встроенными тумбами. Столы ДМ-1-106-29, ДМ-1-106-30, ДМ-1-106-31, ДМ-1-106-32, ДМ-1-106-33, ДМ-1-106-34, ДМ-2-106-29, ДМ-2-106-30, ДМ-2-106-31, ДМ-2-106-32, ДМ-2-106-33, ДМ-2-106-34, ДМ-3-106-29, ДМ-3-106-31, ДМ-3-106-33 выпускаются с тремя встроенными тумбами.

Окончательное наполнение и конструктивное исполнение варианта исполнения стола определяет заказчик из ассортимента в соответствии с артикулом, формируемого согласно приложению Б.

Информация получена с официального сайта Федеральной службы по надзору в сфере здравоохранения www.roszdravnadzor.gov.ru

Стол является неинвазивным медицинским изделием и не контактирует с телом человека.

Перечень документов, на которые даны ссылки в данном руководстве по эксплуатации, приведен в Приложении А.

Принцип формирования артикулов для конкретизированного заказа стола приведен в Приложении Б.

Материалы, используемые при изготовлении стола одной серии, и обозначение серии для формирования артикула конкретизированного заказа приведены в Приложении В.

Внешний вид вариантов исполнения стола приведен в Приложении Г.

Список вариантов исполнения стола приведен в Приложении Д.

Расшифровка символов приведена в Приложении Е.

Для записи обозначения стола при заказе и/или в документации указывают название изделия, артикул, сформированный согласно приложению Б.

Информация получена с официального сайта федеральной службы по надзору в сфере здравоохранения www.roszdravnadzor.gov.ru

1 ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

1.1 Основные параметры и характеристики

1.1.1 Внешний вид стола приведен в Приложении Г. Корпус изготавливается серого цвета. Наружная сторона дверей распашных и фасадов ящиков выдвижных изготавливается зеленого, оранжевого, голубого или синего цвета.

1.1.2 Количество полок, ящиков выдвижных, функциональные размеры стола приведены ниже. Допустимое отклонение линейных размеров ± 4 мм.

Стол ДМ-1-106-01, ДМ-2-106-01:

Столешница размером по ширине и глубине 900 мм х 584 мм – 1 шт.

Высота столешницы от пола должна составлять 850 мм.

Стол ДМ-1-106-02, ДМ-2-106-02:

Столешница размером по ширине и глубине 1200 мм х 584 мм – 1 шт.

Высота столешницы от пола должна составлять 750 мм.

Стол ДМ-1-106-03, ДМ-2-106-03:

Столешница размером по ширине и глубине 1500 мм х 584 мм – 1 шт.

Высота столешницы от пола должна составлять 750 мм.

Стол ДМ-1-106-04, ДМ-2-106-04:

Столешница размером по ширине и глубине 900 мм х 584 мм – 1 шт.

Высота столешницы от пола должна составлять 850 мм.

Стол ДМ-1-106-05, ДМ-2-106-05:

Столешница размером по ширине и глубине 1200 мм х 584 мм – 1 шт.

Высота столешницы от пола должна составлять 850 мм.

Стол ДМ-1-106-06, ДМ-2-106-06:

Столешница размером по ширине и глубине 1500 мм х 584 мм – 1 шт.

Высота столешницы от пола должна составлять 850 мм.

Стол ДМ-1-106-07, ДМ-2-106-07:

Информация получена с официального сайта Федеральной службы по надзору в сфере здравоохранения www.roszdravnadzor.gov.ru

Столешница размером по ширине и глубине 1584 мм х 1254 мм – 1 шт.

Высота столешницы от пола должна составлять 750 мм.

Стол ДМ-1-106-08, ДМ-2-106-08:

Столешница размером по ширине и глубине 1584 мм х 1254 мм – 1 шт.

Высота столешницы от пола должна составлять 850 мм.

Стол ДМ-1-106-09, ДМ-2-106-09:

Столешница размером по ширине и глубине 1254 мм х 1584 мм – 1 шт.

Высота столешницы от пола должна составлять 750 мм.

Стол ДМ-1-106-10, ДМ-2-106-10:

Столешница размером по ширине и глубине 1254 мм х 1584 мм – 1 шт.

Высота столешницы от пола должна составлять 850 мм.

Стол ДМ-1-106-11, ДМ-1-106-17, ДМ-2-106-11, ДМ-2-106-17:

Столешница размером по ширине и глубине 1200 мм х 584 мм – 1 шт.

Полка размером по ширине и глубине 350 мм х 470 мм – 1 шт.

Дверь по ширине и высоте 346 мм х 560мм – 1 шт.

Высота отделения под полкой 286 мм.

Высота отделения над полкой 260 мм.

Высота столешницы от пола должна составлять 750 мм.

Стол ДМ-1-106-12, ДМ-1-106-18, ДМ-2-106-12, ДМ-2-106-18:

Столешница размером по ширине и глубине 1200 мм х 584 мм – 1 шт.

Полка размером по ширине и глубине 350 мм х 470 мм – 1 шт.

Дверь по ширине и высоте 346 мм х 660мм – 1 шт.

Высота отделения под полкой 336 мм.

Высота отделения над полкой 330 мм.

Высота столешницы от пола должна составлять 850 мм.

Стол ДМ-1-106-13, ДМ-1-106-19, ДМ-2-106-13, ДМ-2-106-19:

Информация получена с официального сайта Федеральной службы по надзору в сфере здравоохранения www.roszdravnadzor.gov.ru

Столешница размером по ширине и глубине 1200 мм х 584 мм – 1 шт.

Полка размером по ширине и глубине 350 мм х 470 мм – 1 шт.

Высота отделения под полкой 214 мм.

Высота отделения над полкой 214 мм.

Ящик выдвижной с внутренними размерами по ширине, глубине, высоте (далее Ш*Г*В) 305 мм х 426 мм х 70мм – 1 шт.

Дверь по ширине и высоте 346 мм х 432мм – 1 шт.

Высота столешницы от пола должна составлять 750 мм.

Стол ДМ-1-106-14, ДМ-1-106-20, ДМ-2-106-14, ДМ-2-106-20:

Столешница размером по ширине и глубине 1200 мм х 584 мм – 1 шт.

Полка размером по ширине и глубине 350 мм х 470 мм – 1 шт.

Высота отделения под полкой 264 мм.

Высота отделения над полкой 264 мм.

Ящик выдвижной с внутренними размерами (Ш*Г*В) 305 мм х 426 мм х 70 мм – 1 шт.

Дверь по ширине и высоте 346мм х 532мм – 1 шт.

Высота столешницы от пола должна составлять 850 мм.

Стол ДМ-1-106-15, ДМ-1-106-21, ДМ-2-106-15, ДМ-2-106-21:

Столешница размером по ширине и глубине 1200 мм х 584 мм – 1 шт.

Ящик выдвижной с внутренними размерами (Ш*Г*В) 305 мм х 426 мм х 102 мм – 3 шт.

Высота столешницы от пола должна составлять 750 мм.

Стол ДМ-1-106-16, ДМ-1-106-22, ДМ-2-106-16, ДМ-2-106-22:

Столешница размером по ширине и глубине 1200 мм х 584 мм – 1 шт.

Ящик выдвижной с внутренними размерами (Ш*Г*В) 305 мм х 426 мм х 151мм – 3 шт.

Высота столешницы от пола должна составлять 850 мм.

Стол ДМ-1-106-23, ДМ-2-106-23:

Информация получена с официального сайта федеральной службы по надзору в сфере здравоохранения www.roszdravnadzor.gov.ru

Столешница размером по ширине и глубине 1500 мм х 584 мм – 1 шт.

Полка размером по ширине и глубине 350 мм х 470 мм – 2 шт.

Дверь по ширине и высоте 346 мм х 560мм – 2 шт.

Высота отделения под полкой 278 мм.

Высота отделения над полкой 278 мм.

Высота столешницы от пола должна составлять 750 мм.

Стол ДМ-1-106-24, ДМ-2-106-24:

Столешница размером по ширине и глубине 1500 мм х 584 мм – 1 шт.

Полка размером по ширине и глубине 350 мм х 470 мм – 2 шт.

Дверь по ширине и высоте 346 мм х 660мм – 2 шт.

Высота отделения под полкой 328 мм.

Высота отделения над полкой 328 мм.

Высота столешницы от пола должна составлять 850 мм.

Стол ДМ-1-106-25, ДМ-2-106-25:

Столешница размером по ширине и глубине 1500 мм х 584 мм – 1 шт.

Полка размером по ширине и глубине 350 мм х 470 мм – 2 шт.

Высота отделения под полкой 214 мм.

Высота отделения над полкой 214 мм.

Ящик выдвижной с внутренними размерами по ширине, глубине, высоте (далее Ш*Г*В) 305 мм х 426 мм х 70мм – 2 шт.

Дверь по ширине и высоте 346 мм х 432мм – 2 шт.

Высота столешницы от пола должна составлять 750 мм.

Стол ДМ-1-106-26, ДМ-2-106-26:

Столешница размером по ширине и глубине 1500 мм х 584 мм – 1 шт.

Полка размером по ширине и глубине 350 мм х 470 мм – 2 шт.

Высота отделения под полкой 264 мм.

Высота отделения над полкой 264 мм.

Ящик выдвижной с внутренними размерами (Ш*Г*В) 305 мм х 426 мм х 70 мм – 2 шт.

Информация получена с официального сайта Федеральной службы по надзору в сфере здравоохранения www.roszdravnadzor.gov.ru

Дверь по ширине и высоте 346мм х 532мм – 2 шт.

Высота столешницы от пола должна составлять 850 мм.

Стол ДМ-1-106-27, ДМ-2-106-27:

Столешница размером по ширине и глубине 1500 мм х 584 мм – 1 шт.

Ящик выдвижной с внутренними размерами (Ш*Г*В) 305 мм х 426 мм х 102 мм – 6 шт.

Высота столешницы от пола должна составлять 750 мм.

Стол ДМ-1-106-28, ДМ-2-106-28:

Столешница размером по ширине и глубине 1500 мм х 584 мм – 1 шт.

Ящик выдвижной с внутренними размерами (Ш*Г*В) 305 мм х 426 мм х 151мм – 6 шт.

Высота столешницы от пола должна составлять 850 мм.

Стол ДМ-1-106-29, ДМ-2-106-29:

Столешница размером по ширине и глубине 2700 мм х 584 мм – 1 шт.

Полка размером по ширине и глубине 350 мм х 470 мм – 3 шт.

Дверь по ширине и высоте 346 мм х 560мм – 3 шт.

Высота отделения под полкой 286 мм.

Высота отделения над полкой 260 мм.

Высота столешницы от пола должна составлять 750 мм.

Стол ДМ-1-106-30, ДМ-2-106-30:

Столешница размером по ширине и глубине 2700 мм х 584 мм – 1 шт.

Полка размером по ширине и глубине 350 мм х 470 мм – 3 шт.

Дверь по ширине и высоте 346 мм х 660мм – 3 шт.

Высота отделения под полкой 336 мм.

Высота отделения над полкой 330 мм.

Высота столешницы от пола должна составлять 850 мм.

Стол ДМ-1-106-31, ДМ-2-106-31:

Информация получена с официального сайта федеральной службы по надзору в сфере здравоохранения www.roszdravnadzor.gov.ru

Столешница размером по ширине и глубине 2700 мм х 584 мм – 1 шт.

Полка размером по ширине и глубине 350 мм х 470 мм – 2 шт.

Высота отделения под полкой 214 мм.

Высота отделения над полкой 214 мм.

Ящик выдвижной с внутренними размерами по ширине, глубине, высоте (далее Ш*Г*В) 319 мм х 447 мм х 70мм – 2 шт.

Ящик выдвижной с внутренними размерами (Ш*Г*В) 305 мм х 426 мм х 102 мм – 3 шт.

Дверь по ширине и высоте 346 мм х 432мм – 2 шт.

Высота столешницы от пола должна составлять 750 мм.

Стол ДМ-1-106-32, ДМ-2-106-32:

Столешница размером по ширине и глубине 2700 мм х 584 мм – 1 шт.

Полка размером по ширине и глубине 350 мм х 470 мм – 2 шт.

Высота отделения под полкой 264 мм.

Высота отделения над полкой 264 мм.

Ящик выдвижной с внутренними размерами по ширине, глубине, высоте (далее Ш*Г*В) 305 мм х 426 мм х 70мм – 2 шт.

Ящик выдвижной с внутренними размерами (Ш*Г*В) 307 мм х 425 мм х 147 мм – 3 шт.

Дверь по ширине и высоте 346 мм х 532мм – 2 шт.

Высота столешницы от пола должна составлять 850 мм.

Стол ДМ-1-106-33, ДМ-2-106-33:

Столешница размером по ширине и глубине 2700 мм х 584 мм – 1 шт.

Ящик выдвижной с внутренними размерами (Ш*Г*В) 305 мм х 426 мм х 102 мм – 9 шт.

Высота столешницы от пола должна составлять 750 мм.

Стол ДМ-1-106-34, ДМ-2-106-34:

Столешница размером по ширине и глубине 2700 мм х 584 мм – 1 шт.

Информация получена с официального сайта федеральной службы по надзору в сфере здравоохранения www.roszdravnadzor.gov.ru

Ящик выдвижной с внутренними размерами (Ш*Г*В) 305 мм х 426 мм х 151мм – 9 шт.

Высота столешницы от пола должна составлять 850 мм.

Стол ДМ-3-106-01:

Столешница размером по ширине и глубине 900 мм х 584 мм – 1 шт.

Высота столешницы от пола должна составлять 750 мм.

Стол ДМ-3-106-02:

Столешница размером по ширине и глубине 1200 мм х 584 мм – 1 шт.

Высота столешницы от пола должна составлять 750 мм.

Стол ДМ-3-106-03:

Столешница размером по ширине и глубине 1500 мм х 584 мм – 1 шт.

Высота столешницы от пола должна составлять 750 мм.

Стол ДМ-3-106-07:

Столешница размером по ширине и глубине 1584 мм х 1284 мм – 1 шт.

Высота столешницы от пола должна составлять 750 мм.

Стол ДМ-3-106-09:

Столешница размером по ширине и глубине 1284 мм х 1584 мм – 1 шт.

Высота столешницы от пола должна составлять 750 мм.

Стол ДМ-3-106-11, ДМ-3-106-17:

Столешница размером по ширине и глубине 1200 мм х 584 мм – 1 шт.

Полка размером по ширине и глубине 350 мм х 470 мм – 1 шт.

Дверь по ширине и высоте 346 мм х 580мм – 1 шт.

Высота отделения под полкой 284 мм.

Высота отделения над полкой 284 мм.

Высота столешницы от пола должна составлять 750 мм.

Информация получена с официального сайта федеральной службы по надзору в сфере здравоохранения www.roszdravnadzor.gov.ru

Стол ДМ-3-106-13, ДМ-3-106-19:

Столешница размером по ширине и глубине 1200 мм х 584 мм – 1 шт.

Полка размером по ширине и глубине 350 мм х 470 мм – 1 шт.

Высота отделения под полкой 220 мм.

Высота отделения над полкой 220 мм.

Ящик выдвижной с внутренними размерами по ширине, глубине, высоте (далее Ш*Г*В) 305 мм х 426 мм х 70мм – 1 шт.

Дверь по ширине и высоте 346 мм х 450мм – 1 шт.

Высота столешницы от пола должна составлять 750 мм.

Стол ДМ-3-106-15, ДМ-3-106-21:

Столешница размером по ширине и глубине 1200 мм х 584 мм – 1 шт.

Ящик выдвижной с внутренними размерами (Ш*Г*В) 305 мм х 426 мм х 102 мм – 3 шт.

Высота столешницы от пола должна составлять 750 мм.

Стол ДМ-3-106-23:

Столешница размером по ширине и глубине 1500 мм х 584 мм – 1 шт.

Полка размером по ширине и глубине 350 мм х 470 мм – 2 шт.

Дверь по ширине и высоте 346 мм х 560мм – 2 шт.

Высота отделения под полкой 284 мм.

Высота отделения над полкой 284 мм.

Высота столешницы от пола должна составлять 750 мм.

Стол ДМ-3-106-25:

Столешница размером по ширине и глубине 1500 мм х 584 мм – 1 шт.

Полка размером по ширине и глубине 350 мм х 470 мм – 2 шт.

Высота отделения под полкой 220 мм.

Высота отделения над полкой 220 мм.

Ящик выдвижной с внутренними размерами по ширине, глубине, высоте (далее Ш*Г*В) 305 мм х 426 мм х 70мм – 2 шт.

Информация получена с официального сайта федеральной службы по надзору в сфере здравоохранения www.roszdravnadzor.gov.ru

Дверь по ширине и высоте 346 мм х 450 мм – 2 шт.

Высота столешницы от пола должна составлять 750 мм.

Стол ДМ-3-106-27:

Столешница размером по ширине и глубине 1500 мм х 584 мм – 1 шт.

Ящик выдвижной с внутренними размерами (Ш*Г*В) 305 мм х 426 мм х 102 мм – 6 шт.

Высота столешницы от пола должна составлять 750 мм.

Стол ДМ-3-106-29:

Столешница размером по ширине и глубине 2700 мм х 584 мм – 1 шт.

Полка размером по ширине и глубине 350 мм х 470 мм – 3 шт.

Дверь по ширине и высоте 346 мм х 580мм – 3 шт.

Высота отделения под полкой 284 мм.

Высота отделения над полкой 284 мм.

Высота столешницы от пола должна составлять 750 мм.

Стол ДМ-3-106-31:

Столешница размером по ширине и глубине 2700 мм х 584 мм – 1 шт.

Полка размером по ширине и глубине 350 мм х 470 мм – 2 шт.

Высота отделения под полкой 220 мм.

Высота отделения над полкой 220 мм.

Ящик выдвижной с внутренними размерами по ширине, глубине, высоте (далее Ш*Г*В) 305 мм х 426 мм х 70мм – 2 шт.

Ящик выдвижной с внутренними размерами (Ш*Г*В) 305 мм х 426 мм х 102 мм – 3 шт.

Дверь по ширине и высоте 346 мм х 450мм – 2 шт.

Высота столешницы от пола должна составлять 750 мм.

Стол ДМ-3-106-33:

Столешница размером по ширине и глубине 2700 мм х 584 мм – 1 шт.

Информация получена с официального сайта федеральной службы по надзору в сфере здравоохранения www.roszdravnadzor.gov.ru

Ящик выдвижной с внутренними размерами (Ш*Г*В) 305 мм х 426 мм х 102 мм – 9 шт.

Высота столешницы от пола должна составлять 750 мм.

Стол ДМ-6-106-05:

Столешница размером по ширине и глубине 1086 мм х 643 мм – 1 шт.

Высота столешницы от пола должна составлять 850 мм.

Бортик высотой 70 мм – 3 шт

Стол ДМ-6-106-06:

Столешница размером по ширине и глубине 1686 мм х 643 мм – 1 шт.

Высота столешницы от пола должна составлять 850 мм.

Бортик высотой 70 мм – 3 шт

Стол ДМ-6-106-17:

Столешница размером по ширине и глубине 800 мм х 582 мм – 1 шт.

Высота столешницы от пола должна составлять 850 мм.

Бортик вдоль длинной стороны высотой 70 мм – 1 шт

Размер полки по ширине и глубине 730 мм х 480 мм – 1шт.

Стол ДМ-6-106-19:

Столешница размером по ширине и глубине 1000 мм х 582 мм – 1 шт.

Высота столешницы от пола должна составлять 850 мм.

Бортик вдоль длинной стороны высотой 70 мм – 1 шт

Размер полки по ширине и глубине 930 мм х 480 мм – 1шт.

Стол ДМ-6-106-21:

Столешница размером по ширине и глубине 1200 мм х 582 мм – 1 шт.

Высота столешницы от пола должна составлять 850 мм.

Бортик вдоль длинной стороны высотой 70 мм – 1 шт

Размер полки по ширине и глубине 1130 мм х 480 мм – 1шт.

Информация получена с официального сайта федеральной службы по надзору в сфере здравоохранения www.roszdravnadzor.gov.ru

Стол ДМ-6-106-23:

Столешница размером по ширине и глубине 1400 мм х 582 мм – 1 шт.

Высота столешницы от пола должна составлять 850 мм.

Бортик вдоль длинной стороны высотой 70 мм – 1 шт

Размер полки по ширине и глубине 1330 мм х 480 мм – 1шт.

Стол ДМ-6-106-25:

Столешница размером по ширине и глубине 1500 мм х 582 мм – 1 шт.

Высота столешницы от пола должна составлять 850 мм.

Бортик вдоль длинной стороны высотой 70 мм – 1 шт

Размер полки по ширине и глубине 1430 мм х 480 мм – 1шт.

Стол ДМ-6-106-37:

Столешница размером по ширине и глубине 800 мм х 582 мм – 1 шт.

Высота столешницы от пола должна составлять 850 мм.

Бортик вдоль длинной стороны высотой 70 мм – 1 шт

Стол ДМ-6-106-39:

Столешница размером по ширине и глубине 1000 мм х 582 мм – 1 шт.

Высота столешницы от пола должна составлять 850 мм.

Бортик вдоль длинной стороны высотой 70 мм – 1 шт

Стол ДМ-6-106-41:

Столешница размером по ширине и глубине 1200 мм х 582 мм – 1 шт.

Высота столешницы от пола должна составлять 850 мм.

Бортик вдоль длинной стороны высотой 70 мм – 1 шт

Стол ДМ-6-106-43:

Столешница размером по ширине и глубине 1400 мм х 582 мм – 1 шт.

Высота столешницы от пола должна составлять 850 мм.

Бортик вдоль длинной стороны высотой 70 мм – 1 шт

Информация получена с официального сайта федеральной службы по надзору в сфере здравоохранения www.roszdravnadzor.gov.ru

Стол ДМ-6-106-45:

Столешница размером по ширине и глубине 1500 мм х 582 мм – 1 шт.

Высота столешницы от пола должна составлять 850 мм.

Бортик вдоль длинной стороны высотой 70 мм – 1 шт

Стол ДМ-6-106-47:

Столешница размером по ширине и глубине 1900 мм х 550 мм – 1 шт.

Высота столешницы от пола должна составлять 870 мм.

Допустимое отклонение линейных размеров в п. 1.1.3 ± 4 мм, отклонение размеров между полками ± 12 мм.

1.1.3 Габаритные размеры и масса мебели в сборе приведены в таблице 1.

Таблица 1

Артикул	Габаритные размеры, мм, (Ш*Г*В), ± 4 мм	Масса, кг, ± 10%
Стол серии ДМ-1-106		
ДМ-1-106-01	900 х 600 х 820	34,4
ДМ-1-106-02	1200 х 600 х 820	37,2
ДМ-1-106-03	1500 х 600 х 820	44,3
ДМ-1-106-04	900 х 600 х 920	32,5
ДМ-1-106-05	1200 х 600 х 920	39,9
ДМ-1-106-06	1500 х 600 х 920	47,4
ДМ-1-106-07	1600 х 1270 х 820	83,3
ДМ-1-106-08	1600 х 1270 х 920	71,1
ДМ-1-106-09	1270 х 1600 х 820	83,3
ДМ-1-106-10	1270 х 1600 х 920	83,3
ДМ-1-106-11	1200 х 600 х 820	51,2
ДМ-1-106-12	1200 х 600 х 920	58,7
ДМ-1-106-13	1200 х 600 х 820	55
ДМ-1-106-14	1200 х 600 х 920	58,9
ДМ-1-106-15	1200 х 600 х 820	59,5
ДМ-1-106-16	1200 х 600 х 920	64,9

Информация получена с официального сайта федеральной службы по надзору в сфере здравоохранения www.roszdravnadzor.gov.ru

Артикул	Габаритные размеры, мм, (Ш*Г*В), ± 4 мм	Масса, кг, ± 10%
ДМ-1-106-17	1200 x 600 x 820	51,2
ДМ-1-106-18	1200 x 600 x 920	55,1
ДМ-1-106-19	1200 x 600 x 820	55
ДМ-1-106-20	1200 x 600 x 920	58,9
ДМ-1-106-21	1200 x 600 x 820	59,5
ДМ-1-106-22	1200 x 600 x 920	64,9
ДМ-1-106-23	1500 x 600 x 820	67
ДМ-1-106-24	1500 x 600 x 920	71,6
ДМ-1-106-25	1500 x 600 x 820	75
ДМ-1-106-26	1500 x 600 x 920	80
ДМ-1-106-27	1500 x 600 x 820	84
ДМ-1-106-28	1500 x 600 x 920	92
ДМ-1-106-29	2700 x 600 x 820	108
ДМ-1-106-30	2700 x 600 x 920	115
ДМ-1-106-31	2700 x 600 x 820	124
ДМ-1-106-32	2700 x 600 x 920	132
ДМ-1-106-33	2700 x 600 x 820	133
ДМ-1-106-34	2700 x 600 x 920	144
Стол серии ДМ-2-106		
ДМ-2-106-01	900 x 600 x 820	23,6
ДМ-2-106-02	1200 x 600 x 820	28,7
ДМ-2-106-03	1500 x 600 x 820	33,8
ДМ-2-106-04	900 x 600 x 920	25,8
ДМ-2-106-05	1200 x 600 x 920	31,2
ДМ-2-106-06	1500 x 600 x 920	36,6
ДМ-2-106-07	1600 x 1270 x 820	65
ДМ-2-106-08	1600 x 1270 x 920	65
ДМ-2-106-09	1270 x 1600 x 820	65
ДМ-2-106-10	1270 x 1600 x 920	65
ДМ-2-106-11	1200 x 600 x 820	40,9
ДМ-2-106-12	1200 x 600 x 920	44,7
ДМ-2-106-13	1200 x 600 x 820	44,4
ДМ-2-106-14	1200 x 600 x 920	48,2

Информация получена с официального сайта федеральной службы по надзору в сфере здравоохранения www.roszdravnadzor.gov.ru

Артикул	Габаритные размеры, мм, (Ш*Г*В), ± 4 мм	Масса, кг, ± 10%
ДМ-2-106-15	1200 x 600 x 820	50,3
ДМ-2-106-16	1200 x 600 x 920	55,5
ДМ-2-106-17	1200 x 600 x 820	40,9
ДМ-2-106-18	1200 x 600 x 920	44,7
ДМ-2-106-19	1200 x 600 x 820	44,4
ДМ-2-106-20	1200 x 600 x 920	48,2
ДМ-2-106-21	1200 x 600 x 820	50,3
ДМ-2-106-22	1200 x 600 x 920	62,9
ДМ-2-106-23	1500 x 600 x 820	54
ДМ-2-106-24	1500 x 600 x 920	58
ДМ-2-106-25	1500 x 600 x 820	61
ДМ-2-106-26	1500 x 600 x 920	65
ДМ-2-106-27	1500 x 600 x 820	72
ДМ-2-106-28	1500 x 600 x 920	80
ДМ-2-106-29	2700 x 600 x 820	85
ДМ-2-106-30	2700 x 600 x 920	91
ДМ-2-106-31	2700 x 600 x 820	119
ДМ-2-106-32	2700 x 600 x 920	121
ДМ-2-106-33	2700 x 600 x 820	112
ДМ-2-106-34	2700 x 600 x 920	123
Стол серии ДМ-3-106		
ДМ-3-106-01	900 x 600 x 820	22,6
ДМ-3-106-02	1200 x 600 x 820	26,8
ДМ-3-106-03	1500 x 600 x 820	30,9
ДМ-3-106-07	1600 x 1300 x 820	53,4
ДМ-3-106-09	1300 x 1600 x 820	53,4
ДМ-3-106-11	1200 x 600 x 820	38,2
ДМ-3-106-13	1200 x 600 x 820	41,7
ДМ-3-106-15	1200 x 600 x 820	47,6
ДМ-3-106-17	1200 x 600 x 820	38,2
ДМ-3-106-19	1200 x 600 x 820	41,7
ДМ-3-106-21	1200 x 600 x 820	47,6
ДМ-3-106-23	1500 x 600 x 820	52

Информация получена с официального сайта федеральной службы по надзору в сфере здравоохранения www.roszdravnadzor.gov.ru

Артикул	Габаритные размеры, мм, (Ш*Г*В), ± 4 мм	Масса, кг, ± 10%
ДМ-3-106-25	1500 х 600 х 820	59
ДМ-3-106-27	1500 х 600 х 820	71
ДМ-3-106-29	2700 х 600 х 820	82
ДМ-3-106-31	2700 х 600 х 820	98
ДМ-3-106-33	2700 х 600 х 820	110
Стол серии ДМ-6		
ДМ-6-106-05	1100х650х920	32
ДМ-6-106-06	1700х650х920	45
ДМ-6-106-17	800х600х920	25
ДМ-6-106-19	1000х600х920	30
ДМ-6-106-21	1200х600х920	35
ДМ-6-106-23	1400х600х920	39
ДМ-6-106-25	1500х600х920	42
ДМ-6-106-37	800х600х920	23
ДМ-6-106-39	1000х600х920	27
ДМ-6-106-41	1200х600х920	31
ДМ-6-106-43	1400х600х920	35
ДМ-6-106-45	1500х600х920	37
ДМ-6-106-47	1900х550х870	39

1.1.4 Столешница выдерживает предельную рабочую равномерно-распределенную нагрузку (60±1,0) кг.

1.1.5 Полки и дно ящиков выдвижных выдерживают предельную рабочую равномерно-распределенную нагрузку (15±1,0) кг.

1.1.6 Стол выдерживает совокупную предельную рабочую нагрузку с учетом предельной равномерно распределенной нагрузки на каждую полку, на дно ящика выдвижного и столешницу:

- Для стола артикулов ДМ-1-106-01 – ДМ-1-106-10, ДМ-2-106-01 – ДМ-2-106-10, ДМ-3-106-01 – ДМ-3-106-09, ДМ-6-106-05, ДМ-6-106-06, ДМ-6-106-37- ДМ-6-106-47 не более 60 кг;

- Для стола артикулов ДМ-6-106-17 - ДМ-6-106-25 не более 75 кг;

Информация получена с официального сайта Федеральной службы по надзору в сфере здравоохранения www.roszdravnadzor.gov.ru

- Для стола артикулов ДМ-1-106-11, ДМ-1-106-12, ДМ-1-106-17, ДМ-1-106-18 и ДМ-2-106-11, ДМ-2-106-12, ДМ-2-106-17, ДМ-2-106-18, ДМ-3-106-11, ДМ-3-106-17 не более 90 кг;

- Для стола артикулов ДМ-1-106-13 - ДМ-1-106-16 и ДМ-1-106-19 - ДМ-1-106-22, ДМ-2-106-13 - ДМ-2-106-16 и ДМ-2-106-19 - ДМ-2-106-22, ДМ-3-106-13, ДМ-3-106-15, ДМ-3-106-19, ДМ-3-106-21 не более 105 кг.

- Для стола артикулов ДМ-1-106-23, ДМ-1-106-24, ДМ-2-106-23, ДМ-2-106-24, ДМ-3-106-23 не более 120 кг.

- Для стола артикулов ДМ-1-106-25, ДМ-1-106-26, ДМ-1-106-27, ДМ-1-106-28, ДМ-1-106-29, ДМ-1-106-30, ДМ-2-106-25, ДМ-2-106-26, ДМ-2-106-27, ДМ-2-106-28, ДМ-2-106-29, ДМ-2-106-30, ДМ-3-106-25, ДМ-3-106-27, ДМ-3-106-29 не более 150 кг.

- Для стола артикулов ДМ-1-106-31, ДМ-1-106-32, ДМ-1-106-33, ДМ-1-106-34, ДМ-2-106-31, ДМ-2-106-32, ДМ-2-106-33, ДМ-2-106-34, ДМ-3-106-31, ДМ-3-106-33 не более 195 кг.

1.1.7 Столы серий ДМ-1, ДМ-2, ДМ-3, ДМ-6 за исключением стола артикул ДМ-6-106-47 (см. приложение Б) оснащены опорами регулируемыми.

1.1.8 Стол на опорах колесных соответствуют следующим требованиям:

1.1.9 Зазор между поверхностью пола и одной из колесных опор составляет не более 3 мм.

1.1.10 Установленные опоры колесные снабжены тормозами, при включении которых не должно происходить непредусмотренного перемещения стола в положении эксплуатации по поверхности с углом наклона 5° относительно горизонтальной плоскости.

Тормозами оборудованы две колесные опоры из четырех.

1.1.11 Усилие перемещения стола на опорах колесных с отключенными тормозами без нагрузки и с нагрузкой по твердой плоской поверхности значениям, приведенным в таблице 3:

Информация получена с официального сайта федеральной службы по надзору в сфере здравоохранения www.roszdravnadzor.gov.ru

Таблица 2

Артикул	Усилие перемещения без нагрузки, Не более Н (кгс)	Усилие перемещения с нагрузкой, Не более Н (кгс)
Стол серии ДМ-6		
ДМ-6-106-47	50 Н (5,1 кгс)	131 Н (13,4 кгс)

1.1.12 Зазоры в проемах дверей на сторону не превышают 4 мм.

1.1.13 Двери распашные имеют механизм фиксации, предотвращающий их самопроизвольное открывание.

1.1.14 Двери распашные установлены на петли, обеспечивающие их плавное, без перекосов, открывание и закрывание с усилием не более 22 Н (2,2 кгс).

1.1.15 Зазоры в проемах между фасадом ящика выдвижного и проемом корпуса ящика выдвижного не превышают 4 мм.

1.1.16 Ящик выдвижной выдвигается по направляющим частичного выдвижения.

1.1.17 Ящик выдвижной имеет свободный ход без заеданий и перекосов. Усилие выдвигания ящика без нагрузки составляет не более 35+/-5 Н (3,5+/-0,5 кгс).

1.1.18 Цвет лакокрасочных покрытий стола, изготовленных по одному заказу, должен быть одного цветового ряда.

1.1.19 Наружные и внутренние поверхности стола устойчивы к многократной дезинфекции по МУ 287-113 3% раствором перекиси водорода по ГОСТ 177 с добавлением 0,5% раствора моющего средства по ГОСТ 25644.

1.1.20 Средний срок службы стола до списания составляет 8 лет с учётом срока службы покупных изделий и компонентов со сроком службы меньшим, чем срок службы стола.

За критерий предельного состояния принимается состояние, при котором восстановление работоспособности нецелесообразно по технико-экономическим и функциональным показателям.

1.2 Сведения о материалах и покупных изделиях

1.2.1 Опора регулируемая имеет диапазон регулировки не менее 10 мм.

Информация получена с официального сайта федеральной службы по надзору в сфере здравоохранения www.roszdravnadzor.gov.ru

1.2.2 Стол изготовлен из материалов в соответствии с Приложением В. Материалы стола имеют обозначение, отображаемое в артикуле в соответствии с Приложением Б.

Информация получена с официального сайта
Федеральной службы по надзору в сфере здравоохранения
www.roszdravnadzor.gov.ru

1.3 Комплектность

1.3.1 Стол медицинский по ТУ 32.50.30-009-69573749-2021 в вариантах исполнения:

№ п.п.	Вариант исполнения
1.	Стол медицинский по ТУ 32.50.30-009-69573749-2021 ДМ-2-106-01.К2.
2.	Стол медицинский по ТУ 32.50.30-009-69573749-2021 ДМ-2-106-02.К2.
3.	Стол медицинский по ТУ 32.50.30-009-69573749-2021 ДМ-2-106-03.К2.
4.	Стол медицинский по ТУ 32.50.30-009-69573749-2021 ДМ-2-106-04.К2.
5.	Стол медицинский по ТУ 32.50.30-009-69573749-2021 ДМ-2-106-05.К2.
6.	Стол медицинский по ТУ 32.50.30-009-69573749-2021 ДМ-2-106-06.К2.
7.	Стол медицинский по ТУ 32.50.30-009-69573749-2021 ДМ-2-106-07.К2.
8.	Стол медицинский по ТУ 32.50.30-009-69573749-2021 ДМ-2-106-08.К2.
9.	Стол медицинский по ТУ 32.50.30-009-69573749-2021 ДМ-2-106-09.К2.
10.	Стол медицинский по ТУ 32.50.30-009-69573749-2021 ДМ-2-106-10.К2.
11.	Стол медицинский по ТУ 32.50.30-009-69573749-2021 ДМ-2-106-11.К2.Ф2
12.	Стол медицинский по ТУ 32.50.30-009-69573749-2021 ДМ-2-106-12.К2.Ф2
13.	Стол медицинский по ТУ 32.50.30-009-69573749-2021 ДМ-2-106-13.К2.Ф2
14.	Стол медицинский по ТУ 32.50.30-009-69573749-2021 ДМ-2-106-14.К2.Ф2
15.	Стол медицинский по ТУ 32.50.30-009-69573749-2021 ДМ-2-106-15.К2.Ф2
16.	Стол медицинский по ТУ 32.50.30-009-69573749-2021 ДМ-2-106-16.К2.Ф2
17.	Стол медицинский по ТУ 32.50.30-009-69573749-2021 ДМ-2-106-17.К2.Ф2
18.	Стол медицинский по ТУ 32.50.30-009-69573749-2021 ДМ-2-106-18.К2.Ф2
19.	Стол медицинский по ТУ 32.50.30-009-69573749-2021 ДМ-2-106-19.К2.Ф2
20.	Стол медицинский по ТУ 32.50.30-009-69573749-2021 ДМ-2-106-20.К2.Ф2
21.	Стол медицинский по ТУ 32.50.30-009-69573749-2021 ДМ-2-106-21.К2.Ф2
22.	Стол медицинский по ТУ 32.50.30-009-69573749-2021 ДМ-2-106-22.К2.Ф2
23.	Стол медицинский по ТУ 32.50.30-009-69573749-2021 ДМ-2-106-23.К2.Ф2
24.	Стол медицинский по ТУ 32.50.30-009-69573749-2021 ДМ-2-106-24.К2.Ф2
25.	Стол медицинский по ТУ 32.50.30-009-69573749-2021 ДМ-2-106-25.К2.Ф2
26.	Стол медицинский по ТУ 32.50.30-009-69573749-2021 ДМ-2-106-26.К2.Ф2
27.	Стол медицинский по ТУ 32.50.30-009-69573749-2021 ДМ-2-106-27.К2.Ф2
28.	Стол медицинский по ТУ 32.50.30-009-69573749-2021 ДМ-2-106-28.К2.Ф2
29.	Стол медицинский по ТУ 32.50.30-009-69573749-2021 ДМ-2-106-29.К2.Ф2
30.	Стол медицинский по ТУ 32.50.30-009-69573749-2021 ДМ-2-106-30.К2.Ф2
31.	Стол медицинский по ТУ 32.50.30-009-69573749-2021 ДМ-2-106-31.К2.Ф2
32.	Стол медицинский по ТУ 32.50.30-009-69573749-2021 ДМ-2-106-32.К2.Ф2
33.	Стол медицинский по ТУ 32.50.30-009-69573749-2021 ДМ-2-106-33.К2.Ф2
34.	Стол медицинский по ТУ 32.50.30-009-69573749-2021 ДМ-2-106-34.К2.Ф2
35.	Стол медицинский по ТУ 32.50.30-009-69573749-2021 ДМ-3-106-01.К2.
36.	Стол медицинский по ТУ 32.50.30-009-69573749-2021 ДМ-3-106-02.К2.
37.	Стол медицинский по ТУ 32.50.30-009-69573749-2021 ДМ-3-106-03.К2.
38.	Стол медицинский по ТУ 32.50.30-009-69573749-2021 ДМ-3-106-07.К2.
39.	Стол медицинский по ТУ 32.50.30-009-69573749-2021 ДМ-3-106-09.К2.
40.	Стол медицинский по ТУ 32.50.30-009-69573749-2021 ДМ-3-106-11.К2.Ф3

Информация с официального сайта
ООО "Медицинское оборудование и мебель для здравоохранения"
www.medmebel-spb.ru

41.	Стол медицинский по ТУ 32.50.30-009-69573749-2021 ДМ-3-106-13.К2.Ф3
42.	Стол медицинский по ТУ 32.50.30-009-69573749-2021 ДМ-3-106-15.К2.Ф3
43.	Стол медицинский по ТУ 32.50.30-009-69573749-2021 ДМ-3-106-17.К2.Ф3
44.	Стол медицинский по ТУ 32.50.30-009-69573749-2021 ДМ-3-106-19.К2.Ф3
45.	Стол медицинский по ТУ 32.50.30-009-69573749-2021 ДМ-3-106-21.К2.Ф3
46.	Стол медицинский по ТУ 32.50.30-009-69573749-2021 ДМ-3-106-23.К2.Ф3
47.	Стол медицинский по ТУ 32.50.30-009-69573749-2021 ДМ-3-106-25.К2.Ф3
48.	Стол медицинский по ТУ 32.50.30-009-69573749-2021 ДМ-3-106-27.К2.Ф3
49.	Стол медицинский по ТУ 32.50.30-009-69573749-2021 ДМ-3-106-29.К2.Ф3
50.	Стол медицинский по ТУ 32.50.30-009-69573749-2021 ДМ-3-106-31.К2.Ф3
51.	Стол медицинский по ТУ 32.50.30-009-69573749-2021 ДМ-3-106-33.К2.Ф3
52.	Стол медицинский по ТУ 32.50.30-009-69573749-2021 ДМ-1-106-01.К2.
53.	Стол медицинский по ТУ 32.50.30-009-69573749-2021 ДМ-1-106-02.К2.
54.	Стол медицинский по ТУ 32.50.30-009-69573749-2021 ДМ-1-106-03.К2.
55.	Стол медицинский по ТУ 32.50.30-009-69573749-2021 ДМ-1-106-04.К2.
56.	Стол медицинский по ТУ 32.50.30-009-69573749-2021 ДМ-1-106-05.К2.
57.	Стол медицинский по ТУ 32.50.30-009-69573749-2021 ДМ-1-106-06.К2.
58.	Стол медицинский по ТУ 32.50.30-009-69573749-2021 ДМ-1-106-07.К2.
59.	Стол медицинский по ТУ 32.50.30-009-69573749-2021 ДМ-1-106-08.К2.
60.	Стол медицинский по ТУ 32.50.30-009-69573749-2021 ДМ-1-106-09.К2.
61.	Стол медицинский по ТУ 32.50.30-009-69573749-2021 ДМ-1-106-10.К2.
62.	Стол медицинский по ТУ 32.50.30-009-69573749-2021 ДМ-1-106-11.К2.Ф1
63.	Стол медицинский по ТУ 32.50.30-009-69573749-2021 ДМ-1-106-12.К2.Ф1
64.	Стол медицинский по ТУ 32.50.30-009-69573749-2021 ДМ-1-106-13.К2.Ф1
65.	Стол медицинский по ТУ 32.50.30-009-69573749-2021 ДМ-1-106-14.К2.Ф1
66.	Стол медицинский по ТУ 32.50.30-009-69573749-2021 ДМ-1-106-15.К2.Ф1
67.	Стол медицинский по ТУ 32.50.30-009-69573749-2021 ДМ-1-106-16.К2.Ф1
68.	Стол медицинский по ТУ 32.50.30-009-69573749-2021 ДМ-1-106-17.К2.Ф1
69.	Стол медицинский по ТУ 32.50.30-009-69573749-2021 ДМ-1-106-18.К2.Ф1
70.	Стол медицинский по ТУ 32.50.30-009-69573749-2021 ДМ-1-106-19.К2.Ф1
71.	Стол медицинский по ТУ 32.50.30-009-69573749-2021 ДМ-1-106-20.К2.Ф1
72.	Стол медицинский по ТУ 32.50.30-009-69573749-2021 ДМ-1-106-21.К2.Ф1
73.	Стол медицинский по ТУ 32.50.30-009-69573749-2021 ДМ-1-106-22.К2.Ф1
74.	Стол медицинский по ТУ 32.50.30-009-69573749-2021 ДМ-1-106-23.К2.Ф1
75.	Стол медицинский по ТУ 32.50.30-009-69573749-2021 ДМ-1-106-24.К2.Ф1
76.	Стол медицинский по ТУ 32.50.30-009-69573749-2021 ДМ-1-106-25.К2.Ф1
77.	Стол медицинский по ТУ 32.50.30-009-69573749-2021 ДМ-1-106-26.К2.Ф1
78.	Стол медицинский по ТУ 32.50.30-009-69573749-2021 ДМ-1-106-27.К2.Ф1
79.	Стол медицинский по ТУ 32.50.30-009-69573749-2021 ДМ-1-106-28.К2.Ф1
80.	Стол медицинский по ТУ 32.50.30-009-69573749-2021 ДМ-1-106-29.К2.Ф1
81.	Стол медицинский по ТУ 32.50.30-009-69573749-2021 ДМ-1-106-30.К2.Ф1
82.	Стол медицинский по ТУ 32.50.30-009-69573749-2021 ДМ-1-106-31.К2.Ф1
83.	Стол медицинский по ТУ 32.50.30-009-69573749-2021 ДМ-1-106-32.К2.Ф1
84.	Стол медицинский по ТУ 32.50.30-009-69573749-2021 ДМ-1-106-33.К2.Ф1
85.	Стол медицинский по ТУ 32.50.30-009-69573749-2021 ДМ-1-106-34.К2.Ф1
86.	Стол медицинский по ТУ 32.50.30-009-69573749-2021 ДМ-6-106-05
87.	Стол медицинский по ТУ 32.50.30-009-69573749-2021 ДМ-6-106-06

Информация получена с официального сайта
Федеральной службы по труду и занятости
www.obzor.rostrud.gov.ru

88.	Стол медицинский по ТУ 32.50.30-009-69573749-2021 ДМ-6-106-17
89.	Стол медицинский по ТУ 32.50.30-009-69573749-2021 ДМ-6-106-19
90.	Стол медицинский по ТУ 32.50.30-009-69573749-2021 ДМ-6-106-21
91.	Стол медицинский по ТУ 32.50.30-009-69573749-2021 ДМ-6-106-23
92.	Стол медицинский по ТУ 32.50.30-009-69573749-2021 ДМ-6-106-25
93.	Стол медицинский по ТУ 32.50.30-009-69573749-2021 ДМ-6-106-37
94.	Стол медицинский по ТУ 32.50.30-009-69573749-2021 ДМ-6-106-39
95.	Стол медицинский по ТУ 32.50.30-009-69573749-2021 ДМ-6-106-41
96.	Стол медицинский по ТУ 32.50.30-009-69573749-2021 ДМ-6-106-43
97.	Стол медицинский по ТУ 32.50.30-009-69573749-2021 ДМ-6-106-45
98.	Стол медицинский по ТУ 32.50.30-009-69573749-2021 ДМ-6-106-47

1.3.2 Руководство по эксплуатации.

1.3.3 При заказе стола необходимо указывать:

- название варианта исполнения,
- артикул, сформированный согласно приложению В,
- цвет корпуса и двери распашной и/или фасадов выдвижных ящиков,
- количество изделий, которое необходимо отгрузить потребителю.

1.3.4 Стол поставляется в собранном виде.

Информация получена с официального сайта Федеральной службы по надзору в сфере здравоохранения www.roszdravnadzor.gov.ru

1.3 Маркировка

1.4.1 Маркировка стола должна соответствовать требованиям настоящих технических условий, допускается использование символов по ГОСТ Р ИСО 15223-1

На каждом столе на задней стороне сверху или на нижней полке снизу справа или на столешнице снизу справа должна быть прикреплена бумажная этикетка, на которой должно быть указано:

- наименование и/или товарный знак предприятия-изготовителя;
- адрес изготовителя;
- контактные данные изготовителя;
- наименование стола;
- наименование варианта исполнения и/или артикул данного варианта исполнения;
- обозначение настоящих технических условий;
- код партии (идентификационный номер);
- дата изготовления и упаковывания;
- гарантийный срок;
- срок службы;
- знак соответствия при добровольной сертификации (при наличии);
- штамп ОТК.
- номер и дата регистрационного удостоверения.

1.4.2 На транспортную и/или потребительскую упаковку должен быть наклеен бумажный ярлык, содержащий:

- наименование и/или товарный знак предприятия-изготовителя;
- адрес предприятия-изготовителя;
- адрес места производства;
- обозначение настоящих технических условий;
- номер и дата регистрационного удостоверения;
- № заказа;
- число мест;

Информация получена с официального сайта Федеральной службы по надзору в сфере здравоохранения www.roszdravnadzor.gov.ru

- № места;

- штрих-код;

- штамп ОТК;

- наименование и адрес грузополучателя;

- наименование стола;

- наименование варианта исполнения или артикул данного варианта исполнения;

- условия хранения и транспортирования.

На транспортную упаковку должны быть нанесены манипуляционные знаки по ГОСТ 14192 «Осторожно, хрупкое», «Верх», «Беречь от влаги». Манипуляционные знаки должны наноситься по трафарету или штемпелеванием черной водостойкой краской.

Информация получена с официального сайта
федеральной службы по надзору в сфере здравоохранения
www.roszdravnadzor.gov.ru

1.4 Упаковка

1.4.1 Перед упаковкой металлические части стола подвергаются обезжириванию и консервированию по группе II-1 ГОСТ 9.014 для условий хранения 2 по ГОСТ 15150.

1.4.2 Потребительская упаковка должна представлять собой ящик из гофрированного картона, оклеенный клейкой лентой. Фасадные части стола укрываются воздушно-пузырчатой плёнкой из полиэтилена, стол оборачивается стрейч-плёнкой из полиэтилена, на углах устанавливаются уголки из полиуретана либо трубка из пенополиэтилена, затем стол укладывается в ящик. Изнутри ящик выложен упаковочной бумагой или гофрированным картоном для предотвращения самопроизвольного перемещения стола внутри упаковки при транспортировании.

1.4.3 Не установленные на стол детали (механизмы, крепеж и пр.), а также эксплуатационная и товаросопроводительная документация упаковываются в пакет из полиэтилена, а затем помещаются в потребительскую упаковку вместе со столом.

1.4.4 Для транспортирования стола в потребительских упаковках помещают в деревянный ящик, выложенный внутри упаковочной бумагой или древесноволокнистой плитой. Для фиксации может быть использован шпагат и уголки.

1.4.5 Стол может транспортироваться в контейнерах в упаковке ВУ-1 по ГОСТ 9.014.

1.4.6 В транспортную упаковку вложен упаковочный лист, на котором указано:

- наименование предприятия-изготовителя;
- наименование стола;
- наименование варианта исполнения стола;
- количество мест;
- условные номер упаковщика;
- контролер ОТК;
- дата упаковывания.

Информация получена с официального сайта
Федеральной службы по надзору в сфере здравоохранения
www.roszdravnadzor.gov.ru

2 ТРАНСПОРТИРОВАНИЕ И ХРАНЕНИЕ

2.1 Транспортирование стола должно производиться в крытых транспортных средствах любым видом транспорта в соответствии с правилами перевозки грузов, действующими на транспорте данного вида.

2.1.1 Размещение и крепление упаковок со столами в транспортных средствах должно обеспечивать их устойчивое положение, исключая возможность их смещения, ударов друг о друга и о стенки транспортных средств.

2.1.2 Транспортирование стола крытыми транспортными средствами должно осуществляться при следующих климатических условиях:

Температура от минус 50 до плюс 50 °С;

Относительная влажность до 100 % при температуре плюс 25 °С.

2.2 Стол должен храниться в отапливаемых и вентилируемых помещениях с кондиционированием воздуха, расположенных в любых макроклиматических районах, в упакованном виде в вертикальном положении.

2.2.1 Хранение стола должно осуществляться при следующих климатических условиях:

Температура от плюс 5 до плюс 40 °С;

Относительная влажность до 80 % при температуре плюс 25 °С.

2.2.2 Хранение стола в одном помещении с веществами, вызывающими разрушение защитно-декоративных покрытий, не допускается.

Информация получена с официального сайта Федеральной службы по надзору в сфере здравоохранения www.roszdravnadzor.gov.ru

3 УКАЗАНИЯ ПО ЭКСПЛУАТАЦИИ

3.1 Стол предназначен для эксплуатации внутри помещений в условиях специализированных медицинских помещений с классом чистоты А и Б по СП 2.1.3678-20 (помещение для ректороманоскопии (колонскопии), процедурные и асептические перевязочные, процедурные бронхоскопии, перевязочный кабинет, малая операционная и операционной) в лечебно-профилактических учреждениях, медицинских центрах и больницах.

Поверхности стола не предназначены для контакта с телом человека для достижения заявленной эффективности в рамках установленного производителем специфичного медицинского назначения.

3.2 Эксплуатация стола должна осуществляться при следующих климатических условиях:

Температура от плюс 10 до плюс 35 °С;

Относительная влажность до 80 % при плюс 25°С.

3.3 Меры предосторожности при применении стола

3.4 Стол предназначен для применения в специализированных медицинских помещениях с классом чистоты А и Б по СП 2.1.3678-20, при обращении со столом необходимо пользоваться защитными медицинскими перчатками.

3.5 Стол должен быть использован только по прямому назначению.

3.6 Стол должен быть установлен на ровной горизонтальной поверхности с перепадом высот не более 10 мм.

3.7 Предельная максимальная равномерная нагрузка на горизонтальные поверхности не должны превышать значений, указанных в п.п. 1.1.4-1.1.6 для каждой из поверхностей.

3.8 Предельная максимальная равномерная нагрузка на стол не должна превышать значений, указанных в п. 1.1.6.

- Запрещается неравномерное нагружение полок и ящика выдвижного.
- Запрещается вставать и/или садиться на стол.

Информация получена с официального сайта Федеральной службы по надзору в сфере здравоохранения www.roszdravnadzor.gov.ru

- Запрещается использовать стол, если имеются механические повреждения таких частей стола, как опоры регулируемые, опоры колесные, направляющие ящика выдвижного, петли дверей, механизмы фиксации ящика выдвижного и дверей.
- При задвигании ящика выдвижного и закрывании двери необходимо соблюдать осторожность во избежание защемления рук.

3.9 Меры предосторожности при обнаружении неисправностей

При обнаружении в ходе назначенного применения неисправностей (например, при возникновении потрескивания горизонтальных поверхностей или регулируемых опор) и/или механических повреждений частей стола, способных снизить устойчивость стола к нагружению, способных вызвать нарушение устойчивости стола, падение или опрокидывание, необходимо освободить стол от нагрузки и обратиться к предприятию-изготовителю.

При возникновении вопросов, связанных с безопасным применением стола, необходимо обращаться к предприятию-изготовителю.

3.10 Порядок установки стола

Стол поставляется в собранном виде. Сборка стола осуществляется только представителями предприятия-изготовителя.

Информация получена с официального сайта Федеральной службы по надзору в сфере здравоохранения www.roszdravnadzor.gov.ru

4 ТЕХНИЧЕСКОЕ ОБСЛУЖИВАНИЕ

4.1 Очистка стола

Перед применением стола его поверхности должны быть подвергнуты предварительной дезинфекции и высушены.

Уход за столом заключается в ежедневной влажной уборке с использованием мягких салфеток или ткани и неагрессивных, не содержащих твердых абразивных веществ, моющих средств.

При ежедневной влажной уборке рекомендуется использовать 0,5 % раствор моющего средства по ГОСТ 25644.

ВНИМАНИЕ! Запрещается использовать чистящие средства, которые содержат абразивы, хлор, кислоты и соду.

После окончания уборки стола следует насухо протереть.

4.2 Дезинфекция стола

Дезинфекцию наружных поверхностей стола проводят путем однократного протирания поверхностей 3 % раствором перекиси водорода по ГОСТ 177 с добавлением 0,5 % раствора моющего средства по ГОСТ 25644.

Дезинфекцию стола следует проводить перед применением, а также в случае загрязнения поверхностей стола биологическими жидкостями и потенциально контаминированными веществами.

Стол является нестерильным и не предназначен для стерилизации.

Информация получена с официального сайта Федеральной службы по надзору в сфере здравоохранения www.roszdravnadzor.gov.ru

5 УТИЛИЗАЦИЯ

5.1 Стол подлежит утилизации в соответствии с действующими на момент утилизации правилами и требованиями, включая требования местных организаций и правила утилизации в данном регионе.

5.2 Стол, не имевший контакт с биологическими жидкостями, относится к эпидемиологически безопасным медицинским отходам и должен утилизироваться совместно с твердыми коммунальными отходами.

5.3 Стол, имевший контакт с биологическими жидкостями, относится к эпидемиологически опасным медицинским отходам класса Б и перед утилизацией должен быть подвергнут обеззараживанию по СанПиН 2.1.3684-21. После соответствующего обеззараживания стол может быть утилизирован совместно с твердыми коммунальными отходами.

Информация получена с официального сайта федеральной службы по надзору в сфере здравоохранения www.roszdravnadzor.gov.ru

6 НАЦИОНАЛЬНЫЕ СТАНДАРТЫ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ, КОТОРЫМ СООТВЕТСТВУЕТ ИЗДЕЛИЕ

ГОСТ Р 50444-2020 «Приборы, аппараты и оборудование медицинские. Общие технические условия» (п.п. 4.3, 4.4, 6.4, 6.9, 6.10, 7, 8, 11, 12, 15);

ГОСТ 16371-2014 «Мебель. Общие технические условия» (пп. 5.2.1, 5.2.2, 5.2.4 - 5.2.7, 5.2.24, 5.2.28, 5.2.29, 5.4, 5.5).

Информация получена с официального сайта
Федеральной службы по надзору в сфере здравоохранения
www.roszdravnadzor.gov.ru

7 ГАРАНТИИ ИЗГОТОВИТЕЛЯ

7.1 Предприятие-изготовитель гарантирует соответствие стола требованиям ТУ 32.50.30-009-69573749-2021 при соблюдении условий эксплуатации, транспортирования и хранения и соблюдении мер предосторожности.

7.2 При нарушении мер предосторожности, условий эксплуатации, транспортирования и хранения потребитель лишается прав на гарантийное обслуживание.

7.3 Гарантийный срок эксплуатации стола составляет 12 месяцев со дня ввода в эксплуатацию.

7.4 Гарантийный срок хранения стола составлять 5 лет.

7.5 Средний срок службы стола до списания составляет 8 лет с учётом срока службы покупных изделий и компонентов со сроком службы меньшим, чем срок службы стола.

Информация получена с официального сайта
Федеральной службы по надзору в сфере здравоохранения
www.roszdravnadzor.gov.ru

8 СВЕДЕНИЯ ОБ ИЗГОТОВИТЕЛЕ

Юридический адрес:

Общество с ограниченной ответственностью «Доктор Мебель» (ООО «Доктор Мебель»)

108811, г. Москва, километр Киевское шоссе 22-й (п. Московский), домовладение 4, строение 4, офис 511/1Д.

Контактные данные:

Телефоны:

+7 (495) 134-00-22

Сайт:

www.doctormebel.ru

Электронная почта:

info@doctormebel.ru

Адрес производства:

216400, Российская Федерация, Смоленская область, городской округ город Десногорск, город Десногорск, территория Коммунально-складская зона, строение 82.

Рекламации, касающиеся качества стола, отправлять по адресу: info@doctormebel.ru

Информация получена с официального сайта Федеральной службы по надзору в сфере здравоохранения www.roszdravnadzor.gov.ru

9 СЕРВИСНОЕ ОБСЛУЖИВАНИЕ И РЕМОНТ МЕДИЦИНСКОГО ИЗДЕЛИЯ

Сервисное обслуживание и ремонт стола осуществляется по адресу:

Общество с ограниченной ответственностью «Доктор Мебель» (ООО «Доктор Мебель»)

108811, г. Москва, километр Киевское шоссе 22-й (п. Московский), домовладение 4, строение 4, офис 511/1Д.

Контактные данные:

Телефоны:

+7 (495) 134-00-22

Сайт:

www.doctormebel.ru

Электронная почта:

info@doctormebel.ru

Информация получена с официального сайта Федеральной службы по надзору в сфере здравоохранения www.roszdravnadzor.gov.ru

ПРИЛОЖЕНИЕ А

(обязательное)

Перечень нормативных документов, на которые даны ссылки данном руководстве по эксплуатации

Обозначение	Наименование
ГОСТ 9.014-78	Единая система защиты от коррозии и старения. Временная противокоррозионная защита изделий. Общие требования
ГОСТ 177-88	Водорода перекись. Технические условия
ГОСТ 15150-69	Машины, приборы и другие технические изделия. Исполнения для различных климатических районов. Категории, условия эксплуатации, хранения и транспортирования в части воздействия климатических факторов внешней среды
ГОСТ 16371-2014	Мебель. Общие технические условия.
ГОСТ 25644-96	Средства моющие синтетические порошкообразные. Общие технические требования
ГОСТ 31508-2012	Изделия медицинские. Классификация в зависимости от потенциального риска применения. Общие требования
ГОСТ Р 50444-2020	Приборы, аппараты и оборудование медицинские. Общие технические требования
МУ-287-113 от 30 декабря 1998 года	Методические указания по дезинфекции, предстерилизационной очистке и стерилизации изделий медицинского назначения
СанПиН 2.1.3684-21	Санитарно-эпидемиологические требования к содержанию территорий городских и сельских поселений, к водным объектам, питьевой воде и питьевому водоснабжению, атмосферному воздуху, почвам, жилым помещениям, эксплуатации производственных, общественных помещений, организации и проведению санитарно-противоэпидемических (профилактических) мероприятий
СП 2.1.3678-20	Санитарно-эпидемиологические требования к эксплуатации помещений, зданий, сооружений, оборудования и транспорта, а также условиям деятельности хозяйствующих субъектов, осуществляющих продажу товаров, выполнение работ или оказание услуг
Приказ Минздрава России от 06.06.2012 N 4н	Об утверждении номенклатурной классификации медицинских изделий

Информация получена с официального сайта федеральной службы по надзору в сфере здравоохранения www.roszdravnadzor.ru

ПРИЛОЖЕНИЕ Б

(обязательное)

Принцип формирования артикула для конкретизированного заказа

Артикул варианта исполнения стола формируется в виде:

серия-ААА-ХХ,

где:

серия - обозначает материалы стола в соответствии с Приложением В Таблицами В.1, В.2, В.3, В.4.

ААА – признак вида стола.

ХХ – признак конструктивного решения стола по внешнему виду в соответствии с Приложением Г и функциональными размерами в соответствии с требованиями п. 1.1.2 данного руководства по эксплуатации.

Кх – признак цвета корпуса:

Номер обозначения цвета корпуса в соответствии с Таблицей Б.1;

Фхх – признак цвета фасада ящика выдвижного и/или цвета двери.

Номер обозначения цвета фасада ящика выдвижного и/или цвета двери в соответствии с Таблицей Б.1

При отсутствии возможности реализации какого-либо исполнения в артикул буква признака не добавляется.

Таблица Б.1 – Таблица идентификации сокращений обозначений цвета корпуса, цвета фасада ящика выдвижного и/или цвета двери

Признак	**Значение признака**	**Аббревиатура обозначения в артикуле**
Цвет корпуса	Серый	К2
Цвет фасада ящика выдвижного и/или цвет двери	Зеленый	Ф1
	Оранжевый	Ф2
	Голубой	Ф3
	Синий	Ф4

Информация получена с официального сайта Федеральной службы по надзору в сфере здравоохранения www.roszdravnadzor.gov.ru

ПРИЛОЖЕНИЕ В

(обязательное)

Используемые при изготовлении стола материалы

Таблица В.1 – Таблица идентификации материалов стола серии ДМ-1 для формирования артикула

Материалы стола
Каркас: Профиль, прессованный из алюминиевых сплавов 6060 с анодно-окисным покрытием, скреплённый пластиковыми замками из ударопрочного АБС пластика; **Корпус:** Панель толщиной 16 мм из полипропилена **Фасады ящика выдвижного:** Гнутый оцинкованный лист толщиной 0,8 – 1,5 мм марки 08кп/пс, покрыт порошковой эпоксидно-полиэфирной краской с наполнением панели толщиной 16 мм из полипропилена. **Дверь распашная:** Гнутый оцинкованный лист толщиной 0,8 – 1,5 мм марки 08кп/пс, покрыт порошковой эпоксидно-полиэфирной краской с шумопоглощающим материалом - базальтовые маты **Дно и корпус ящика выдвижного:** Панель толщиной 16 мм из полипропилена **Полки:** Панель из декоративно-бумажного слоистого пластика толщиной 8 мм (HPL-HighPressureLaminate) **Столешница:** Панель из декоративно-бумажного слоистого пластика толщиной 16 мм (HPL-HighPressureLaminate)

Таблица В.2 – Таблица идентификации материалов стола серии ДМ-2 для формирования артикула

Материалы стола
Каркас: Профиль, прессованный из алюминиевых сплавов 6060 с анодно-окисным покрытием, скреплённый пластиковыми замками из ударопрочного АБС пластика; **Корпус:** Плита ЛДСП 16 мм **Фасады ящика выдвижного и/или двери:** Гнутый оцинкованный лист толщиной 0,8 – 1,5 мм марки 08кп/пс, покрыт порошковой эпоксидно-полиэфирной краской с наполнением из плиты ЛДСП 16мм **Дно и корпус ящика:**

Информация получена с официального сайта Федеральной службы по надзору в сфере здравоохранения www.roszdravnadzor.gov.ru

Плита ЛДСП 16мм с облицовкой по периметру кромкой ПВХ толщиной 0,4 мм. **Полки:** Плита ЛДСП 16мм, облицованная по трем сторонам кромкой ПВХ толщиной 0,4 мм, по передней стороне кромкой ПВХ толщиной 2мм **Столешница:** Плита МДФ толщиной 16 мм, облицованная с двух сторон декоративно-бумажным слоистым пластиком толщиной 0,5мм (HPL) с облицовкой по периметру кромкой ПВХ толщиной 2 мм

Таблица В.3 – Таблица идентификации материалов стола серии ДМ-3 для формирования артикула

Материалы стола
Каркас: Профиль, прессованный из алюминиевых сплавов 6060 с анодно-окисным покрытием **Корпус:** Плита ЛДСП 16мм (верхний и нижний горизонты облицованы по периметру кромкой ПВХ толщиной 2 мм). **Фасады ящика выдвижного и/или двери:** Гнутый оцинкованный лист толщиной 0,8 – 1,5 мм марки 08кп/пс, покрыт порошковой эпоксидно-полиэфирной краской с наполнением из плиты ЛДСП 16 мм **Дно и корпус ящика:** Плита ЛДСП 16мм с облицовкой по периметру кромкой ПВХ толщиной 0,4 мм. **Полки:** Плита ЛДСП 16мм, облицованная по трем сторонам кромкой ПВХ толщиной 0,4 мм, по передней стороне кромкой ПВХ толщиной 2мм **Столешница:** Плита ЛДСП 26мм, облицованная кромкой ПВХ толщиной 2мм

Таблица В.4 – Таблица идентификации материалов стола серии ДМ-6 для формирования артикула

Материалы стола
Каркас и корпус: Металлический профиль высоколегированной нержавеющей стали марки AISI 304 или стали коррозионностойкой, жаропрочной, марки 08Х18Н10 профильным сечением 25х25, 20х20. **Столешница:** Высоколегированная нержавеющая сталь марки AISI 304 или стали коррозионностойкой, жаропрочной, марки 08Х18Н10.

Информация получена с официального сайта Федеральной службы по надзору в сфере здравоохранения www.roszdravnadzor.gov.ru

ПРИЛОЖЕНИЕ Г

(обязательное)

Внешний вид вариантов исполнения стола

Рисунки определяют внешний вид в одном из возможных цветовых решений для каждой серии стола, конструктивные особенности заданы отдельно.

Стол серии ДМ-1		
 ДМ-1-106-01	 ДМ-1-106-02	 ДМ-1-106-03
 ДМ-1-106-04	 ДМ-1-106-05	 ДМ-1-106-06
 ДМ-1-106-07	 ДМ-1-106-08	 ДМ-1-106-09
 ДМ-1-106-10	 ДМ-1-106-11	 ДМ-1-106-12

Информация получена с официального сайта федеральной службы по надзору в сфере здравоохранения www.roszdravnadzor.gov.ru



ДМ-1-106-13



ДМ-1-106-14



ДМ-1-106-15



ДМ-1-106-16



ДМ-1-106-17



ДМ-1-106-18



ДМ-1-106-19



ДМ-1-106-20



ДМ-1-106-21



ДМ-1-106-22



ДМ-1-106-23



ДМ-1-106-24



ДМ-1-106-25



ДМ-1-106-26



ДМ-1-106-27

Информация получена с официального сайта федеральной службы по надзору в сфере здравоохранения www.roszdravnadzor.gov.ru



ДМ-1-106-28



ДМ-1-106-29



ДМ-1-106-30



ДМ-1-106-31



ДМ-1-106-32



ДМ-1-106-33



ДМ-1-106-34

Стол серии ДМ-2



ДМ-2-106-01



ДМ-2-106-02



ДМ-2-106-03



ДМ-2-106-04



ДМ-2-106-05



ДМ-2-106-06



ДМ-2-106-07



ДМ-2-106-08



ДМ-2-106-09

Информация получена с официального сайта Федеральной службы по надзору в сфере здравоохранения www.roszdravnadzor.gov.ru



ДМ-2-106-10



ДМ-2-106-11



ДМ-2-106-12



ДМ-2-106-13



ДМ-2-106-14



ДМ-2-106-15



ДМ-2-106-16



ДМ-2-106-17



ДМ-2-106-18



ДМ-2-106-19



ДМ-2-106-20



ДМ-2-106-21



ДМ-2-106-22



ДМ-2-106-23



ДМ-2-106-24

Информация получена с официального сайта федеральной службы по надзору в сфере здравоохранения www.roszdravnadzor.gov.ru



ДМ-2-106-25



ДМ-2-106-26



ДМ-2-106-27



ДМ-2-106-28



ДМ-2-106-29



ДМ-2-106-30



ДМ-2-106-31



ДМ-2-106-32



ДМ-2-106-33



ДМ-2-106-34

Стол серии ДМ-3



ДМ-3-106-01



ДМ-3-106-02



ДМ-3-106-03



ДМ-3-106-07



ДМ-3-106-09

Информация получена с официального сайта федеральной службы по надзору в сфере здравоохранения www.roszdravnadzor.gov.ru

 ДМ-3-106-11	 ДМ-3-106-13	 ДМ-3-106-15
 ДМ-3-106-17	 ДМ-3-106-19	 ДМ-3-106-21
 ДМ-3-106-23	 ДМ-3-106-25	 ДМ-3-106-27
 ДМ-3-106-29	 ДМ-3-106-31	 ДМ-3-106-33
Стол серии ДМ-6		
 ДМ-6-106-05	 ДМ-6-106-06	 ДМ-6-106-17

Информация получена с официального сайта федеральной службы по надзору в сфере здравоохранения www.roszdravnadzor.gov.ru



ДМ-6-106-19



ДМ-6-106-21



ДМ-6-106-23



ДМ-6-106-25



ДМ-6-106-37



ДМ-6-106-39



ДМ-6-106-41



ДМ-6-106-43



ДМ-6-106-45



ДМ-6-106-47

Информация получена с официального сайта федеральной службы по надзору в сфере здравоохранения www.roszdravnadzor.gov.ru

ПРИЛОЖЕНИЕ Д

(обязательное)

Перечень вариантов исполнения стола

№ п.п.	Артикул	Обозначение конструкторского документа
1	Стол медицинский ДМ-2-106-01.К2.	ДМ-2.СТ.69573749.009.01
2	Стол медицинский ДМ-2-106-02.К2.	ДМ-2.СТ.69573749.009.02
3	Стол медицинский ДМ-2-106-03.К2.	ДМ-2.СТ.69573749.009.03
4	Стол медицинский ДМ-2-106-04.К2.	ДМ-2.СТ.69573749.009.04
з5	Стол медицинский ДМ-2-106-05.К2.	ДМ-2.СТ.69573749.009.05
6	Стол медицинский ДМ-2-106-06.К2.	ДМ-2.СТ.69573749.009.06
7	Стол медицинский ДМ-2-106-07.К2.	ДМ-2.СТ.69573749.009.07
8	Стол медицинский ДМ-2-106-08.К2.	ДМ-2.СТ.69573749.009.08
9	Стол медицинский ДМ-2-106-09.К2.	ДМ-2.СТ.69573749.009.09
10	Стол медицинский ДМ-2-106-10.К2.	ДМ-2.СТ.69573749.009.10
11	Стол медицинский ДМ-2-106-11.К2.Ф2	ДМ-2.СТ.69573749.009.11
12	Стол медицинский ДМ-2-106-12.К2.Ф2	ДМ-2.СТ.69573749.009.12
13	Стол медицинский ДМ-2-106-13.К2.Ф2	ДМ-2.СТ.69573749.009.13
14	Стол медицинский ДМ-2-106-14.К2.Ф2	ДМ-2.СТ.69573749.009.14
15	Стол медицинский ДМ-2-106-15.К2.Ф2	ДМ-2.СТ.69573749.009.15
16	Стол медицинский ДМ-2-106-16.К2.Ф2	ДМ-2.СТ.69573749.009.16
17	Стол медицинский ДМ-2-106-17.К2.Ф2	ДМ-2.СТ.69573749.009.17
18	Стол медицинский ДМ-2-106-18.К2.Ф2	ДМ-2.СТ.69573749.009.18
19	Стол медицинский ДМ-2-106-19.К2.Ф2	ДМ-2.СТ.69573749.009.19
20	Стол медицинский ДМ-2-106-20.К2.Ф2	ДМ-2.СТ.69573749.009.20
21	Стол медицинский ДМ-2-106-21.К2.Ф2	ДМ-2.СТ.69573749.009.21
22	Стол медицинский ДМ-2-106-22.К2.Ф2	ДМ-2.СТ.69573749.009.22
23	Стол медицинский ДМ-2-106-23.К2.Ф2	ДМ-2.СТ.69573749.009.23
24	Стол медицинский ДМ-2-106-24.К2.Ф2	ДМ-2.СТ.69573749.009.24
25	Стол медицинский ДМ-2-106-25.К2.Ф2	ДМ-2.СТ.69573749.009.25

Информация получена с официального сайта Федеральной службы по надзору в сфере здравоохранения www.roszdravnadzor.gov.ru

26	Стол медицинский ДМ-2-106-26.К2.Ф2	ДМ-2.СТ.69573749.009.26
27	Стол медицинский ДМ-2-106-27.К2.Ф2	ДМ-2.СТ.69573749.009.27
28	Стол медицинский ДМ-2-106-28.К2.Ф2	ДМ-2.СТ.69573749.009.28
29	Стол медицинский ДМ-2-106-29.К2.Ф2	ДМ-2.СТ.69573749.009.29
30	Стол медицинский ДМ-2-106-30.К2.Ф2	ДМ-2.СТ.69573749.009.30
31	Стол медицинский ДМ-2-106-31.К2.Ф2	ДМ-2.СТ.69573749.009.31
32	Стол медицинский ДМ-2-106-32.К2.Ф2	ДМ-2.СТ.69573749.009.32
33	Стол медицинский ДМ-2-106-33.К2.Ф2	ДМ-2.СТ.69573749.009.33
34	Стол медицинский ДМ-2-106-34.К2.Ф2	ДМ-2.СТ.69573749.009.34
35	Стол медицинский ДМ-3-106-01.К2.	ДМ-3.СТ.69573749.009.01
36	Стол медицинский ДМ-3-106-02.К2.	ДМ-3.СТ.69573749.009.02
37	Стол медицинский ДМ-3-106-03.К2.	ДМ-3.СТ.69573749.009.03
38	Стол медицинский ДМ-3-106-07.К2.	ДМ-3.СТ.69573749.009.07
39	Стол медицинский ДМ-3-106-09.К2.	ДМ-3.СТ.69573749.009.09
40	Стол медицинский ДМ-3-106-11.К2.Ф3	ДМ-3.СТ.69573749.009.11
41	Стол медицинский ДМ-3-106-13.К2.Ф3	ДМ-3.СТ.69573749.009.13
42	Стол медицинский ДМ-3-106-15.К2.Ф3	ДМ-3.СТ.69573749.009.15
43	Стол медицинский ДМ-3-106-17.К2.Ф3	ДМ-3.СТ.69573749.009.17
44	Стол медицинский ДМ-3-106-19.К2.Ф3	ДМ-3.СТ.69573749.009.19
45	Стол медицинский ДМ-3-106-21.К2.Ф3	ДМ-3.СТ.69573749.009.21
46	Стол медицинский ДМ-3-106-23.К2.Ф3	ДМ-3.СТ.69573749.009.23
47	Стол медицинский ДМ-3-106-25.К2.Ф3	ДМ-3.СТ.69573749.009.25
48	Стол медицинский ДМ-3-106-27.К2.Ф3	ДМ-3.СТ.69573749.009.27
49	Стол медицинский ДМ-3-106-29.К2.Ф3	ДМ-3.СТ.69573749.009.29
50	Стол медицинский ДМ-3-106-31.К2.Ф3	ДМ-3.СТ.69573749.009.31
51	Стол медицинский ДМ-3-106-33.К2.Ф3	ДМ-3.СТ.69573749.009.33
52	Стол медицинский ДМ-1-106-01.К2.	ДМ-1.СТ.69573749.009.01
53	Стол медицинский ДМ-1-106-02.К2.	ДМ-1.СТ.69573749.009.02

Информация получена с официального сайта Федеральной службы по надзору в сфере здравоохранения www.roszdravnadzor.gov.ru

54	Стол медицинский ДМ-1-106-03.К2.	ДМ-1.СТ.69573749.009.03
55	Стол медицинский ДМ-1-106-04.К2.	ДМ-1.СТ.69573749.009.04
56	Стол медицинский ДМ-1-106-05.К2.	ДМ-1.СТ.69573749.009.05
57	Стол медицинский ДМ-1-106-06.К2.	ДМ-1.СТ.69573749.009.06
58	Стол медицинский ДМ-1-106-07.К2.	ДМ-1.СТ.69573749.009.07
59	Стол медицинский ДМ-1-106-08.К2.	ДМ-1.СТ.69573749.009.08
60	Стол медицинский ДМ-1-106-09.К2.	ДМ-1.СТ.69573749.009.09
61	Стол медицинский ДМ-1-106-10.К2.	ДМ-1.СТ.69573749.009.10
62	Стол медицинский ДМ-1-106-11.К2.Ф1	ДМ-1.СТ.69573749.009.11
63	Стол медицинский ДМ-1-106-12.К2.Ф1	ДМ-1.СТ.69573749.009.12
64	Стол медицинский ДМ-1-106-13.К2.Ф1	ДМ-1.СТ.69573749.009.13
65	Стол медицинский ДМ-1-106-14.К2.Ф1	ДМ-1.СТ.69573749.009.14
66	Стол медицинский ДМ-1-106-15.К2.Ф1	ДМ-1.СТ.69573749.009.15
67	Стол медицинский ДМ-1-106-16.К2.Ф1	ДМ-1.СТ.69573749.009.16
68	Стол медицинский ДМ-1-106-17.К2.Ф1	ДМ-1.СТ.69573749.009.17
69	Стол медицинский ДМ-1-106-18.К2.Ф1	ДМ-1.СТ.69573749.009.18
70	Стол медицинский ДМ-1-106-19.К2.Ф1	ДМ-1.СТ.69573749.009.19
71	Стол медицинский ДМ-1-106-20.К2.Ф1	ДМ-1.СТ.69573749.009.20
72	Стол медицинский ДМ-1-106-21.К2.Ф1	ДМ-1.СТ.69573749.009.21
73	Стол медицинский ДМ-1-106-22.К2.Ф1	ДМ-1.СТ.69573749.009.22
74	Стол медицинский ДМ-1-106-23.К2.Ф1	ДМ-1.СТ.69573749.009.23
75	Стол медицинский ДМ-1-106-24.К2.Ф1	ДМ-1.СТ.69573749.009.24
76	Стол медицинский ДМ-1-106-25.К2.Ф1	ДМ-1.СТ.69573749.009.25
77	Стол медицинский ДМ-1-106-26.К2.Ф1	ДМ-1.СТ.69573749.009.26
78	Стол медицинский ДМ-1-106-27.К2.Ф1	ДМ-1.СТ.69573749.009.27
79	Стол медицинский ДМ-1-106-28.К2.Ф1	ДМ-1.СТ.69573749.009.28
80	Стол медицинский ДМ-1-106-29.К2.Ф1	ДМ-1.СТ.69573749.009.29
81	Стол медицинский ДМ-1-106-30.К2.Ф1	ДМ-1.СТ.69573749.009.30

Информация получена с официального сайта федеральной службы по надзору в сфере здравоохранения www.roszdravnadzor.gov.ru

82	Стол медицинский ДМ-1-106-31.К2.Ф1	ДМ-1.СТ.69573749.009.31
83	Стол медицинский ДМ-1-106-32.К2.Ф1	ДМ-1.СТ.69573749.009.32
84	Стол медицинский ДМ-1-106-33.К2.Ф1	ДМ-1.СТ.69573749.009.33
85	Стол медицинский ДМ-1-106-34.К2.Ф1	ДМ-1.СТ.69573749.009.34
86	Стол медицинский ДМ-6-106-05	ДМ-6.СТ.69573749.009.05
87	Стол медицинский ДМ-6-106-06	ДМ-6.СТ.69573749.009.06
88	Стол медицинский ДМ-6-106-17	ДМ-6.СТ.69573749.009.17
89	Стол медицинский ДМ-6-106-19	ДМ-6.СТ.69573749.009.19
90	Стол медицинский ДМ-6-106-21	ДМ-6.СТ.69573749.009.21
91	Стол медицинский ДМ-6-106-23	ДМ-6.СТ.69573749.009.23
92	Стол медицинский ДМ-6-106-25	ДМ-6.СТ.69573749.009.25
93	Стол медицинский ДМ-6-106-37	ДМ-6.СТ.69573749.009.37
94	Стол медицинский ДМ-6-106-39	ДМ-6.СТ.69573749.009.39
95	Стол медицинский ДМ-6-106-41	ДМ-6.СТ.69573749.009.41
96	Стол медицинский ДМ-6-106-43	ДМ-6.СТ.69573749.009.43
97	Стол медицинский ДМ-6-106-45	ДМ-6.СТ.69573749.009.45
98	Стол медицинский ДМ-6-106-47	ДМ-6.СТ.69573749.009.47

Информация получена с официального сайта Федеральной службы по надзору в сфере здравоохранения www.roszdravnadzor.gov.ru

ПРИЛОЖЕНИЕ Е

Символы, применяемые в маркировке

Символ	Обозначение
	Хрупкое. Осторожно
	Беречь от влаги
	Верх
	Знак соответствия при добровольной сертификации

Информация получена с официального сайта
федеральной службы по надзору в сфере здравоохранения
www.roszdravnadzor.gov.ru



Прошито, пронумеровано и
скреплено печатью
54 (пятьдесят четыре)
листа(ов)
Генеральный директор
ООО «Доктор Мебель»
Смолькина М.С.

Информация получена с официального сайта Федеральной службы по надзору в сфере здравоохранения www.roszdravnadzor.gov.ru